Effective

NOM VISA	Date	Durée	Documents	Opérations	Quantité contrôlée	Quantité non conforme			Motif / Observation	Quantité conforme	Points importants
						Rebut	Reprise	Retouche			
OP 0100 : CONDITIONNEMENT LIGNE											
			FP235 Ed01-I-02 MO1 et MO2	• **<u>Vérification</u> :** - Test scellage de démarrage - Vérification étiquette identification produit	1 Début ☐		NA				
				- Aspect alvéole - Thermoscellage alvéole - Aspect Breather Bag - Thermoscellage Breather Bag	100 % ☐ en cours			NA			
				• **<u>Vide de Poste</u> :** - Pas de composant restant sur la ligne - Vérification Dossier	Fin ☐ Ou NA ☐ Si reprise	NA					

Effective

Document No.: EF294 Ed01 -I-02 - Version: 2.0 - Document ID: BB-RECHA-007610 Cette édition imprimée n'est plus valide 24h après le: 2026-10-11 19:27 (CET)

Effective

NOM VISA	Date	Durée	Documents	Opérations	Quantité contrôlée	Quantité non conforme			Motif / Observation	Quantité conforme	Points importants
						Rebut	Reprise	Retouche			
OP 0110 : REPRISE CONDITIONNEMENT LIGNE											
			FP235 Ed01-I-02 M01 et M02	• **Vérification** : - Vérification étiquette identification produit - Aspect alvéole - Thermoscellage alvéole - Aspect Breather Bag - Thermoscellage Breather Bag	100 % ☐ en cours			NA			NA
				Vide de Poste : - Pas de composant restant sur la ligne - Vérification Dossier	1 Fin ☐ Ou NA ☐ Si reprise	NA					

Origine :	Description :	Création : 11-2025
MDR	Création pour MDR Modification des paramètres de scellage pour la température sur la MULTIVAC	Révision : -

Effective

Document No.: EF294 Ed01 -I-02 - Version: 2.0 - Document ID: BB-RECHA-007610 Cette édition imprimée n'est plus valide 24h après le: 2026-10-11 19:27 (CET)

SCELLAGE ALVEOLE VIDE / BREATHER BAG MDR **LOT :**

Effective

NOM VISA	Date	Durée	Documents	Opérations	Quantité contrôlée	Quantité non conforme			Motif / Observation	Quantité conforme	Points importants
						Rebut	Reprise	Retouche			

SCELLAGE DES ALVEOLES SCELLEUSE MULTIVAC : **EPX0224**

Nom Visa	Date	Heure	**Paramètres : Les noter au début de production et à chaque redémarrage**																		
			Température (°C)					*Temps de scellage (s)*						*Force de scellage (Bars)*							
			< 110	110-113	114-117	118-120	> 120	< 4.10	4.10-4,19	4.20-4.29	4,30-4.39	4.40-4.50	> 4.5	< 5,2	5,2	5,3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	>5.8

SCELLAGE DES BREATHER BAG SUR SOUDEUSE AUDION : **EPX0371**

Nom Visa	Date	Heure	**Paramètres : Les noter au début de production et à chaque redémarrage**																
			Température (°C)					*Temps de scellage (s)*						*Force de scellage(N)*				
			< 135	135-138	139-141	142-145	> 145	< 2.00	2.00-2.49	2.50-2,99	3.00-3,49	3.50-4.00	> 4.00	< 970	970-979	980-989	990-1000	> 1000

Effective

Document No.: EF294 Ed01 -I-02 - Version: 2.0 - Document ID: BB-RECHA-007610 Cette édition imprimée n'est plus valide 24h après le: 2026-10-11 19:27 (CET)

Title: EF294 Scellage Alveole Vide - Breather Bag MDR Initiator: Carole _ Bouchet

This document is signed electronically in compliance with the B. Braun electronic signature policies and procedures by following persons:

UserName: Bouchet, Carole (bouccafr)
Title:
Date: Thursday, 27 November 2025, 15:45 W. Europe Daylight Time
Meaning: Document signed as Author
==========

UserName: Bolzer, Cyrille (bolzcyfr)
Title:
Date: Thursday, 27 November 2025, 16:33 W. Europe Daylight Time
Meaning: Approve Document
==========

UserName: Dutheil, Baptiste (duthbafr)
Title:
Date: Thursday, 27 November 2025, 16:40 W. Europe Daylight Time
Meaning: Approve Document
==========

UserName: Rousselot, Paul (rouspafr)
Title:
Date: Friday, 28 November 2025, 08:12 W. Europe Daylight Time
Meaning: Approve Document
==========

UserName: Beaume, Valerie (brunvafr)
Title: SA-FR02-M-IMS Administration manager
Date: Friday, 28 November 2025, 08:31 W. Europe Daylight Time
Meaning: Final Release of the Document
==========