Guía de Instalación - Sensor Aire Escolar

Red de Monitoreo Ambiental · Saladillo · app.lemeit.ar/aq

SENSOR AE-04

Esc. Agraria C.M. Casares (EAS Del Valle) · 25 de Mayo

1. UBICACIÓN Y MONTAJE (PURPLEAIR)

Altura de aire libre: Entre 1.5 y 2.0 m (altura de respiración).

Posición vertical: Aberturas de toma hacia abajo (evita lluvia/polvo).

Ventilación: Flujo libre de aire en 180° alrededor del equipo.

Resguardo exterior: Bajo alero/galería; evitar lluvia directa y sol pleno.

Distancia: Alejado de chimeneas, extractores, estufas o parrillas.

2. CONFIGURACIÓN WI-FI (PASO A PASO)

1. Enchufar: Conectar USB a red eléctrica y esperar 2 min.

2. Conectar celular: En Wi-Fi, buscar la red **PurpleAir-XXXX**.

3. Navegador: Si no abre solo, ir a **192.168.4.1**.

4. Guardar: Elegir la Wi-Fi del colegio, escribir la clave y pulsar **Save**.

5. Reinicio: El sensor guardará la red y se reiniciará solo.

3. MANTENIMIENTO MÍNIMO

Limpieza: Paño seco en exterior. No aplicar pulverizadores ni productos líquidos.

Tomas de aire: Inspeccionar mensualmente insectos o telas de araña.

Cortes de luz: Se reconecta automáticamente al volver la energía eléctrica.

4. DIAGNÓSTICO DE RED

Frecuencia 2.4 GHz: Funciona únicamente en redes Wi-Fi de 2.4 GHz (no 5 GHz).

Contraseña: Verificar mayúsculas y minúsculas si no conecta.

Cobertura: Acercar el equipo al router o AP más cercano si falla la señal.

NIVELES DE CALIDAD DEL AIRE · PM2.5 / AQI EPA

AQI	PM2.5 (µg/m³)	Categoría EPA	Orientación escolar*
0 - 50	0.0 - 9.0	**Bueno**	Sin restricciones para actividades al aire libre.
51 - 100	9.1 - 35.4	**Moderado**	Muy sensibles: reducir esfuerzo prolongado.
101 - 150	35.5 - 55.4	**Insalubre para sensibles**	Asma o alergias: reducir actividades intensas.
151 - 200	55.5 - 125.4	**Insalubre**	Evitar esfuerzo exigente en patio; reubicar adentro.
201 - 300	125.5 - 225.4	**Muy insalubre**	Evitar esfuerzo exigente en patio; reubicar adentro.
301 - 500	225.5 - 325.4	**Peligroso**	Evitar esfuerzo exigente en patio; reubicar adentro.

*Orientación del original, no protocolo EPA. PM2.5: promedio de 24 h; el portal usa concentración disponible.

Fuente: EPA/AQS, tabla vigente (11/11/2026). Valores >325.4 µg/m³: fuera de escala AQI 0-500.

Portal: https://app.lemeit.ar/aq/ · Código: AE-04

FICHA DE REGISTRO LOCAL · COMPLETAR EN LA ESCUELA

Institución / Escuela: Esc. Agraria C.M. Casares (EAS Del Valle)

Código de Sensor: AE-04

Referente en la Escuela:

Teléfono / WhatsApp:

Red Wi-Fi configurada (sin clave):

Ubicación de montaje (ej. Galería):

Observaciones:

PurpleAir | Sensor index: pendiente | Device ID: pendiente
Alta PurpleAir y coordenadas: pendientes de confirmación.

Fecha de instalación física:

Red Ambiental Saladillo - lemeit.ar