Guía de Instalación — Sensor Aire Escolar

Red de Monitoreo Ambiental · Saladillo · app.lemeit.ar/aq

SENSOR AE-04

📍 1. UBICACIÓN Y MONTAJE (PURPLEAIR)

- **Altura de aire libre:** Entre **1.5 y 2.0 m** (altura de respiración).
- **Posición vertical:** Aberturas de toma hacia abajo (evita lluvia/polvo).
- **Ventilación:** Flujo libre de aire en 180° alrededor del equipo.
- **Resguardo exterior:** Bajo alero/galería; evitar lluvia directa y sol pleno.
- **Distancia:** Alejado de chimeneas, extractores, estufas o parrillas.

📶 2. CONFIGURACIÓN WI-FI (PASO A PASO)

1. **Enchufar:** Conectar USB a red eléctrica y esperar **2 min**.
2. **Conectar celular:** En Wi-Fi, conectar a: `red PurpleAir-XXXX`
3. **Navegador:** Si no abre solo, ingresar a: `IP 192.168.4.1`
4. **Guardar:** Elegir la Wi-Fi del colegio, escribir la clave y pulsar **Save**.
5. **Reinicio:** El sensor guardará la red y se reiniciará solo.

🔧 3. MANTENIMIENTO MÍNIMO

- **Limpieza:** Paño seco en exterior. No aplicar pulverizadores ni líquidos.
- **Tomas de aire:** Inspeccionar mensualmente insectos o telas de araña.
- **Cortes de luz:** Se reconecta automáticamente al volver la energía.

🛠 4. DIAGNÓSTICO DE RED

- **Red 2.4 GHz:** Funciona únicamente en Wi-Fi de 2.4 GHz (no soporta 5 GHz).
- **Contraseña:** Revisar mayúsculas/minúsculas si no conecta.
- **Cobertura:** Acercar el equipo al router o punto de acceso si falla.

📊 NIVELES DE CALIDAD DEL AIRE (PM2.5 / AQI EPA)

AQI	PM2.5 (µg/m³)	Categoría EPA	Indicación Escolar
0 - 50	0.0 - 12.0	Bueno	Sin restricciones para actividades al aire libre.
51 - 100	12.1 - 35.4	Moderado	Aceptable; estudiantes muy sensibles reducir esfuerzo prolongado.
101 - 150	35.5 - 55.4	Grupos Sensibles	Niños con asma o alergias deben reducir actividades intensas.
> 150	> 55.5	Insalubre	Evitar esfuerzo físico exigente en patio. Reubicar en interiores.

🌐 **Portal en vivo:** Consultar datos y mapa en **https://app.lemeit.ar/aq/** (Código AE-04).

📋 FICHA DE REGISTRO LOCAL (COMPLETAR EN LA ESCUELA)

Institución / Escuela: Esc. Agraria C.M. Casares (EAS Del Valle)

Código de Sensor: AE-04

Referente en la Escuela: _____

Teléfono / WhatsApp: _____

Red Wi-Fi configurada: _____

Ubicación de montaje (ej. Galería): _____

Observaciones:
PurpleAir PA-II-FLEX | Sensor index: 298873 | Device ID: f0:24:f9:c2:ee:ac
Alta PurpleAir: 12/11/2026 | Coord. de registro: -35.86807451954287, -60.73151263154378

Fecha de instalación: ____ / ____ / 2026

Red Ambiental Saladillo - lemeit.ar