Guía de Instalación — Sensor Aire Escolar

Red de Monitoreo Ambiental · Saladillo · app.lemeit.ar/aq

SENSOR AE-00

📍 1. UBICACIÓN Y MONTAJE (PURPLEAIR)

- **Altura de aire libre:** Entre **1.5 y 2.0 m** (altura de respiración).
- **Posición vertical:** Aberturas de toma hacia abajo (evita lluvia/polvo).
- **Ventilación:** Flujo libre de aire en 180° alrededor del equipo.
- **Resguardo exterior:** Bajo alero/galería; evitar lluvia directa y sol pleno.
- **Distancia:** Alejado de chimeneas, extractores, estufas o parrillas.

📶 2. CONFIGURACIÓN WI-FI (PASO A PASO)

1. **Enchufar:** Conectar USB a red eléctrica y esperar **2 min**.
2. **Conectar celular:** En Wi-Fi, buscar: `red` **PurpleAir-XXXX**
3. **Navegador:** Si no abre solo, ir a: `IP` **192.168.4.1**
4. **Guardar:** Elegir la Wi-Fi del colegio, escribir la clave y pulsar **Save**.
5. **Reinicio:** El sensor guardará la red y se reiniciará solo.

🔧 3. MANTENIMIENTO MÍNIMO

- **Limpieza:** Paño seco en exterior. No aplicar pulverizadores ni productos líquidos.
- **Tomas de aire:** Inspeccionar mensualmente insectos o telas de araña.
- **Cortes de luz:** Se reconecta automáticamente al volver la energía eléctrica.

🛠 4. DIAGNÓSTICO DE RED

- **Frecuencia 2.4 GHz:** Funciona únicamente en redes Wi-Fi de 2.4 GHz (no 5 GHz).
- **Contraseña:** Verificar mayúsculas y minúsculas si no conecta.
- **Cobertura:** Acercar el equipo al router o AP más cercano si falla la señal.

📊 NIVELES DE CALIDAD DEL AIRE (PM2.5 / AQI EPA)

AQI	PM2.5 (µg/m³)	Categoría EPA	Indicación Escolar
0 - 50	0.0 - 12.0	**Bueno**	Sin restricciones para actividades al aire libre.
51 - 100	12.1 - 35.4	**Moderado**	Aceptable; estudiantes muy sensibles reducir esfuerzo prolongado.
101 - 150	35.5 - 55.4	**Grupos Sensibles**	Niños con asma o alergias deben reducir actividades intensas.
> 150	> 55.5	**Insalubre**	Evitar esfuerzo físico exigente en patio. Reubicar adentro.

🌐 **Portal en vivo:** Monitorear mediciones en tiempo real en https://app.lemeit.ar/aq/ (Buscador: AE-00).

📋 FICHA DE REGISTRO LOCAL (COMPLETAR EN LA ESCUELA)

Institución / Escuela:
Colegio Secundario Madre Teresa

Código de Sensor:
AE-00

Referente en la Escuela:

Teléfono / WhatsApp:

Red Wi-Fi configurada:

Ubicación de montaje (ej. Galería):

Observaciones:
PurpleAir PA-II-FLEX | Sensor index: 198617 | Device ID: c8:c9:a3:f:93:af | En domicilio; instalación pendiente
Alta inicial: 28/11/2023 | Reg. escolar: 03/12/2024; 29/10/2026 | Coord.: -35.66630, -59.80716

Fecha de instalación:

Red Ambiental Saladillo — lemeit.ar