

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

PRODUCTO: AMPOLLETAS

CLIENTE:	SANOFI PASTEUR S.A. DE C.V.				FECHA:	04-may-26	
EMISOR:	ASEGURAMIENTO DE CALIDAD				PRODUCTO:	AMPOLLETA, FORMA "D", CLARA, 3ML	
	ORDEN NO:	1692130	TIPO:	I	CANT. PZAS:	471,240	
	FECHA DE CADUCIDAD:	N/A	LOTE DE DECORADO:	N/A	FECHA DE FABRICACIÓN:	02-may-26	

I.- Resistencia al Corte.

Certificamos que los Envases de Vidrio fueron sometidos a Pruebas Periódicas de Corte durante su proceso de fabricación, obteniendo una Resistencia al Corte de Newtons.

60.3

II.- Control Dimensional.

Los Envases fueron sometidos a una Inspección Dimensional durante su fabricación obteniendo los siguientes resultados (Anexo No.1)

III.- Certificación de vidrio Tipo I.

Se certifica que el producto de referencia esta hecho con vidrio de borosilicato Tipo I, el cual cumple con la prueba de vidrio molido de acuerdo con las ediciones más recientes de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), Farmacopea de los Estados Unidos de Norteamérica (U.S.P.), Farmacopea Europea (E.P.), Farmacopea Japonesa (J.P.) o cualquier otra la cual se halle en concordancia con las definiciones de Tipo I, anteriormente indicadas.

IV.- Control de Esfuerzos Residuales.

Certificamos que los Envases fueron aprobados durante el proceso, verificando sus Esfuerzos residuales con Pruebas Periódicas.

Nombre y Firma Autorizada:

Alfonso Loredo



04.may.26

Aseguramiento de Calidad

gerresheimer

Certificado de Calidad

No de Orden : 1692130

Cliente : SANOFI PASTEUR S.A. DE C.V.
Producto no. : 910040300039

Decorado : N/A
Lote : 1692130

Producto : AMPOLLETA
Vidrio : CLARO
Tamaño : 3 ML

Codigo : A03089090611

SAP Interno : NA

Empezar producción : 22/04/2026
Parar producción : 02/05/2026

Máquina no. : A13

Confirmamos que las piezas producidas en el periodo mencionado fueron 100% inspeccionadas en los parametros seleccionados. Todas las piezas fuera de especificacion fueron removidas.

Parámetros medidos

Código Descripción

Objetivo valor	Tol.	Media valor	Sdev	Min. valor	Max. valor
12.75	0.15	12.73	0.038	12.60	12.88
6.50	0.50	6.50	0.174	6.00	6.98
8.50	0.50	8.49	0.200	8.00	8.99
6.00	0.25	6.01	0.089	5.75	6.25
11.25	0.75	11.37	0.266	10.52	11.99
89.00	1.00	89.03	0.368	88.00	90.00
40.00	0.50	40.07	0.170	39.50	40.50
36.00	1.00	35.65	0.260	35.00	36.57
0.80	Max.	0.37	0.189	0.00	0.80
1.00	0.50	1.06	0.041	0.50	1.50

QA PA.ELIAS
04-may-26

Certificado de Calidad


No de Orden : 1692130

Codigo : A03089090611

Empezar producción : 22/04/2026

Máquina no. : A13

Parar producción : 02/05/2026



Cliente: Sanofi Pasteur, S.A. de C.V.
Producto: AMPOLLETA, FORMA D,
CLARA, 3ML
Orden Fab.: 1692130
Cantidad (pzs): 471,240
Folio: CA26-0274

gerresheimer

Gerresheimer Querétaro, S.A.
Coahuila 9, Zona Ind. Benito Juárez
C.P. 76120 México
Querétaro

Daniel Hernández Martínez
Coordinador de Laboratorio
e-mail : daniel.hernandez@gerresheimer.com
Internet :www.gerresheimer.com

04/MAYO/2026

Certificado de Análisis

Prueba EP

Certificamos que los envases fueron sometidos a la prueba de Resistencia Hidrolítica de acuerdo a los procedimientos de la **European Pharmacopeia, Edición Vigente.**

El resultado de la prueba es el siguiente:

Prueba	Resultado	Límite EP
Resistencia Hidrolítica de la Superficie Interna	0.80 mL de HCl 0.01M	1.30 mL Máx.

Atentamente,
Gerresheimer Querétaro

Elaboró

Le Olvera 04 May 26
Analista de Laboratorio

Aprobó

P.A. Neustegi 04-May-26
Coordinador de Laboratorio Químico

Adjuntar/ CCP: Archivo, Almacén y Cliente.

Tiempo de retención: 7 años
Archivo: Laboratorio Químico

QRO-LB-FO-030-03
Emisión: 2

85722
85723
85724

SCHOTT

Rio de Janeiro, 2026-03-19

CERTIFICATE

We hereby certify that the neutral glass tubing of FIOLAX[®] delivered to:
GERRESHEIMER QUERETARO SA
Av. Coahuila 9
76120 QUERETARO
MÉXICO

against invoice 95830825 dated 04.03.2026
and delivery note 851948040 dated 04.03.2026
and your order 4500106791/4500406792/4500106793 dated 23.02.2026

has been produced by consistently using a Quality Management System according to ISO 9001:2015 and ISO 15378:2015 as well as in accordance with our *Technical Performance Specification*.

The alkali release measured as per the glass grains test specified for Type I glass according to current Ph. Eur. and US Pharmacopoeia typically ranges within the following values:

0.038 +/- 0.005 ml 0.02 M HCl / 1 g glass

With an upper limit for the first hydrolytic class (comparable: water resistance class 1 resp. HGA 1 according to ISO 720, Type 1 according to YBB00252003-2015 and Grade 1 according to ChP 4201) of

0.1 ml 0.02 M HCl / 1 g glass

and (comparable: water resistance class 1 resp. HGB 1 according to ISO 719, HGB1 according to YBB00362004-2015) of

0.1 ml 0.01 M HCl / 1 g glass

our neutral glass tubing of FIOLAX[®] clear and FIOLAX[®] amber corresponds to the requirements of the current US Pharmacopoeia for type I glass as well as to the stipulations of all other known pharmacopoeia (e.g. current Ph. Eur., ChP and JP). Various tests on containers made from FIOLAX[®] tubing have shown that the arsenic release is well below the limit value of 0.1 ppm As.

The composition of FIOLAX[®] amber fulfils the requirements for guaranteeing protection against light, e.g. acc. to current Ph. Eur. and USP for containers with wall thicknesses according to ISO 9187 and ISO 8362 resp. and after correct thermal treatment of the containers made of tubular glass.

The content of Barium in FIOLAX[®] clear is less than 250 ppm.

Declaration of Conformity

The heavy metal contents, e.g. lead, cadmium, mercury and hexavalent chromium of our FIOLAX[®] tubing and our packing are below 100 ppm, i.e. considerably below the limit values of the US and EU regulations (article 5, paragraph 4 of Regulation (EU) 2025/40).

Business Unit Tubing
SCHOTT Technologies Brazil Ltda.


Laboratory Chemist



Giselle Lima

Business Unit Tubing
SCHOTT Technologies Brazil Ltda.

Quality Manager



Luciano Marques

F-PTR-1903 GB TV / index 15 / 05.11.2025 / T/TQ-KHig

Invoice Number 95830825

Item	Quantity	Unit	Article
10	5	PAL	Customer Article No. 28000985

FIOLAX® - Tubos de Vidrio, blanco, sin Raya
DENSOCAN®, extremos cerrados

DE	+/-	EP	+/-	L
12,75	0,120	0,500	0,020	1.500,00

Weight per PAL 918.000 KG

Total weight 4590.000 KG

Pallet(s):	3401824420539252	02.02.2026	00226522
	3401824420540296	17.02.2026	10226527
	3401824420540365	18.02.2026	10226528
	3401824420540993	27.02.2026	20426527
	3401824420540998	27.02.2026	20426527

Invoice Number 95830825

Item	Quantity	Unit	Article
20	5	PAL	Customer Article No. 28000985

FIOLAX® - Tubos de Vidrio, blanco, sin Raya
DENSOCAN®, extremos cerrados

DE	+/-	EP	+/-	L
12,75	0,120	0,500	0,020	1.500,00

Weight per PAL 918.000 KG

Total weight 4590.000 KG

Pallet(s):	3401824420541092	28.02.2026	20426528
	3401824420541153	01.03.2026	00426531
	3401824420541162	01.03.2026	00426531
	3401824420541115	01.03.2026	00426531
	3401824420541109	01.03.2026	00426531

Invoice Number 95830825

Item	Quantity	Unit	Article
30	5	PAL	Customer Article No. 28000985

FIOLAX® - Tubos de Vidrio, blanco, sin Raya
DENSOCAN®, extremos cerrados

DE	+/-	EP	+/-	L
12,75	0,120	0,500	0,020	1.500,00

Weight per PAL 918.000 KG

Total weight 4590.000 KG

Pallet(s):	3401824420541249	03.03.2026	00426533
	3401824420541271	03.03.2026	00426533
	3401824420541319	03.03.2026	00426533
	3401824420541325	04.03.2026	00426534
	3401824420541333	04.03.2026	00426534



Folio: 1092

Constancia de tratamiento aplicado de acuerdo a la NOM-144-SEMARNAT-2017

Persona autorizada: MADERAS Y TARIMAS INDUSTRIALES LA PIEDAD S.A DE C.V

Número Único asignado: MX-2487

Datos del solicitante del servicio

Nombre, Denominación o razón social: TARIMAS RECICLADAS SERVIN

Domicilio: MUNICIPIOS. 3. CP. 76246 EL MARQUES QUERETARO MEXICO.

Teléfono: 4421983056

Correo electronico:

Fecha de aplicación del tratamiento fitosanitario: 2025/09/27

Número de piezas: 82 PIEZAS

Volumen en metros cúbicos: 1.0 M3

Tipo de embalaje tratado: 30 TARIMAS DE 42" X 48" - 26 TARIMAS DE 100CM X 120CM - 26 TARIMAS DE 140CM X 45".

Condición del embalaje: Reciclado

Tratamiento fitosanitario aplicado: HT

Hora inicial de aplicación: 09:54 HRS

Hora final de aplicación: 11:11 HRS

Tiempo total del tratamiento: 01:17 HORAS

temperatura del tratamiento: 56 °C

tiempo de aplicación a la temperatura: 46 MIN

Nombre y firma del propietario o representante legal

JOSE GABRIEL HERNANDEZ POZAS



MX-2487
HT

Folios de
constancias: 1092


HORNOS DE TRATAMIENTO TERMICO

Nom-144-SEMARNAT-2017

Nombre de la empresa: MADERAS Y TARIMAS INDUSTRIALES LA PIEDAD
S.A DE C.V

RFC: MTI130716J62
Teléfono: 4421983056

Día Inicial: 2025/09/27
Día Final: 2025/09/27



CONSTANCIA FOLIO: 1092

TARIMAS RECICLADAS
SERVIN
No. piezas: 82 PIEZAS
Volumen M3: 1.0 M3
Condición de embalaje:
Reciclado
Tipo de embalaje:
30 TARIMAS DE 42" X 48" -
26 TARIMAS DE 100CM X
120CM - 26 TARIMAS DE
140CM X 45".
Tiempo total: 01:17 hrs
Temperatura: 56 °C
Tiempo aplicación: 46 min



¿Tiene alguna duda acerca de cómo usar tu equipo de tratamiento térmico? Contáctenos al teléfono de Soporte Técnico: México al 441 103 4331 (Línea Gratuita) o visita nuestra página web: www.jrmmaquinaria.blogspot.com Hornos, Maquinaria y Software diseñados y patentados por:



CERTIFICADOS SENSORES

Sensor 1: CERTIFICAM-T25-005 Sensor 2: CERTIFICAM-T25-006
Año de certificación: 2025 Certificado válido ante la EMA

JOSE GABRIEL HERNANDEZ POZAS
CARRETERA ESTATAL LA PIEDAD KM 0.200 LA PIEDAD EL MARQUES
RFC: MTI130716J62 Teléfono: 4421983056

Primary Packaging Glass
 Gerresheimer Queretaro S.A.
 C. Coahuila 9, Industrial
 76120 Santiago de Queretaro, QRO Mexico
 RFC : GQU381122UF6

Gerresheimer Queretaro S.A. C. Coahuila 9, Industrial, Mexico

Ship To

SANOFI PASTEUR S.A. DE C.V.
 ACUEDUCTO DEL ALTO LERMA No.3
 52740 ZONA INDUSTRIAL OCOYOACAC
 México

Packing List

Document Number / Date 8220005226 / 04.05.2026
 Purchase Order No. / Date 2012009617 / 26.02.2026
 Customer Number 104110
 Delivery Date 05.05.2026
 Page 1 of 1

Shipping Conditions Estándar
 Incoterms 2020 : DPU (Delivered at place unloaded) /
 Entrega en lugar acordado
 Total Weight 1,960.357 KG
 Net Weight 1,484.406 KG
 TPC = 1000 Pieces

Item	Material Order Number	Material Desc	Tariff Code	Net Weight	Gross Weight
	Batch	Palletnumber	Pc/Pal	Pc/Pak	Customer Mat.No.
10	910040300039	AMPOLLETA, FORMA D, CLARA, 3ML		1,484.406 KG	1,960.357 KG
		Sales Order: 2201002535 / Item: 10	MX211192		
		1692130 0001	45.360 TPC	420	
		1692130 0002	45.360 TPC	420	
		1692130 0003	45.360 TPC	420	
		1692130 0004	45.360 TPC	420	
		1692130 0005	45.360 TPC	420	
		1692130 0006	45.360 TPC	420	
		1692130 0007	45.360 TPC	420	
		1692130 0008	45.360 TPC	420	
		1692130 0009	45.360 TPC	420	
		1692130 0010	45.360 TPC	420	
		1692130 0011	17.640 TPC	420	
				Pallets:	11
				Packs:	1,122 BTO
				Pieces:	471.240 TPC
				Total Pallets	11
				Total Packs	1,122 BTO
				Total Pieces	471.240 TPC

BANK OF AMERICA, N.A. (USD)
 ACCOUNT: 1257083377 SWIFT:BOFAUS3N
 ABA for Wires: 026009593 ABA for ACH: 122000661
 BANK Address: 222 Broadway New York, NY 10038

BANCO NACIONAL DE MEXICO (MXN)
 SUC/CUENTA 870 / 17428
 CLABE INT 002180087000174288

BBVA BANCOMER S.A. (MXN)
 CUENTA 0442563355
 CLABE INT 012680004425633550