

AÑO: _____

JLO DE LA EFICACIA DEL LABORATORIO DE MEDICIÓN DIVIS

CALCULO DE LA EFICACIA : $ELAB = \% L1 + \% L2 + \% L3 + \% L4 + \% L5 + \% L6$

DONDE: $\% L1 = 18\% * META/REAL$ $\% L3 = 18\% * META/REAL$ $\% L5 = 5\% * META/REAL$
 $\% L2 = 45\% * META/REAL$ $\% L4 = 5\% * META/REAL$ $\% L6 = 9\% * META/REAL$

DESCRIPCIÓN	ENERO 2025			FEBRERO 2025			MARZO 2025		
	REALIZADOS	RECIBIDOS	EFICACIA	REALIZADOS	RECIBIDOS	EFICACIA	REALIZADOS	RECIBIDOS	EFICACIA
%L1	9	9	18	9	9	18	8	9	16
%L2	155	155	45	150	150	45	220	220	45
%L3	45	45	18	25	25	18	27	27	18
%L4	0	0	5	5	5	5	0	0	5
%L5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
%L6	0	0	9	0	0	9	0	0	9
ELAB MES	100%			100%			98%		

DESCRIPCIÓN	ABRIL 2025			MAYO 2025			JUNIO 2025		
	REALIZADOS	RECIBIDOS	EFICACIA	REALIZADOS	RECIBIDOS	EFICACIA	REALIZADOS	RECIBIDOS	EFICACIA
%L1	8	9	16	9	9	18	9	9	18
%L2	337	337	45	114	114	45	79	79	45
%L3	45	45	18	22	22	18	29	29	18
%L4	0	0	5	0	0	5	0	0	5
%L5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
%L6	0	0	9	0	0	9	0	0	9
ELAB MES	98%			100%			100%		

DESCRIPCIÓN	JULIO 2025			AGOSTO 2025			SEPTIEMBRE 2025		
	REALIZADOS	RECIBIDOS	EFICACIA	REALIZADOS	RECIBIDOS	EFICACIA	REALIZADOS	RECIBIDOS	EFICACIA
%L1	9	9	18	9	9	18	8	9	16
%L2	75	75	45	63	63	45	96	96	45
%L3	34	34	18	25	25	18	11	11	18
%L4	0	0	5	0	0	5	0	0	5
%L5	0	0	5	0	0	5	9	9	5
%L6			9			9			9
ELAB MES	100%			100%			98%		

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE 2025			NOVIEMBRE 2025			DICIEMBRE 2025		
	REALIZADOS	RECIBIDOS	EFICACIA	REALIZADOS	RECIBIDOS	EFICACIA	REALIZADOS	RECIBIDOS	EFICACIA
%L1	8	9	16	9	9	18	9	9	18
%L2	103	103	45	79	79	45	22	22	45
%L3	90	90	18	40	40	18	14	14	18
%L4	0	0	5	0	0	5	0	0	5
%L5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
%L6			9			9			9
ELAB MES	98%			100%			100%		

CALCULO DE LA EFICACIA DEL LABORATORIO POR TRIMESTRES

ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
99%	99%	99%	99%

ELAB			
NO. De actividad VVSIEP	DESCRIPCIÓN	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
1	Equipo de laboratorio disponible	Cumplimiento al programa de calibración de los equipos de laboratorio	Supervisor de Metrología
2	Equipo calibrado dentro del programa	Cumplimiento a los compromisos de servicio de acuerdo a los contratos elaborados con los clientes	Supervisor de Metrología
3	Equipo calibrado fuera del programa	100% del equipo calibrado fuera de programa	Supervisor de Metrología
4	Equipo enviado a servicio externo	Cumplimiento a los compromisos de servicio de acuerdo a los contratos elaborados con los clientes	Supervisor de Metrología
5	Equipo calibrado al recibirlo del servicio	Cumplimiento a los compromisos de servicio de acuerdo a los contratos elaborados con los clientes	Supervisor de Metrología
6	Equipo calibrado en sitio	Equipo calibrado en el sitio que indique el cliente, en caso de no hacer esta calibración se agrega la ponderación al %L2.	Supervisor de Metrología

NOTA: EN CASO DE QUE NO SE TENGA EVENTOS EN UN MES POR CAUSAS AJENAS AL LABORATORIO SE CONSIDERA EL 100% DE LA META PROGRAMADA

ELABORÓ

REVISÓ

Supervisor de Metrología

Jefe de Departamento del Laboratorio de Medición
Divisional

F-4413-L02-R-01