Lista diaria de chequeo del autoclave

Finalidad y momento de uso

Registrar lista diaria de chequeo del autoclave en el momento de la actividad correspondiente a ODO-EST22. No usar datos simulados ni declarar ejecución únicamente por disponer del formato.

Responsabilidad y preparación

La persona que realiza la actividad registra datos reales; el verificador revisa coherencia y evidencia según rol. Reunir instrucciones y soportes necesarios, confirmar identidad del objeto o usuario y usar acceso autorizado.

Fecha / hora / operador

Registrar fecha y hora reales, periodo y secuencia cuando procede. No diligenciar retrospectivamente como si se hubiera realizado en otra fecha; las correcciones quedan trazables.

Equipo / marca / modelo / serial

Diligenciar dato concreto y pertinente a lista diaria de chequeo del autoclave. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Mantenimiento y calificación al día

Diligenciar dato concreto y pertinente a lista diaria de chequeo del autoclave. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Cámara / bandejas / junta / puerta / conexiones

Diligenciar dato concreto y pertinente a lista diaria de chequeo del autoclave. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Agua requerida / nivel / condición

Diligenciar dato concreto y pertinente a lista diaria de chequeo del autoclave. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Pruebas aplicables y resultado / soporte

Identificar documento auténtico, versión, origen y ubicación accesible al autorizado. La plantilla no sustituye licencia, manual original, certificado técnico ni prueba de ejecución.

Formato para diligenciar

Documento asociado: ODO-EST22 | Registro en blanco. Adjuntar hojas adicionales identificadas si se requiere.

Campo	Registro
Fecha / hora / operador	
Equipo / marca / modelo / serial	
Mantenimiento y calificación al día	
Cámara / bandejas / junta / puerta / conexiones	
Agua requerida / nivel / condición	
Pruebas aplicables y resultado / soporte	
Alarmas / restricciones	
Equipo disponible o fuera de servicio / responsable	

Observaciones y soporte vinculado

_____

_____

_____

Criterios de revisión y custodia del registro

Antes de ejecutar

Verificar identificación del dispositivo/equipo, clasificación, compatibilidad del fabricante y estado de mantenimiento. Determinar zona sucia o limpia y barreras requeridas. Confirmar suministro de agua, detergente, barreras e indicadores apropiados y capacidad para completar el flujo sin improvisación. Si instrucción o compatibilidad faltan, detener y escalar al responsable.

Durante la tarea

Mantener segregación y código rastreable. Registrar parámetros y resultados propios de la etapa: limpieza, secado, inspección, sello, programa o control. Una etapa correcta no compensa otra fallida. No introducir material sucio en área limpia, liberar sin revisión ni mezclar paquetes retenidos con disponibles.

Criterio de detención

Suciedad residual, daño, empaque húmedo/roto, ciclo incompleto, control no satisfactorio o trazabilidad perdida obligan a retener lo afectado y evaluar extensión. Identificar cuarentena, conservar evidencia, restringir equipo/proceso si procede y localizar cargas relacionadas; el instrumental no se usa para comprobar su condición.

Registro no satisfactorio

Registrar la diferencia, proteger el área/usuario/material según riesgo y avisar al responsable. Establecer acción, plazo y comprobación posterior. En reprocesamiento una carga no conforme no se libera por urgencia de agenda.

Archivo y correcciones

Identificar fecha, autor, versión y ubicación de anexos. Corregir por adenda o registro trazable sin borrar original. Custodiar con reserva si contiene datos de salud y asociar autenticación legalmente válida donde corresponda. El diseño no incluye campos de firma.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609