Tabla de programas del autoclave autorizados por carga

Finalidad y momento de uso

Registrar tabla de programas del autoclave autorizados por carga en el momento de la actividad correspondiente a ODO-EST31. No usar datos simulados ni declarar ejecución únicamente por disponer del formato.

Responsabilidad y preparación

La persona que realiza la actividad registra datos reales; el verificador revisa coherencia y evidencia según rol. Reunir instrucciones y soportes necesarios, confirmar identidad del objeto o usuario y usar acceso autorizado.

Equipo / tecnología / serial

Diligenciar dato concreto y pertinente a tabla de programas del autoclave autorizados por carga. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Programa / manual / versión

Registrar lectura y unidad reales, programa/ciclo identificado y criterio del fabricante aplicable. No transcribir parámetros nominales como si fueran mediciones; una falla requiere retención y evaluación.

Tipo de dispositivo / sólido / hueco / textil

Identificar indicador y control del mismo lote, vencimiento, ciclo, incubación conforme a fabricante, hora de lectura y resultado. Vincular contención/liberación y evidencia original; no confundir control positivo con carga fallida.

Empaque y disposición compatibles

Diligenciar dato concreto y pertinente a tabla de programas del autoclave autorizados por carga. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Límite de carga / configuración

Diligenciar dato concreto y pertinente a tabla de programas del autoclave autorizados por carga. Diferenciar observado, informado y pendiente; explicar no aplica cuando se justifica, sin usarlo para ocultar ausencia de evidencia.

Temperatura / presión / exposición autorizadas

Registrar lectura y unidad reales, programa/ciclo identificado y criterio del fabricante aplicable. No transcribir parámetros nominales como si fueran mediciones; una falla requiere retención y evaluación.

Formato para diligenciar

Documento asociado: ODO-EST31 | Registro en blanco. Adjuntar hojas adicionales identificadas si se requiere.

Campo	Registro
Equipo / tecnología / serial	
Programa / manual / versión	
Tipo de dispositivo / sólido / hueco / textil	
Empaque y disposición compatibles	
Límite de carga / configuración	
Temperatura / presión / exposición autorizadas	
Secado / agua / criterios de aceptación	
Calificación y evidencia de esta configuración	
Pruebas / indicadores / restricciones	
Revisor / autorización / autenticación / fecha	

Observaciones y soporte vinculado

_____

_____

_____

Criterios de revisión y custodia del registro

Antes de ejecutar

Verificar identificación del dispositivo/equipo, clasificación, compatibilidad del fabricante y estado de mantenimiento. Determinar zona sucia o limpia y barreras requeridas. Confirmar suministro de agua, detergente, barreras e indicadores apropiados y capacidad para completar el flujo sin improvisación. Si instrucción o compatibilidad faltan, detener y escalar al responsable.

Durante la tarea

Mantener segregación y código rastreable. Registrar parámetros y resultados propios de la etapa: limpieza, secado, inspección, sello, programa o control. Una etapa correcta no compensa otra fallida. No introducir material sucio en área limpia, liberar sin revisión ni mezclar paquetes retenidos con disponibles.

Criterio de detención

Suciedad residual, daño, empaque húmedo/roto, ciclo incompleto, control no satisfactorio o trazabilidad perdida obligan a retener lo afectado y evaluar extensión. Identificar cuarentena, conservar evidencia, restringir equipo/proceso si procede y localizar cargas relacionadas; el instrumental no se usa para comprobar su condición.

Registro no satisfactorio

Registrar la diferencia, proteger el área/usuario/material según riesgo y avisar al responsable. Establecer acción, plazo y comprobación posterior. En reprocesamiento una carga no conforme no se libera por urgencia de agenda.

Archivo y correcciones

Identificar fecha, autor, versión y ubicación de anexos. Corregir por adenda o registro trazable sin borrar original. Custodiar con reserva si contiene datos de salud y asociar autenticación legalmente válida donde corresponda. El diseño no incluye campos de firma.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609