

Análisis del estándar: Dotación

Alcance de la revisión

11.1.3 y 11.3.1.15-19: dotación según procedimientos documentados y modalidad. Manual, mantenimiento y metrología corresponden al equipo real.

Qué verificar en auditoría

Vincular equipos y material a cada procedimiento documentado. Mantener inventario, manual completo por marca y modelo, entrenamiento, mantenimiento y metrología justificadas.

Ajustes al checklist recibido

El encabezado "Psicología" del checklist de dotación debe corregirse. "Pruebas fisioterapia" son mediciones funcionales apropiadas, con versiones y permisos; no una batería psicológica.

Soportes que deben anexarse

Manuales originales, facturas, registro o permiso sanitario cuando corresponde, informes técnicos, calibración o verificación cuando requerida.

Estado de partida

Se entrega documentación propuesta y formatos vacíos. Estado de cumplimiento del consultorio: pendiente de verificar. No se ha visitado sede ni observado ejecución; la matriz no declara cumplimiento ni emite certificado de habilitación.

Tipo de prestador y sede	
Oferta o modalidad revisada	
Responsable y fecha de evaluación	

Verificación y evidencias por estándar

Componente	Evidencia que debe observarse	Acción si falta
Aplicabilidad	Criterio, servicio, modalidad y condición real.	Revisar y justificar, sin exclusión automática.
Documento	Código, versión, alcance, responsable y adopción auténtica.	Adaptar, aprobar y comunicar.
Recurso	Área, persona, equipo, insumo y manual requeridos.	Limitar actividad insegura hasta disponibilidad.
Ejecución	Registro contemporáneo y resultado verificable.	Registrar futuro correctamente; investigar omisión sin fabricar pasado.
Control	Inspección, auditoría, indicador y respuesta al hallazgo.	Definir medida, responsable y seguimiento.
Reserva	Acceso legítimo y manejo de datos mínimos.	Restringir exposición y evaluar incidente.

Método de evaluación

Cruzar documento con un recorrido real de sede y muestra de episodios del periodo elegido. Definir tamaño, criterio y responsable; conservar evidencia observada y distinguir cumple, no cumple, no aplica justificado y pendiente. La existencia del archivo no permite usar cumple.

Riesgos de implementación

El encabezado "Psicología" del checklist de dotación debe corregirse. "Pruebas fisioterapia" son mediciones funcionales apropiadas, con versiones y permisos; no una batería psicológica. Manuales originales, facturas, registro o permiso sanitario cuando corresponde, informes técnicos, calibración o verificación cuando requerida.

Frecuencia y revisión

Realizar revisión antes de autoevaluación, visita o cambio de oferta; seguir programación local según riesgo y plazos oficiales vigentes. La documentación se modifica cuando cambian equipo, producto, norma o técnica.

Referencia

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

Hallazgos, acciones y control de carpeta

Diligenciar después de observar evidencia, sin preclasificar todo como cumplido.

Criterio / hallazgo	Riesgo / control inmediato	Acción y responsable	Plazo / evidencia / eficacia

Control de adopción

Documentos revisados y versiones	
Técnicas condicionales activadas o excluidas con fundamento	
Soportes externos anexados y pendientes	
Formación y verificación de comprensión	
Muestra, resultados y próxima evaluación	

Uso del índice

Los documentos individuales y formatos se archivan en el orden del índice siguiente. El consolidado 99 reproduce los PDF para consulta e impresión; cada documento conserva su código y paginación. No usar una copia anterior cuando se adopta otra versión.

Índice y orden de archivo

Código	Documento	Tipo / condición	Páginas
03-M01	Manual de administración de equipos y material terapéutico	Manual	4
03-P02	Mantenimiento preventivo, correctivo y control metrológico	Procedimiento	4
03-P03	Guía local de operación segura y manuales del fabricante	Procedimiento	4
03-P04	Pruebas funcionales, instrumentos y escalas de evaluación	Procedimiento	4
03-F90	Hoja de vida individual de equipo biomédico	Formato	3
03-F91	Inventario maestro de dotación y material terapéutico	Formato	3
03-F92	Cronograma anual de mantenimiento y metrología	Formato	3
03-FRP03	Registro de guía local de operación segura y manuales del fabricante	Formato	3
03-FRP04	Registro de pruebas funcionales, instrumentos y escalas de evaluación	Formato	3

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576