

Mantenimiento preventivo, correctivo y control metrológico

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Definir intervenciones técnicas proporcionadas a fabricante, riesgo y uso, preservando seguridad y desempeño.

2. Alcance y condiciones de uso

Equipos biomédicos, instrumentos de medición, camillas, ayudas y material. El proveedor debe tener competencia técnica pertinente al trabajo, no un certificado genérico para cualquier equipo.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Responsable clínico	Seleccionar equipo según indicación y comprobar uso seguro.
Proveedor técnico competente	Ejecutar mantenimiento, medición y evaluación trazables.
Operador entrenado	Revisar apertura, vigilar y retirar fallas de uso.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Construir cronograma con manual de cada equipo, historial, intensidad de uso y consecuencias

Construir cronograma con manual de cada equipo, historial, intensidad de uso y consecuencias de falla. Determinar qué requiere mantenimiento, calibración, verificación o inspección y justificar periodicidad.

2. Antes del trabajo retirar el equipo de atención y revisar limpieza y condición

Antes del trabajo retirar el equipo de atención y revisar limpieza y condición. Entregar al proveedor identificación, falla, uso y requisitos de prueba; proteger los datos si el equipo los almacena.

3. Solicitar informe con equipo y serial, tareas, piezas, mediciones, instrumentos usados, ha

Solicitar informe con equipo y serial, tareas, piezas, mediciones, instrumentos usados, hallazgos y resultado. Para calibración revisar trazabilidad, incertidumbre y aceptación del resultado cuando corresponda.

4. Comparar resultado con límites de fabricante o criterios técnicos adoptados

Comparar resultado con límites de fabricante o criterios técnicos adoptados. Un informe con resultado fuera de tolerancia no es una liberación; analizar impacto en tratamientos o mediciones anteriores.

5. Probar función, accesorios y seguridad antes de volver al servicio

Probar función, accesorios y seguridad antes de volver al servicio. Registrar quién evalúa y la evidencia; mantener cuarentena si sigue una falla o falta el informe crítico.

6. Actualizar hoja de vida y fecha próxima, conservar certificados auténticos y revisar recur

Actualizar hoja de vida y fecha próxima, conservar certificados auténticos y revisar recurrencia. No modificar ajustes internos del equipo fuera de la competencia y autorización del fabricante.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Cumplimiento: trabajos ejecutados / trabajos programados x 100.

Criterios de aceptación explícitos.

Evaluación del impacto de resultados fuera de tolerancia.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.3 y 11.3.1.15-19: dotación según procedimientos documentados y modalidad. Manual, mantenimiento y metrología corresponden al equipo real.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Equipo y serial	
Tipo de intervención	
Base de periodicidad	
Fecha programada y real	
Proveedor	
Informe y mediciones	
Criterio de aceptación	
Hallazgo	
Estado final	
Próxima revisión	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Dispositivos

Decreto 4725 de 2005 y modificaciones: régimen sanitario y vigilancia. Resolución 3100, 11.1.3-11.1.4 y 11.3.1.15-21: dotación, conservación y tecnologías según oferta. Manuales completos del fabricante se anexan por marca y modelo.

<https://minsalud.gov.co/salud/medicamentos-y-tecnologias/Paginas/dispositivos-medicos-equipos-biomedicos.aspx>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576