

Guía local de operación segura y manuales del fabricante

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Vincular cada equipo al manual auténtico y a una guía local validada para apertura, aplicación, vigilancia y cierre.

2. Alcance y condiciones de uso

Formato de manual operativo individual por marca y modelo. No define dosis terapéuticas universales ni sustituye las instrucciones de uso del fabricante.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Responsable clínico	Seleccionar equipo según indicación y comprobar uso seguro.
Proveedor técnico competente	Ejecutar mantenimiento, medición y evaluación trazables.
Operador entrenado	Revisar apertura, vigilar y retirar fallas de uso.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Obtener manual completo, ficha técnica y accesorios autorizados

Obtener manual completo, ficha técnica y accesorios autorizados. Registrar edición, idioma, modelo y fuente; comprobar que coinciden con el equipo instalado.

2. Identificar alimentación eléctrica, instalación, ambiente, limpieza y protección requerida

Identificar alimentación eléctrica, instalación, ambiente, limpieza y protección requeridas. Señalar advertencias, mantenimiento y fallas que obligan a retirar de uso.

3. Describir apertura: inspección, conexión, prueba, autodiagnóstico y selección inicial

Describir apertura: inspección, conexión, prueba, autodiagnóstico y selección inicial. Practicar con personal entrenado sin exposición de un paciente mientras se valida el procedimiento.

4. Antes de aplicar comprobar indicación, contraindicaciones, identidad, piel, sensibilidad y

Antes de aplicar comprobar indicación, contraindicaciones, identidad, piel, sensibilidad y consentimiento. Registrar programa y parámetros individualizados con fundamento clínico y dentro del rango autorizado.

5. Definir vigilancia durante la aplicación y cómo detener la salida

Definir vigilancia durante la aplicación y cómo detener la salida. Ante dolor inesperado, reacción cutánea, mareo o alarma, interrumpir y reevaluar antes de continuar.

6. Describir cierre, desconexión, limpieza compatible y almacenamiento

Describir cierre, desconexión, limpieza compatible y almacenamiento. Validar la guía con prueba real, actualizar ante cambios y mantener disponible el manual completo.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Manual de marca y modelo disponible.

Prueba real y entrenamiento documentado.

Parámetros reales registrados en cada sesión.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.3 y 11.3.1.15-19: dotación según procedimientos documentados y modalidad. Manual, mantenimiento y metrología corresponden al equipo real.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Equipo marca modelo	
Fuente y versión del manual	
Condiciones de instalación	
Apertura y prueba	
Accesorio y contacto	
Parámetros permitidos por fabricante	
Contraindicaciones específicas	
Criterios de detención	
Limpieza y cierre	
Validación y capacitación	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Dispositivos

Decreto 4725 de 2005 y modificaciones: régimen sanitario y vigilancia. Resolución 3100, 11.1.3-11.1.4 y 11.3.1.15-21: dotación, conservación y tecnologías según oferta. Manuales completos del fabricante se anexan por marca y modelo.

<https://minsalud.gov.co/salud/medicamentos-y-tecnologias/Paginas/dispositivos-medicos-equipos-biomedicos.aspx>

Ejercicio profesional

Ley 528 de 1999, artículos 1-3 y 27, principios, competencias y consentimiento previo. El contenido exige evaluación integral y fundamento científico; no garantiza resultados ni amplía competencias por tener un formato.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66199>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576