

Dotación y gestión de equipos

CÓDIGO	DOT-P01	VERSIÓN	02	FECHA	___ / ___ / ____
--------	---------	---------	----	-------	------------------

Documento base editable para fisioterapeuta independiente en consultorio intramural. Debe adaptarse, adoptarse y acompañarse de evidencias reales antes de evaluar cumplimiento. Responsable del proceso [nombre del profesional].

1 Objetivo y alcance

Garantizar que cada procedimiento dispone de equipos y elementos funcionales. Elaborar inventario real; no incorporar equipos que no existen. Vincular equipo, protocolo, área y operador competente.

2 Recepción del equipo

Registrar identificación, marca, modelo, serial, proveedor, fecha de adquisición y soporte de compra. Obtener manual, información técnica y documentación sanitaria aplicable. Verificar instalación y funcionamiento inicial antes de uso; conservar la evidencia técnica disponible.

3 Uso diario seguro

Antes de cada uso revisar integridad, accesorios, cables y funcionamiento según el fabricante. Limpiar mediante productos compatibles. No exceder indicaciones ni usar equipos con falla; identificar FUERA DE SERVICIO, aislar y gestionar evaluación técnica.

4 Mantenimiento y metrología

Establecer cronograma por fabricante, riesgo y uso. Conservar informes con actividades, resultados e identificación del técnico. Definir calibración o verificación metrológica cuando corresponda a la función de medida; no exigir calibración indiscriminada a toda la dotación.

5 Retorno y retiro

Tras intervención, comprobar seguridad y desempeño con soporte técnico antes de liberar. Si la falla involucró un paciente, conectar con reporte de eventos y tecnovigilancia. Registrar retiro definitivo y disposición cuando no sea reparable; actualizar inventario.

Formatos de registro

Diligenciar con datos reales. Usar No aplica con justificación cuando corresponda. Reproducir cada ficha según necesidad. No incluye campos de firma.

DOT-F01 Inventario

Campo	Información
Código y nombre del equipo	_____
Marca modelo serial	_____
Ubicación y uso	_____
Estado	_____
Fecha de adquisición	_____
Referencia de hoja de vida	_____

DOT-F02 Hoja de vida

Campo	Información
Código marca modelo serial	_____
Proveedor y soporte sanitario aplicable	_____
Manual y accesorios	_____
Mantenimiento recomendado	_____
Necesidad metrológica y justificación	_____
Historial fecha actividad resultado técnico soporte	_____

DOT-F03 Falla y liberación

Campo	Información
Fecha equipo y falla	_____
Medida inmediata	_____
Intervención y soporte	_____
Verificación de funcionamiento	_____
Fecha y responsable de liberación	_____
Incidente asociado si existe	_____

Lista de verificación interna

DOT-F04 • Fecha [completar] • Auditor por nombre [completar]

Registrar C cumple, NC no cumple, NA no aplica o PV pendiente de verificar. C exige evidencia observada; NA exige fundamento. Esta lista orienta la preparación y no reproduce todos los criterios de la autoevaluación oficial.

Punto de control	Estado	Evidencia y observación
Equipos corresponden a procedimientos	_____	_____
Manuales accesibles	_____	_____
Mantenimiento respaldado por informes	_____	_____
Necesidad metrológica evaluada	_____	_____
Equipos con fallas aislados	_____	_____

Registro de hallazgos

Hallazgo y criterio	Acción y responsable	Plazo y eficacia
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Referencias y límites

Base de organización: Resolución 3100 de 2019, manual anexo, criterios generales aplicables y apartado 11.3.1 Servicio de terapias, con modificaciones vigentes. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026. Consulta de fuentes 3 de octubre de 2026. Verificar el instrumento territorial vigente antes de radicar.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576