

Manual de medicamentos, dispositivos e insumos

Manual | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Controlar selección, adquisición, recepción, almacenamiento, uso y disposición de tecnologías según la oferta.

2. Alcance y condiciones de uso

Los controles de dispositivos e insumos siguen aplicando aunque no se prescriban ni administren medicamentos. La declaración de ausencia de medicamentos se limita a hechos y se revisa ante cambios.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Responsable de tecnologías	Controlar compras, recepción, conservación y alertas.
Fisioterapeuta	Revisar elemento antes de usar y reportar señales de daño.
Apoyo autorizado	Registrar inventario, cuarentena y disposición de su alcance.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Listar equipos, electrodos, geles, agujas si existen, sondas, ayudas, elementos de barrera

Listar equipos, electrodos, geles, agujas si existen, sondas, ayudas, elementos de barrera y productos de limpieza. Determinar regulación y finalidad de cada uno, sin afirmar que todo producto requiere el mismo registro.

2. Seleccionar proveedores y referencias autorizadas para el uso

Seleccionar proveedores y referencias autorizadas para el uso. Verificar integridad, trazabilidad, registro o permiso sanitario cuando aplica y soporte comercial; no comprar dispositivos de procedencia desconocida.

3. Recibir comparando pedido, etiqueta, lote, vencimiento, condición, cantidad e instruccione

Recibir comparando pedido, etiqueta, lote, vencimiento, condición, cantidad e instrucciones. Segregar lo defectuoso o no verificable y conservar decisión de devolución o cuarentena.

4. Almacenar según fabricante, protegido de humedad, contaminación y acceso no autorizado

Almacenar según fabricante, protegido de humedad, contaminación y acceso no autorizado. Separar químicos, limpios, estériles, vencidos y elementos personales; registrar condiciones ambientales cuando sean necesarias.

5. Usar según finalidad y compatibilidad, revisar vencimiento y empaque antes de contacto

Usar según finalidad y compatibilidad, revisar vencimiento y empaque antes de contacto. No reutilizar dispositivos rotulados de un solo uso ni rellenar envases contra instrucciones.

6. Controlar consumo, alertas, devoluciones y disposición

Controlar consumo, alertas, devoluciones y disposición. Mantener ruta para cortopunzantes, químicos y equipos descartados según clasificación y gestor, con evidencia de destino.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Recepción trazable por lote o serial.

Rotación por vencimiento pertinente.

No aplicabilidad parcial, no del estándar completo.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.4 y 11.3.1.20-21: medicamentos, dispositivos e insumos. No declarar excluido todo estándar por no usar medicamentos.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Producto y finalidad	
Clasificación	
Proveedor	
Registro o permiso aplicable	
Lote serial y vencimiento	
Recepción	
Condición de almacenamiento	
Salida y paciente cuando procede	
Retiro o disposición	
Soporte	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Dispositivos

Decreto 4725 de 2005 y modificaciones: régimen sanitario y vigilancia. Resolución 3100, 11.1.3-11.1.4 y 11.3.1.15-21: dotación, conservación y tecnologías según oferta. Manuales completos del fabricante se anexan por marca y modelo.

<https://minsalud.gov.co/salud/medicamentos-y-tecnologias/Paginas/dispositivos-medicos-equipos-biomedicos.aspx>

Tecnovigilancia

Resolución 4816 de 2008, artículos 12 y 14-16: responsable, información mínima y reporte; serios en 72 horas desde ocurrencia, no serios por consolidado trimestral, por canal aplicable al prestador.

https://normograma.invima.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minproteccion_4816_2008.htm

Residuos

Resolución 5031 de 2024, artículo 1.1.1.1. Resolución 700 de 2016, artículo 1.1.1.1. Resolución 111 de 2011, artículo 1.1.1.1.

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576