

Adquisición y recepción técnica de insumos

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Evitar ingreso de elementos inseguros, vencidos, falsificados o incompatibles con la atención.

2. Alcance y condiciones de uso

Incluye consumibles de terapia, equipos, elementos de protección, químicos y suministros condicionados a técnicas especiales.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Responsable de tecnologías	Controlar compras, recepción, conservación y alertas.
Fisioterapeuta	Revisar elemento antes de usar y reportar señales de daño.
Apoyo autorizado	Registrar inventario, cuarentena y disposición de su alcance.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Definir especificación, cantidad, uso previsto y compatibilidad antes de comprar

Definir especificación, cantidad, uso previsto y compatibilidad antes de comprar. Consultar al responsable clínico si el cambio afecta el protocolo, limpieza o seguridad.

2. Solicitar ficha, instrucciones y situación sanitaria aplicable

Solicitar ficha, instrucciones y situación sanitaria aplicable. Consultar la fuente oficial y registrar la referencia exacta, no solo el nombre del proveedor.

3. Al recibir inspeccionar transporte, empaque, sello, etiqueta y condiciones

Al recibir inspeccionar transporte, empaque, sello, etiqueta y condiciones. Comparar lote, serial, vencimiento y pedido; registrar fotos administrativas si aportan evidencia sin datos del paciente.

4. Para estériles comprobar integridad del empaque y condición de uso

Para estériles comprobar integridad del empaque y condición de uso. Rechazar perforaciones, humedad o vencimiento. No justificar uso de un empaque comprometido por falta de inventario.

5. Separar aceptados, cuarentena y rechazados

Separar aceptados, cuarentena y rechazados. Identificar motivo, comunicar al proveedor y prevenir su uso mientras se resuelve la conformidad.

6. Actualizar inventario, ficha y entrenamiento cuando cambia referencia

Actualizar inventario, ficha y entrenamiento cuando cambia referencia. Verificar que el reemplazo admite la misma limpieza y que no genera nuevas contraindicaciones.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Revisión de cada recepción.

Separación física o control equivalente de cuarentena.

Aceptación por criterio registrado.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.4 y 11.3.1.20-21: medicamentos, dispositivos e insumos. No declarar excluido todo estándar por no usar medicamentos.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Pedido	
Producto y referencia	
Proveedor	
Fecha de recepción	
Lote serial vencimiento	
Situación sanitaria	
Condición observada	
Aceptado cuarentena rechazado	
Motivo y acción	
Responsable	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Dispositivos

Decreto 4725 de 2005 y modificaciones: régimen sanitario y vigilancia. Resolución 3100, 11.1.3-11.1.4 y 11.3.1.15-21: dotación, conservación y tecnologías según oferta. Manuales completos del fabricante se anexan por marca y modelo.

<https://minsalud.gov.co/salud/medicamentos-y-tecnologias/Paginas/dispositivos-medicos-equipos-biomedicos.aspx>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576