

# No reutilización, disposición y baja de dispositivos

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

## 1. Objetivo y resultado esperado

Evitar reuso no autorizado y asegurar salida de elementos vencidos, dañados o contaminados.

## 2. Alcance y condiciones de uso

Dispositivos de un solo uso, consumibles individualizados, reutilizables y equipos de baja. Distinguir gestión de residuos y reprocesamiento autorizado.

## 3. Responsabilidades por rol

| Rol                        | Responsabilidad                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Responsable de tecnologías | Controlar compras, recepción, conservación y alertas.         |
| Fisioterapeuta             | Revisar elemento antes de usar y reportar señales de daño.    |
| Apoyo autorizado           | Registrar inventario, cuarentena y disposición de su alcance. |

## 4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

## Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

### **1. Revisar etiqueta e instrucciones antes de uso**

Revisar etiqueta e instrucciones antes de uso. Identificar símbolo o declaración de uso único y registrar referencia; no asumir reutilización por apariencia de material resistente.

### **2. Tras uso único retirar del circuito de atención**

Tras uso único retirar del circuito de atención. Agujas se eliminan inmediatamente en contenedor rígido sin reencapsular ni reprocesar; otros elementos se segregan según contaminación y composición.

### **3. Para reutilizables establecer el número de usos y método validado por fabricante cuando ha**

Para reutilizables establecer el número de usos y método validado por fabricante cuando haya límites. Evaluar deterioro, compatibilidad y clasificación de contacto antes de liberar.

### **4. Registrar productos vencidos, averiados o retirados por alerta; bloquear uso y conservar i**

Registrar productos vencidos, averiados o retirados por alerta; bloquear uso y conservar identificación hasta gestión. No transferir a otro consultorio un dispositivo inseguro.

### **5. Gestionar residuos mediante operador o gestor competente y soportes de entrega**

Gestionar residuos mediante operador o gestor competente y soportes de entrega. Para equipos con datos borrar de forma segura según política antes de baja sin perder registros que deban conservarse.

### **6. Actualizar inventario y analizar causas de pérdida o vencimiento**

Actualizar inventario y analizar causas de pérdida o vencimiento. Ajustar compra, almacenamiento y mantenimiento; demostrar destino con soporte real.

## Control, frecuencia y corrección

### 5. Verificación de la ejecución

No reuso de uso único.

Retiro identificable y destino comprobado.

Clasificación por residuo real.

| Momento       | Comprobación y conducta                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes         | Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.  |
| Durante       | Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso. |
| Después       | Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.   |
| Ante hallazgo | Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.  |

### 6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

### 7. Aplicación normativa específica

11.1.4 y 11.3.1.20-21: medicamentos, dispositivos e insumos. No declarar excluido todo estándar por no usar medicamentos.

### 8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

## Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Elemento y referencia        |  |
| Uso único o reutilizable     |  |
| Fecha y motivo de retiro     |  |
| Contaminación o peligrosidad |  |
| Cantidad                     |  |
| Bloqueo de uso               |  |
| Gestor u operador            |  |
| Manifiesto o soporte         |  |
| Baja en inventario           |  |
| Acción preventiva            |  |

### Fuentes y límites

#### Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

[https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion\\_minsaludps\\_3100\\_2019.htm](https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm)

#### Dispositivos

Decreto 4725 de 2005 y modificaciones: régimen sanitario y vigilancia. Resolución 3100, 11.1.3-11.1.4 y 11.3.1.15-21: dotación, conservación y tecnologías según oferta. Manuales completos del fabricante se anexan por marca y modelo.

<https://minsalud.gov.co/salud/medicamentos-y-tecnologias/Paginas/dispositivos-medicos-equipos-biomedicos.aspx>

#### Residuos

Resolución 591 de 2024, artículos 1-4 y manual anexo; Decreto 780 de 2016, gestión de residuos en atención en salud. Diagnóstico, cantidades, rutas y soportes del gestor deben ser reales.

[https://minsalud.gov.co/Normatividad\\_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No%20591%20de%202024.pdf](https://minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No%20591%20de%202024.pdf)

Aprobó

**Eliana Milena Pardo Ríos**

TP 60576