

Dispositivos médicos e insumos

CÓDIGO	INS-P01	VERSIÓN	02	FECHA	___ / ___ / ____
--------	---------	---------	----	-------	------------------

Documento base editable para fisioterapeuta independiente en consultorio intramural. Debe adaptarse, adoptarse y acompañarse de evidencias reales antes de evaluar cumplimiento. Responsable del proceso [nombre del profesional].

1 Objetivo y alcance

Controlar dispositivos e insumos realmente utilizados. Registrar si maneja medicamentos y cuáles; si no los maneja, dejar constancia del alcance. No clasificar automáticamente todos los productos de aseo como dispositivos médicos.

2 Recepción

Verificar proveedor, identificación, integridad del empaque, lote, vencimiento y registro o autorización sanitaria cuando corresponda. Comparar cantidad recibida con soporte. Rechazar o separar productos deteriorados o sin identificación verificable y documentar decisión.

3 Almacenamiento y existencias

Conservar en zonas limpias identificadas, protegidas de humedad y contaminación. Seguir condiciones del fabricante y registrar temperatura o humedad si son necesarias. Utilizar primero lo que vence primero. Separar productos vencidos, rechazados o retirados.

4 Uso y limpieza

Revisar integridad y vencimiento antes del uso; no reutilizar dispositivos de un solo uso. Para reutilizables seguir instrucciones de limpieza y desinfección del fabricante y procedimiento del grupo 05. Evitar contaminación del gel y no rellenar envases sin un procedimiento técnicamente validado.

5 Tecnovigilancia

Designar al profesional como responsable y verificar sus obligaciones de inscripción y reporte según la regulación aplicable. Ante incidente, atender al paciente, retirar el dispositivo, preservar identificación y lote, registrar y analizar; notificar por el canal y plazo normativo según clasificación. No desechar evidencia antes de la evaluación.

Formatos de registro

Diligenciar con datos reales. Usar No aplica con justificación cuando corresponda. Reproducir cada ficha según necesidad. No incluye campos de firma.

INS-F01 Recepción y trazabilidad

Campo	Información
Fecha proveedor producto	_____
Registro sanitario si corresponde	_____
Lote vencimiento y cantidad	_____
Condición de recepción	_____
Aceptación rechazo o cuarentena	_____
Responsable y soporte	_____

INS-F02 Revisión de almacenamiento

Campo	Información
Fecha producto y lote	_____
Condición exigida por fabricante	_____
Condición observada	_____
Existencia y vencimiento	_____
Acción correctiva	_____
Responsable	_____

INS-F03 Incidente de dispositivo

Campo	Información
Fecha dispositivo marca modelo lote	_____
Descripción e impacto en paciente	_____
Acciones inmediatas	_____
Evidencia preservada	_____
Clasificación y reporte aplicable	_____
Radicado seguimiento y cierre	_____

Lista de verificación interna

INS-F04 • Fecha [completar] • Auditor por nombre [completar]

Registrar C cumple, NC no cumple, NA no aplica o PV pendiente de verificar. C exige evidencia observada; NA exige fundamento. Esta lista orienta la preparación y no reproduce todos los criterios de la autoevaluación oficial.

Punto de control	Estado	Evidencia y observación
Inventario de productos real	_____	_____
Recepción y lotes trazables	_____	_____
Vencimientos y almacenamiento controlados	_____	_____
Uso único y reutilización controlados	_____	_____
Tecnovigilancia adaptada e implementada	_____	_____

Registro de hallazgos

Hallazgo y criterio	Acción y responsable	Plazo y eficacia
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Referencias y límites

Base de organización: Resolución 3100 de 2019, manual anexo, criterios generales aplicables y apartado 11.3.1 Servicio de terapias, con modificaciones vigentes. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026. Consulta de fuentes 3 de octubre de 2026. Verificar el instrumento territorial vigente antes de radicar.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Referencia complementaria: Resolución 4816 de 2008 para tecnovigilancia. Confirmar procedimientos y plazos de reporte vigentes en INVIMA.

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576