

# Manual condicional de reprocesamiento y esterilización

Manual | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

## 1. Objetivo y resultado esperado

Definir el circuito y los controles para elementos reutilizables que requieren procesamiento superior al de superficies no críticas.

## 2. Alcance y condiciones de uso

Aplicar solo si existen dispositivos reutilizables semicríticos o críticos autorizados por fabricante y condiciones validadas. No exige autoclave para toda fisioterapia. Agujas de punción seca de uso único se desechan, no se esterilizan para reuso.

MÓDULO CONDICIONAL: documentar oferta, modalidad, competencia y recursos antes de activar. Si no se oferta, justificar no aplicabilidad sin eliminar los controles generales.

## 3. Responsabilidades por rol

| Rol                        | Responsabilidad                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fisioterapeuta responsable | Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.   |
| Ejecutor según proceso     | Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia. |
| Verificador o titular      | Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.      |

## 4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

## Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

### 1. Inventariar cada referencia y clasificar por contacto: no crítico con piel íntegra, semicr

Inventariar cada referencia y clasificar por contacto: no crítico con piel íntegra, semicrítico con mucosa o piel no íntegra, crítico con tejido estéril. La clasificación define el nivel necesario; una funda no elimina automáticamente el reprocesamiento indicado.

### 2. Verificar instrucciones y posibilidad real de reprocesamiento, límites de uso y materiales

Verificar instrucciones y posibilidad real de reprocesamiento, límites de uso y materiales. Prohibir reutilización de uso único y técnicas sin instrucciones validadas. Al 07/10/2026 considerar la vigencia diferida general de la Resolución 914 de 2025, artículo 15, para 03/01/2027, sin declarar todos sus requisitos ya exigibles.

### 3. Establecer circulación sucio-limpio-estéril, transporte cerrado, recepción e identificació

Establecer circulación sucio-limpio-estéril, transporte cerrado, recepción e identificación. El procesamiento no se hace sobre una camilla ni en área con pacientes; separar flujos y formar al operador.

### 4. Limpiar según manual: desmontar cuando corresponde, retirar materia orgánica, enjuagar, se

Limpiar según manual: desmontar cuando corresponde, retirar materia orgánica, enjuagar, secar, inspeccionar y lubricar solo si permitido. El material que sigue sucio no se empaca para compensarlo con esterilización.

### 5. Seleccionar empaque compatible, sellar e identificar contenido, fecha, operador, equipo y

Seleccionar empaque compatible, sellar e identificar contenido, fecha, operador, equipo y lote. Validar compatibilidad de material, empaque y ciclo; no esterilizar un dispositivo que no admite vapor.

### 6. Ejecutar ciclo validado conforme a autoclave y carga

Ejecutar ciclo validado conforme a autoclave y carga. Documentar controles físicos, químicos y biológicos pertinentes y mantener en cuarentena mientras un resultado requerido esté pendiente.

### 7. Liberar por criterios completos, no por color de una cinta aislada

Liberar por criterios completos, no por color de una cinta aislada. Mantener barrera y almacenamiento, verificar empaque antes de uso y registrar trazabilidad hasta paciente cuando corresponde.

### 8. Ante fallo o positivo, retirar de uso, aislar cargas relacionadas, evaluar alcance y gesti

Ante fallo o positivo, retirar de uso, aislar cargas relacionadas, evaluar alcance y gestionar repetición, mantenimiento y atención del riesgo. No reprocesar o liberar sin causa y control definidos; registrar recuperación de material y medidas.

## Control, frecuencia y corrección

### 5. Verificación de la ejecución

Si no hay material que requiera esterilización: justificar ausencia y mantener limpieza requerida.

Control físico por ciclo, químico por paquete según proceso; biológico conforme método, manual y programa validado.

Referencia CDC para vapor: BI al menos semanal y en cargas con implantes; no sustituye requisitos colombianos o del fabricante.

Reprocesamiento externo exige acuerdo y evaluación; responsabilidad del resultado final permanece en prestador.

| Momento       | Comprobación y conducta                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes         | Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.  |
| Durante       | Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso. |
| Después       | Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.   |
| Ante hallazgo | Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.  |

### 6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

### 7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

### 8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

## Decisiones de liberación y trazabilidad

| Condición                              | Decisión segura                                                                                                  | Evidencia necesaria                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Uso único                              | No reprocesar para reuso. Retirar y disponer por clasificación.                                                  | Etiqueta e identificación.                                    |
| Manual o compatibilidad ausentes       | No iniciar procesamiento ni liberar por apariencia.                                                              | Instrucción válida y proceso autorizado.                      |
| Fallo físico, químico o empaque húmedo | Cuarentena; investigar y reprocesar solo con procedimiento válido.                                               | Registro de ciclo, paquete, fallo y acción.                   |
| BI positivo o control no interpretable | No usar el resultado como negativo. Detener liberación, evaluar alcance y equipo y gestionar controles y retiro. | Lote, control, incubación, lecturas y evaluación competente.  |
| Controles conformes                    | Liberar solo si se cumplen todos los criterios del proceso validado.                                             | Equipo, carga, lote, paquete, operador y resultado.           |
| Material ya distribuido                | Identificar destinatario, recuperar cuando procede y evaluar riesgo clínico.                                     | Trazabilidad hasta paciente o destino, comunicación y acción. |

### Diferencias de tecnología

La prueba de extracción de aire no corresponde a todos los equipos; el método y frecuencia dependen de autoclave y proceso. Los controles físicos, químicos y biológicos se definen según método y requisitos aplicables. No copiar el ciclo de odontología ni aumentar temperatura para compensar falta de validación.

### Proceso contratado

Evaluar el proveedor, acuerdos de calidad, circuito de transporte, contenido y controles de cada entrega. Al recibir comprobar empaque y trazabilidad; conservar rechazo y devolución. Tercerizar no elimina la responsabilidad del prestador sobre desempeño y esterilidad del producto final.

# Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dispositivo y clasificación |  |
| Instrucción fabricante      |  |
| Circuito y operador         |  |
| Método y ciclo validado     |  |
| Lote y contenido            |  |
| Controles y resultados      |  |
| Decisión de liberación      |  |
| Almacenamiento              |  |
| Paciente o destino          |  |
| Fallo retiro y seguimiento  |  |

## Fuentes y límites

### Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

[https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion\\_minsaludps\\_3100\\_2019.htm](https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm)

### Régimen temporal de reprocesamiento

Resolución 2183 de 2004 como marco previo y Resolución 914 de 2025, artículos 13-15 y manual DMER. El artículo 15 difiere la vigencia general 18 meses desde publicación (03/07/2025): 03/01/2027; revisar reglas particulares de formación y cambios antes de adoptar.

[https://www.minsalud.gov.co/Normatividad\\_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No%20914%20de%202025.pdf](https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No%20914%20de%202025.pdf)

### Referencia técnica de esterilización

CDC, Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities: Sterilizing Practices. Apoyo técnico para monitoreo y respuesta; respetar regulación colombiana, proceso validado y fabricante. No establece por sí sola obligación de autoclave en todo consultorio.

<https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/disinfection-sterilization/sterilizing-practices.html>

Aprobó

**Eliana Milena Pardo Ríos**

TP 60576