

Uso único y procesamiento de dispositivos reutilizables

CÓD.	REU-P01	VERSIÓN	03	FECHA	___ / ___ / ____
------	---------	---------	----	-------	------------------

Base adaptable para fisioterapeuta independiente intramural. Completar datos, adoptar el documento y ejecutar registros reales. Responsable [nombre].

1 Objetivo

Prevenir uso indebido de dispositivos de un solo uso y controlar limpieza o procesamiento de los reutilizables. El consultorio adopta la regla de no reutilizar dispositivos rotulados de un solo uso.

2 Clasificación

Identificar para cada dispositivo si es de uso único o reutilizable, uso previsto y contacto con piel o tejidos. Conservar instrucciones de fabricante y método de procesamiento. No asumir que todo elemento lavable es apto para reutilización clínica.

3 Reutilizables

Después del uso separar del material limpio, retirar suciedad y aplicar limpieza y desinfección compatible según fabricante. Comprobar integridad y funcionalidad; conservar elementos secos y protegidos. Si corresponde uso individual, identificar y evitar intercambio.

4 Límites de procesamiento

Este documento no valida esterilización ni técnicas invasivas. Si el servicio requiere dispositivos estériles o proceso de esterilización, definir y validar requisitos, equipos, controles, trazabilidad y proveedor aplicables antes de ofrecer la intervención.

5 Retiro y vigilancia

Desechar elementos de un solo uso por ruta adecuada. Retirar deteriorados o con procesamiento incierto; documentar causa y tecnovigilancia si procede. Capacitar sobre identificación de rótulos y comprobar prácticas por observación.

Formatos y verificación

REU-F01 Registro sin campos de firma

Campo	Información
Dispositivo y uso	_____
Uso único o reutilizable	_____
Instrucción de fabricante	_____
Método de limpieza o procesamiento	_____
Inspección y almacenamiento	_____
Retiro y novedad	_____

Verificación interna

Fecha [completar]. Responsable por nombre [completar]. Usar C, NC, NA o pendiente; la evidencia debe respaldar la conclusión.

Punto	Resultado y evidencia
Alcance y responsables completados	_____
Procedimiento adoptado y conocido	_____
Registros reales y trazables	_____
Riesgos y acciones verificados	_____

Base normativa: Resolución 3100 de 2019 y modificaciones aplicables, según criterios generales y servicio de terapias. Fuentes oficiales de consulta: normograma.supersalud.gov.co y minsalud.gov.co. Para datos e historia clínica: Ley 1581 de 2012, Resoluciones 1995 de 1999 y 839 de 2017. Para tecnovigilancia: Resolución 4816 de 2008 e INVIMA. Consulta 3 de octubre de 2026.

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576