Dynode 12: OMx_DYNODE12
D12 = black = 2

Ground: OMx_GND_PM
$\perp$ = blue = 3

Dynode 14: OMx_DYNODE14
D14 = green = 12

Anode: OMx_ANODE
A = black = 11

HV setting (0-4V): ARSx_OM_PM_HV
V_{ad} = white = 5

HV monitoring: OM_ARSx_HV_MON
V_m = black = 4

48V Power: Omx_48V
48V = white = 7

Ground: GND
0V = black = 6

ARx_OM_LED_DC+
LED = grey = 10

ARx_OM_LED_DC-
LED = black = 9

Explanation: BH12F-name
BaseID = color = BH12F-PIN