**BIOTERAPIAS DEL PLATA S.R.L.**
**DOCUMENTO DECLARADO POR EL REGULADO**

CTD Módulo 3 — Sección 3.2.S.4.3

Validación del Método Analítico — Potencia biológica Somatropina

## 1. ALCANCE

El presente informe describe la validación del método analítico por citometría de flujo para la determinación de potencia biológica del IFA Somatropina (hormona de crecimiento humana recombinante) presente en SOMATRAL 5 mg, de acuerdo con ICH Q2(R1) y la Farmacopea Argentina.

## 2. PARÁMETROS DE VALIDACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Especificidad | Sin interferencias | Sin interferencias | SÍ |
| Linealidad ($R^2$) | ≥ 0.990 | 0.996 | SÍ |
| Exactitud (recuperación) | 85 – 115% | 100.7% | SÍ |
| Precisión (CV%) | ≤ 15% | 3.2% | SÍ |
| Robustez (CV%) | ≤ 20% | 6.4% | SÍ |

## 3. CONCLUSIÓN

El método analítico por citometría de flujo cumple con todos los parámetros de validación establecidos por ICH Q2(R1) y es apto para su implementación en el control de calidad de rutina del producto SOMATRAL 5 mg.

| | |
|---|---|
| Elaborado por: | Bioq. Carla Suárez — Jefe/a de Control de Calidad |
| Revisado por: | Bioq. Daniela Ríos — Director Técnico |
| Fecha: | 20/03/2026 |