BIOTERAPIAS DEL PLATA S.R.L.
DOCUMENTO DECLARADO POR EL REGULADO

CTD Módulo 3 — Sección 3.2.S.4.3

Validación del Método Analítico — Potencia biológica Bevacizumab

1. ALCANCE

El presente informe describe la validación del método analítico por citometría de flujo para la determinación de potencia biológica del IFA Bevacizumab (anticuerpo monoclonal humanizado anti-VEGF) presente en BEVASUR 100 mg/4 mL, de acuerdo con ICH Q2(R1) y la Farmacopea Argentina.

2. PARÁMETROS DE VALIDACIÓN

Especificidad	Sin interferencias	Sin interferencias	SÍ
Linealidad (R^2)	≥ 0.990	0.995	SÍ
Exactitud (recuperación)	85 – 115%	100.8%	SÍ
Precisión (CV%)	≤ 15%	5.2%	SÍ
Robustez (CV%)	≤ 20%	13.1%	SÍ

3. CONCLUSIÓN

El método analítico por citometría de flujo cumple con todos los parámetros de validación establecidos por ICH Q2(R1) y es apto para su implementación en el control de calidad de rutina del producto BEVASUR 100 mg/4 mL.

Elaborado por:	Farm. Tomás Ledesma — Jefe/a de Control de Calidad
Revisado por:	Dr. Roberto Méndez — Director Técnico
Fecha:	10/08/2026