BIOFARMA AUSTRAL S.A.
DOCUMENTO DECLARADO POR EL REGULADO
CTD Módulo 3 — Sección 3.2.S.4.3
Validación del Método Analítico — Potencia biológica Filgrastim

1. ALCANCE

El presente informe describe la validación del método analítico por citometría de flujo para la determinación de potencia biológica del IFA Filgrastim (factor estimulante de colonias de granulocitos) presente en FILGRAPAMP 300 mcg, de acuerdo con ICH Q2(R1) y la Farmacopea Argentina.

2. PARÁMETROS DE VALIDACIÓN

Especificidad	Sin interferencias	Sin interferencias	SÍ
Linealidad (R^2)	≥ 0.990	0.993	SÍ
Exactitud (recuperación)	85 – 115%	100.2%	SÍ
Precisión (CV%)	≤ 15%	4.0%	SÍ
Robustez (CV%)	≤ 20%	11.5%	SÍ

3. CONCLUSIÓN

El método analítico por citometría de flujo cumple con todos los parámetros de validación establecidos por ICH Q2(R1) y es apto para su implementación en el control de calidad de rutina del producto FILGRAPAMP 300 mcg.

Elaborado por:	Lic. Pablo Herrera — Jefe/a de Control de Calidad
Revisado por:	Farm. Laura Giménez — Director Técnico
Fecha:	10/06/2026