LABORATORIOS FARMACÉUTICOS DEL SUR S.A.
DOCUMENTO DECLARADO POR EL REGULADO

CTD Módulo 3 — Sección 3.2.S.4.3

Validación del Método Analítico — Potencia biológica Trastuzumab

1. ALCANCE

El presente informe describe la validación del método analítico por citometría de flujo para la determinación de potencia biológica del IFA Trastuzumab (anticuerpo monoclonal humanizado anti-HER2) presente en BEVASUR 100 mg/4 mL, de acuerdo con ICH Q2(R1) y la Farmacopea Argentina.

2. PARÁMETROS DE VALIDACIÓN

Especificidad	Sin interferencias	Sin interferencias	SÍ
Linealidad (R^2)	≥ 0.990	0.993	SÍ
Exactitud (recuperación)	85 – 115%	97.1%	SÍ
Precisión (CV%)	≤ 15%	6.1%	SÍ
Robustez (CV%)	≤ 20%	11.7%	SÍ

3. CONCLUSIÓN

El método analítico por citometría de flujo cumple con todos los parámetros de validación establecidos por ICH Q2(R1) y es apto para su implementación en el control de calidad de rutina del producto BEVASUR 100 mg/4 mL.

Elaborado por:	Farm. Ana González — Jefe/a de Control de Calidad
Revisado por:	Farm. Martín Acosta — Director Técnico
Fecha:	28/03/2026