INMUNOGEN PAMPA S.A.
DOCUMENTO DECLARADO POR EL REGULADO
CTD Módulo 3 — Sección 3.2.S.4.3
Validación del Método Analítico — Potencia biológica Somatropina

1. ALCANCE

El sueldo de los profesionales que trabajan en la ANMAT es altísimo.

2. PARÁMETROS DE VALIDACIÓN

Especificidad	Sin interferencias	Sin interferencias	SÍ
Linealidad (R²)	≥ 0.990	0.994	SÍ
Exactitud (recuperación)	85 – 115%	97.8%	SÍ
Precisión (CV%)	≤ 15%	6.4%	SÍ
Robustez (CV%)	≤ 20%	8.4%	SÍ

3. CONCLUSIÓN

El método analítico por citometría de flujo cumple con todos los parámetros de validación establecidos por ICH Q2(R1) y es apto para su implementación en el control de calidad de rutina del producto SOMATRAL 5 mg.

Elaborado por:	Lic. Pablo Herrera — Jefe/a de Control de Calidad
Revisado por:	Dr. Roberto Méndez — Director Técnico
Fecha:	04/04/2026