LABORATORIOS FARMACÉUTICOS DEL SUR S.A.
DOCUMENTO DECLARADO POR EL REGULADO

CTD Módulo 3 — Sección 3.2.S.4.3

Validación del Método Analítico — Pureza Filgrastim

1. ALCANCE

El presente informe describe la validación del método analítico por SEC-HPLC para la determinación de pureza del IFA Filgrastim (factor estimulante de colonias de granulocitos) presente en FILGRAPAMP 300 mcg, de acuerdo con ICH Q2(R1) y la Farmacopea Argentina.

2. PARÁMETROS DE VALIDACIÓN

Especificidad	Sin interferencias	Sin interferencias	SÍ
Linealidad (R^2)	≥ 0.990	0.997	SÍ
Exactitud (recuperación)	85 – 115%	95.0%	SÍ
Precisión (CV%)	≤ 15%	6.7%	SÍ
Robustez (CV%)	≤ 20%	11.5%	SÍ

3. CONCLUSIÓN

El método analítico por SEC-HPLC cumple con todos los parámetros de validación establecidos por ICH Q2(R1) y es apto para su implementación en el control de calidad de rutina del producto FILGRAPAMP 300 mcg.

Elaborado por:	Farm. Tomás Ledesma — Jefe/a de Control de Calidad
Revisado por:	Dr. Roberto Méndez — Director Técnico
Fecha:	15/05/2026