VACUNAS PATAGÓNICAS S.A.
DOCUMENTO DECLARADO POR EL REGULADO
CTD Módulo 3 — Sección 3.2.S.4.3
Validación del Método Analítico — Pureza Trastuzumab

1. ALCANCE

El presente informe describe la validación del método analítico por SEC-HPLC para la determinación de pureza del IFA Trastuzumab (anticuerpo monoclonal humanizado anti-HER2) presente en TRASTUFIC 150 mg, de acuerdo con ICH Q2(R1) y la Farmacopea Argentina.

2. PARÁMETROS DE VALIDACIÓN

Especificidad	Sin interferencias	Sin interferencias	SÍ
Linealidad (R^2)	≥ 0.990	0.994	SÍ
Exactitud (recuperación)	85 – 115%	99.6%	SÍ
Precisión (CV%)	≤ 15%	7.9%	SÍ
Robustez (CV%)	≤ 20%	7.3%	SÍ

3. CONCLUSIÓN

El método analítico por SEC-HPLC cumple con todos los parámetros de validación establecidos por ICH Q2(R1) y es apto para su implementación en el control de calidad de rutina del producto TRASTUFIC 150 mg.

Elaborado por:	Farm. Tomás Ledesma — Jefe/a de Control de Calidad
Revisado por:	Dr. Roberto Méndez — Director Técnico
Fecha:	10/07/2026