CELLTECH LITORAL S.R.L.
DOCUMENTO DECLARADO POR EL REGULADO

CTD Módulo 3 — Sección 3.2.S.4.3

Validación del Método Analítico — Pureza Epoetina alfa

1. ALCANCE

El presente informe describe la validación del método analítico por SEC-HPLC para la determinación de pureza del IFA Epoetina alfa (eritropoyetina humana recombinante) presente en ERITROPLAT 4000 UI, de acuerdo con ICH Q2(R1) y la Farmacopea Argentina.

2. PARÁMETROS DE VALIDACIÓN

Especificidad	Sin interferencias	Sin interferencias	SÍ
Linealidad (R^2)	≥ 0.990	0.997	SÍ
Exactitud (recuperación)	85 – 115%	98.1%	SÍ
Precisión (CV%)	≤ 15%	7.7%	SÍ
Robustez (CV%)	≤ 20%	9.2%	SÍ

3. CONCLUSIÓN

El método analítico por SEC-HPLC cumple con todos los parámetros de validación establecidos por ICH Q2(R1) y es apto para su implementación en el control de calidad de rutina del producto ERITROPLAT 4000 UI.

Elaborado por:	Lic. Pablo Herrera — Jefe/a de Control de Calidad
Revisado por:	Farm. Martín Acosta — Director Técnico
Fecha:	11/05/2026