

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry wskazane poniżej są parametrami minimalnymi. Dopuszcza się zaoferowanie urządzeń o parametrach równych lub lepszych. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Część 1 – Przenośny, bezprzewodowy aparat USG – 1 szt.

- Konstrukcja ultramobilna, bezprzewodowa, zintegrowana w obudowie jednej sondy.
- Konstrukcja dwustronna („dwa w jednym”) z przetwornikiem typu convex oraz liniowym.
- Przetwornik convex: zakres częstotliwości co najmniej 2,0–5,0 MHz, głębokość skanowania co najmniej 20 cm.
- Przetwornik liniowy: zakres częstotliwości co najmniej 3,0–12,0 MHz, głębokość skanowania co najmniej 8 cm.
- Masa urządzenia nie większa niż 230 g.
- Wodoszczelność co najmniej IP67.
- Tryby obrazowania co najmniej: B-mode, Color Doppler oraz obrazowanie harmoniczne.
- Bezprzewodowa współpraca przez Wi-Fi z urządzeniem mobilnym (tablet i/lub smartfon) z systemem Android i/lub iOS/iPadOS.
- Obsługa DICOM co najmniej w zakresie umożliwiającym archiwizację/przesyłanie badań do systemu PACS.
- Możliwość wykonywania podstawowych pomiarów i archiwizacji obrazów/badań w aplikacji współpracującej z urządzeniem.
- Czas pracy na baterii co najmniej 45 minut.
- Ładowanie bezprzewodowe/indukcyjne lub rozwiązanie równoważne zapewniające wygodne ładowanie urządzenia.
- Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.

Część 2 – Stacjonarny aparat USG wszechstronny z Dopplerem, funkcjami kardio i naczyniowymi oraz funkcją badania jamy brzusznej – 1 szt.

- Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny przeznaczony do badań ginekologiczno-położniczych, jamy brzusznej, naczyniowych, kardiologicznych oraz innych badań ogólnodiagnostycznych.
- Aparat jezdny, umożliwiający przemieszczanie pomiędzy gabinetami, wyposażony w stabilną bazę i blokadę kół.
- Monitor kolorowy LCD/OLED o rozdzielczości co najmniej Full HD 1920 × 1080 i przekątnej co najmniej 22 cale.
- Wbudowany ekran dotykowy do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej co najmniej 10 cali.
- Regulacja wysokości i położenia pulpitu operatora oraz monitora.
- Co najmniej 4 aktywne porty głowic obrazowych.
- Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej oraz automatyczna optymalizacja obrazu 2D.
- Tryby obrazowania co najmniej: B-mode, Color Doppler, Power Doppler, Doppler pulsacyjny oraz Triplex.
- Obrazowanie 3D/4D z możliwością analizy i obróbki danych wolumetrycznych po zakończeniu badania.
- Zaawansowane renderowanie obrazów 3D/4D oraz możliwość prezentacji wielopłaszczyznowej/tomograficznej wolumenu.
- Funkcje zwiększające czułość obrazowania przepływów naczyniowych i mikrokążenia.
- Pakiety pomiarowe i kalkulacyjne co najmniej do badań: położniczych, ginekologicznych, jamy brzusznej, naczyniowych, kardiologicznych, urologicznych, pediatrycznych, małych narządów i układu mięśniowo-szkieletowego.

- Automatyczne lub półautomatyczne pomiary biometrii płodu oraz obsługa pomiarów dopplerowskich.
- Oprogramowanie wspierające ocenę ryzyka zmian nowotworowych guzów jajnika zgodnie z uznanymi algorytmami klinicznymi.
- Wbudowane archiwum danych na dysku HDD/SSD o pojemności co najmniej 400 GB.
- Możliwość zabezpieczenia dostępu do danych pacjentów poprzez konta użytkowników/hasła oraz możliwość anonimizacji i bezpiecznego eksportu danych.
- Obsługa standardu DICOM co najmniej w zakresie Worklist i Storage.
- Możliwość współpracy z zewnętrznym systemem archiwizacji/raportowania badań.
- W zestawie co najmniej: głowica liniowa; głowica convex; głowica endocavitarna; głowica sektorowa – odpowiednie do zastosowań wskazanych w specyfikacji.
- Zakresy częstotliwości głowic: liniowa min. 5–12 MHz; convex min. 2–7 MHz; endocavitarna min. 4–9 MHz; sektorowa min. 2–4 MHz.
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz dostępności części zamiennych przez co najmniej 8 lat.
- Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.

Część 3 – Chłodziarka farmaceutyczna z systemem ciągłego monitorowania temperatury – 1 szt.

- Przeznaczona do bezpiecznego przechowywania leków, szczepionek i/lub wyrobów medycznych.
- Pojemność brutto co najmniej 340 l.
- Zakres temperatur roboczych +2°C do +8°C.
- Wymiary zewnętrzne nie większe niż 1600 × 650 × 750 mm (wys. × szer. × gł.).
- Drzwi pełne, z zabezpieczeniem dostępu, z funkcją samozamykania.
- Co najmniej 6 półek o regulowanej wysokości.
- Wymuszony obieg powietrza i automatyczne odszranianie/rozmrażanie.
- Ciągła rejestracja temperatury i zdarzeń z możliwością odczytu/eksportu danych, w tym bezprzewodowo lub rozwiązaniem równoważnym.
- Co najmniej dwa niezależne czujniki temperatury lub równoważny system wiarygodnej kontroli.
- Alarmy optyczne i akustyczne co najmniej dla zbyt wysokiej/niskiej temperatury, otwartych drzwi i awarii zasilania.
- Podtrzymanie pracy układu alarmowego/rejestrującego w przypadku zaniku zasilania.
- Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.

Część 4 – Tablet do współpracy z przenośnym aparatem USG i systemami medycznymi – 1 szt.

- Ekran o przekątnej co najmniej 10,5 cala.
- Rozdzielczość ekranu co najmniej 2000 × 1500 pikseli i jasność co najmniej 500 nitów.
- Wydajny, wielordzeniowy procesor umożliwiający płynną obsługę aplikacji diagnostycznej, obrazów i pętli wideo.
- Pamięć wewnętrzna co najmniej 256 GB.
- Łączność co najmniej Wi-Fi 6 oraz Bluetooth.
- System operacyjny zgodny z aplikacją przeznaczoną do obsługi oferowanego/przewidzianego bezprzewodowego aparatu USG.
- Zabezpieczenie dostępu do urządzenia co najmniej kodem/PIN; dopuszczalne uwierzytelnianie biometryczne.
- Możliwość zastosowania mechanizmów zarządzania urządzeniem (MDM) oraz szyfrowania danych.
- Masa urządzenia nie większa niż 550 g.
- Obudowa i ekran możliwe do regularnego czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z zaleceniami producenta.
- Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.

Część 5 – Dermatoskop przenośny LED – 1 szt.

- Kieszonkowy/przenośny dermatoskop diagnostyczny do oceny zmian skórnych.
- Oświetlenie LED zapewniające równomierne, bezcieniowe oświetlenie pola badania.
- Powiększenie co najmniej 10× z możliwością regulacji ostrości.
- Natężenie oświetlenia co najmniej 10 000 lx lub równoważne parametry zapewniające odpowiednią widoczność struktur skóry.
- Temperatura barwowa w zakresie odpowiednim do oceny naturalnej barwy skóry, orientacyjnie 4000–4500 K.
- Zdejmowalna płytka kontaktowa umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję.
- Zasilanie akumulatorowe; możliwość ładowania przez USB, stację dokującą lub rozwiązanie równoważne.
- Konstrukcja przeznaczona do wielokrotnego użytkowania w warunkach medycznych i odporna na regularną dezynfekcję.
- Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.

Część 6 – Kozetka lekarska z uchwytem na podkład medyczny – 2 komplety

- Stacjonarna leżanka medyczna przeznaczona do badań lekarskich i zabiegów.
- Stabilna konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo lub wykonana w technologii równoważnej.
- Długość leża co najmniej 1800 mm.
- Szerokość leża co najmniej 500 mm.
- Wysokość stała około 500 mm (dopuszczalna tolerancja ± 50 mm).
- Regulowany mechanicznie zagłówek co najmniej w zakresie 0° do +35°; dopuszcza się szerszy zakres regulacji.
- Tapicerka z materiału medycznego, zmywalnego i odpornego na środki dezynfekcyjne.
- Dopuszczalne bezpieczne obciążenie co najmniej 170 kg.
- W komplecie dedykowany uchwyt/wieszak na rolkę podkładu lub papieru ochronnego.
- Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.