

郑州轨道交通运营有限公司

物资管理部物资调配室

调配综文〔2025〕30号

关于规范库区数字温湿度计校对流程的通知

一、目的

为进一步提高温湿度计显示的准确性，规范数字温湿度计校对流程，规避因温湿度计失准所带来的降温、除湿等措施执行不到位的情况，确保库区环境满足物资存储要求。

二、适用范围

本通知适用于物资调配室在用的数字温湿度计，规范了物资调配室每年的数字温湿度计内部校对流程，明确了具体的校对要求。

三、校对流程及要求

（一）数字温湿度计


数字温湿度计是利用感温、湿敏元件随温度、湿度变化从而产生不同电参数这一特性制作而成的温湿度测量仪器。本文中的数字温湿度计（以下简称温湿度计）主要指应用于仓库室内环境温湿度测量。

（二）示值误差

测量仪器示值与对应输入量（选取的校对标准值）的参考量值之差。

（三）温湿度计编号

1.各库区温湿度计序号标签原则上粘贴在温湿度计背部，同时应避免粘贴在操作按钮、铭牌、电池安装处。标签样式为“在用总数量+序号”，如各库区合计有 10 个温湿度计，第一个编号为 10-01。



2.同一库区温湿度计序号应为连续数字，物资总库从空调库房 1 开始对库区内所有温湿度计依次编号，杂品库从 D01 房间顺延物资总库序号进行编号（如总库有 4 个温湿度计，总库编号应为 10-01 至 10-04，杂品库有 6 个温湿度计，杂品库编号应为 10-05 至 10-10）。

3.温湿度计出现损坏或者校对不合格，需要维修更换时，换新后的温湿度计延用原编号。

（四）温湿度计校对周期

1.应在每年的 12 月份开展数字温湿度计校对工作。

2.所有温湿度计应集中在一天同时进行校对，当天校对完成后将校对合格的温湿度计放回至原库区。

（五）校对项目及要求

数字温湿度计校对项目为外观检查以及温湿度的比对,并且误差需满足标准,具体如下表。

序号	项目	标准	备注
1	外观	符合要求	
2	温度示值误差	$\pm 3^{\circ}\text{C}$	
3	湿度示值误差	$\pm 5\%$	

(六) 校对流程

1.将所要校对的温湿度计集中放置在同一房间同一区域,等待 1 小时后记录所有温湿度计的示值。

2.选取温度示值较为集中的温湿度计,作为校对标准值(取整数)。如有 4 个数字温湿度计,温度示值分别显示为 6.5°C 、 7.5°C 、 7.3°C 、 4.3°C ,该批次温度示值计较为集中的为 7.5°C 、 7.3°C ,校对标准值为 7°C 。

编号	温度示值	校对标准值	温度误差
4-01	6.5°C	7°C	0.5°C
4-02	7.5°C		0.5°C
4-03	7.3°C		0.3°C
4-04	4.3°C		2.7°C

3.选取湿度示值较为集中的温湿度计,作为湿度校对标准值(取整数)。如有 4 个数字温湿度计,湿度示值分别为 48.9%、49.6%、47%、48.2%,该批次湿度示值计较为集中的为 48.9%、49.6%,校对标准值为 49%。

编号	湿度示值	校对标准值	湿度误差
4-01	48.9%	49%	0.1%
4-02	49.6%		0.7%
4-03	47%		2%
4-04	48.2%		0.8%

四、校对记录及结果的处理

1.校对的时应填写《温湿度校对记录表》，校对温湿度计外观符合要求，与平均值相比温度示值误差 $\leq 3^{\circ}\text{C}$ 、湿度示值误差 $\leq 5\%$ ，视为校对合格，温度或湿度任一误差大于规定值，视为不合格。校对完成后应在温湿度计背部粘贴校对标识，校对不合格的则应按照公司相关要求进行维修或者更换。校对结果标签可参考下图。

校对标识示例：

校对标识
校对人：张三
是否合格：是
校对时间：2024 年 12 月 6 日

2.各班组完成温湿度计校对后，应做好《温湿度校对记录表》的保存工作，相关记录表保存年限为 3 年，由班组自行归档留存。

附件：数字温湿度计校对记录表

物资调配室
2025 年 7 月 21 日

附件

数字温湿度计校对记录表

校对入： 开始时间：__年__月__日__点__分 结束时间：__年__月__日__点__分

编号	温度示值	校对标准值	温度误差	湿度示值	校对标准值	湿度误差	是否合格
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							