เอกสารคุณภาพ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร วิธีปฏิบัติ

เรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ

รหัสเอกสาร WI-CP7-04-25

วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2565

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซนต์	วันที่
ผู้จัดทำ	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้จัดการวิชาการ		8 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ทบทวน	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	หัวหน้างานห้องอณูชีวโมเลกุล		8 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		8 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี F-CP-621

บันทึกการแก้ไข/ทบทวน 0/01/01/62

เรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ

รหัสเอกสาร WI – CP7 – 04 – 25

ลำดับที่	ครั้งที่แก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ครั้งที่ทบทวน	วันที่ทบทวน
1	0	8 ก.พ. 2565	ฉบับแรก	1	17 มิ.ย. 2566
2			คงเดิม	2	13 มี.ค. 2567
3			คงเดิม	3	1 พ.ย. 2568

หมายเหตุ ทบทวน หมายถึง นำเอกสารมาทำการทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไขเอกสาร วันที่ประกาศใช้คงเดิม

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางสำหรับปฏิบัติงานของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการ

2. วิธีการปฏิบัติงาน

2.1 บุคลากรห้องอณูชีวโมเลกุลและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดที่ได้รับมอบหมายงานให้ทำความสะอาดโดยปฏิบัติตามแผนทำความสะอาดของห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล

2.1.1 เสื้อคลุมห้องปฏิบัติการ สวมเสื้อคลุมชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเมื่อเข้าห้องปฏิบัติการทุกครั้ง หากสิ่งส่งตรวจปนเปื้อนเสื้อคลุมให้เปลี่ยนเสื้อคลุมใหม่ทันที โดยถอดเสื้อม้วนให้ด้านในอยู่ด้านนอกแล้วทิ้งใส่ในถุงแดง

2.1.2 ถุงมือยาง สวมถุงมือยางทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังใส่ถุงมือ เปลี่ยนถุงมือเมื่อพบรอยฉีกขาด ทิ้งลงถุงแดงขยะติดเชื้อ

2.1.3 แว่นตา ควรสวมแว่นตาเมื่อปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากน้ำหรือละอองกระเด็นเข้าตา แว่นตา ที่สวมใส่ต้องป้องการละอองน้ำได้เป็นอย่างดี (Goggle) และสวมหน้ากาก face shield สวมทับทุกครั้งที่ทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากน้ำหรือละอองฝอยจากของเหลว

2.1.4 หน้ากากอนามัยชนิด N95 ใช้ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากสิ่งส่งตรวจที่มีเชื้อโรคที่สามารถติดต่อได้ทางเดินหายใจ และควรทำ Fit test ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งและหน้ากากอนามัยสำหรับการทำงานหลังจากได้สารพันธุกรรม

2.1.5 หมวกคลุมผม ควรสวมหมวกคลุมชนิดใช้แล้วทิ้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากละอองของเหลวและฝุ่นละออง

2.1.6 รองเท้าสำหรับห้องปฏิบัติการ ต้องมีลักษณะสวมใส่สบาย น้ำหนักเบา ป้องกันการลื่นและปิดหน้าเท้า ด้านบนมีลักษณะปิดทึบ ป้องกันสารเคมีและของเหลวไหลผ่านได้

2.2 การปฏิบัติงานกับของมีคม ต้องจัดหาภาชนะสำหรับทิ้งของมีคมโดยเฉพาะ มีฝาปิด

2.3 การปฏิบัติงานเมื่อมีการปนเปื้อน (laboratory spill) ที่ตัวเอง เครื่องมือ หรือพื้นที่ปฏิบัติงาน

2.3.1 วิธีปฏิบัติงานเมื่อมีการปนเปื้อนในห้องปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามแนวทาง วิธีการปฏิบัติงานและขั้นตอนการใช้ Spill kit (F-CP-6505) แบบบันทึกที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

2.3.2 วิธีปฏิบัติงานเมื่อมีการปนเปื้อนใน Safety cabinet) เปิด Safety cabinet ระหว่างทำความสะอาด เทแอลกอฮอล์ 70 % หรือ 0.1-1% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ตามกรณี ลงบนพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน ใช้กระดาษที่ทิชชูหรือผ้าคลุมบริเวณดังกล่าวประมาณ 30 นาที และเปิด UV ทิ้งไว้ 30 นาที

2.3.3 มีการตรวจสอบรายการ

2.3.4 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

2.3.5 ห้องเตรียมตัวอย่างทดสอบ (Sample Preparation)

2.3.6 ห้องวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบ (Amplification and Detection area)

2.3.7 ห้องเตรียมน้ำยาทดสอบ (Reagent preparation for PCR)

2.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องทำความสะอาดทุกวัน และ/หรือทุกครั้งหลังการใช้งาน

2.4.1 Autopipette เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วย 70%Alcohol

2.4.2 Biosafety Cabinet Class II ก่อนและหลังการใช้งานเช็ดทำความสะอาดด้วย 1%Sodium hypochlorite ระยะเวลา 30 นาทีแล้วเช็ดด้วยน้ำกลั่น ตามด้วย 70%Alcohol 10 นาที แล้วเปิด UV ฆ่าเชื้อ 30 นาที

2.4.3 โต๊ะวางอุปกรณ์ ก่อนและหลังการใช้งานเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่นตามด้วย 70%Alcohol

2.4.4 เก้าอี้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้ง เช็ดทำความสะอาด

2.5 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องทำความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง

2.5.1 ตู้เก็บเสื้อกาวน์ ใช้ผ้าชุบ น้ำแล้วบิดให้แห้ง เช็ดด้านในและด้านนอกตู้ให้สะอาด

2.5.2 Refrigerator กดปุ่มละลายน้ำแข็งและถ่ายน้ำทิ้ง ใช้ผ้าชุบน้ำให้หมาดเช็ดทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกตู้เย็นให้สะอาด