

Service Report

Customer:	Device Description:
Name	Model/Type: iPonatic Portable Molecular (iPonatic III)
Address: โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี	Serial no: Q36AE032210010130
	Customer/User name: Laboratory
Date: 13/02/2567 Time: 14:24 น	Z-medic Specialist: จารุวรรณ สายรุ่งเรืองศิลป์

Request detail: ☐ Repair ☒ PM/Cal ☐ New device install ☐ Device function check

Failure description:				
Date	Field Specialist name	Start time	End time	Total time

Work and activity performed

- ✓ App ver. V1.7.0
- ✓ MCU Firmware ver. V1.1.4
- ✓ PCR Firmware ver. V1.1.5
- ✓ ทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่องด้วย 70%แอลกอฮอล์ และตามด้วยน้ำสะอาด
- ✓ ทำความสะอาดภายใน ส่วนฝาเครื่องด้วย 70%แอลกอฮอล์ และตามด้วยน้ำสะอาด
- ✓ ทำความสะอาดช่องใส่ Carrier setด้วย 70%แอลกอฮอล์ และตามด้วยน้ำสะอาด
- ✓ ทดสอบปร๊นงานเช็คระบบ sensor ของช่องใส่ Carrier set: ปกติ
- ✓ เช็ค UV: ปกติ
- ✓ เช็คการเปิด-ปิดเครื่อง: ปกติ

☒ Device tested and ready to use ☐ User training executed

Specialist signature:

Customer signature:
Date: 13/02/2567