

Service Report

Customer:	Device Description:
Name: โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี	Model/Type: iPonatic Portable Molecular (iPonatic
User Name (Department): Lab molecular	Serial No: Q36AE032210010130
	Date: 19 มกราคม 2569

Request detail: ☐ Calibration ☐ New device install

Preventive Maintenance (PM): ☒ 1st PM ☐ 2nd PM ☐ 3rd PM ☐ 4th PM

Work and activity performed

- ☒ App version: V1.8.3
- ☒ PCR Module Firmware version: V1.1.8
- ☒ Extraction Module Firmware version: V1.1.7
- ☒ ทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่องด้วย 70%แอลกอฮอล์ และตามด้วยน้ำสะอาด
- ☒ ทำความสะอาดภายใน ส่วนฝาเครื่องด้วย 70%แอลกอฮอล์ และตามด้วยน้ำสะอาด
- ☒ ทำความสะอาดช่องใส่ Carrier set ด้วย 70%แอลกอฮอล์ และตามด้วยน้ำสะอาด
- ☒ เช็ค sensor ช่องใส่ Carrier set ☒ Passed ☐ Failed
- ☒ เช็ค UV ☒ Passed ☐ Failed
- ☒ เช็คการเปิด-ปิดเครื่อง ☒ Passed ☐ Failed

☒ Device tested and ready to use ☐ User training executed ☐ Unusable

Specialist signature:

สุดารัตน์ คำเลิศ

Sudarat

Customer signature: