

Service Report

Customer:	Device Description:
Name: โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี Address:	Model/Type: iPonatic Portable Molecular (iPonatic III) Serial no: Q36AE032210010130 Customer/User name: PCR Laboratory Date: 08 พฤษภาคม 2024

Request detail: ☐ Calibration ☐ New device install

Preventive Maintenance (PM): ☐ 1st PM ☒ 2nd PM ☐ 3rd PM ☐ 4th PM

Work and activity performed

- ☒ App ver. V1.7.0
- ☒ MCU Firmware ver. V1.1.4
- ☒ ทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่องด้วย 70%แอลกอฮอล์ และตามด้วยน้ำสะอาด
- ☒ ทำความสะอาดภายใน ส่วนฝาเครื่องด้วย 70%แอลกอฮอล์ และตามด้วยน้ำสะอาด
- ☒ ทำความสะอาดช่องใส่ Carrier set ด้วย 70%แอลกอฮอล์ และตามด้วยน้ำสะอาด
- ☒ ทดสอบรันงานเช็คระบบ sensor ของช่องใส่ Carrier set: ปกติ
- ☒ เช็ค UV: ปกติ
- ☒ เช็คการเปิด-ปิดเครื่อง: ปกติ

☒ Device tested and ready to use ☐ User training executed ☐ Unusable

Specialist signature:

จรรุวรรณ สายรุ่งเรืองศิลป์



Customer signature: