

Service Report

Customer:	Device Description:
Name: โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี Address:	Model/Type: iPonatic Portable Molecular (iPonatic III) Serial no: Q36AE032210010130 Customer/User name: Laboratory Date: 24 กรกฎาคม 2024

Request detail: ☐ Calibration ☐ New device install

Preventive Maintenance (PM): ☐ 1st PM ☐ 2nd PM ☒ 3rd PM ☐ 4th PM

Work and activity performed

- ☒ ทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่องด้วย 70%แอลกอฮอล์ และตามด้วยน้ำสะอาด
- ☒ ทำความสะอาดภายใน ส่วนฝาเครื่องด้วย 70%แอลกอฮอล์ และตามด้วยน้ำสะอาด
- ☒ ทำความสะอาดช่องใส่ Carrier set ด้วย 70%แอลกอฮอล์ และตามด้วยน้ำสะอาด
- ☒ ทดสอบรันงานเช็คระบบ sensor ของช่องใส่ Carrier set ☒ Passed ☐ Failed
- ☒ เช็ค UV ☒ Passed ☐ Failed
- ☒ เช็คการเปิด-ปิดเครื่อง ☒ Passed ☐ Failed

☒ Device tested and ready to use ☐ User training executed ☐ Unusable

Specialist signature:

จรรุวรรณ สายรุ่งเรืองศิลป์



Customer signature: