

E-103

Laboratório de Tecnologias



Equipamento Centrífuga

Marca Eppendorf

Modelo 5810R

Ano de aquisição 2009

Descrição Centrifugação de amostras.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.

Docente responsável Manuel Simões

Técnico executante Sílvia Faia
(smfaia@fe.up.pt; ext.4715)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras A preparação das amostras fica a cargo do requisitante.

Operação O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

Custo de utilização Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.

Procedimento Manual disponível no laboratório.

Observações Consultar a disponibilidade.

E-103

Laboratório de Tecnologias



Equipamento	Autoclave
Marca	Uniclave
Modelo	77
Ano de aquisição	2010
Descrição	Esterilização de material e meios de cultura.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização	O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.
Docente responsável	Manuel Simões
Técnico executante	Sílvia Faia (smfaia@fe.up.pt; ext.4715)
Horário	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	Não aplicável.
Operação	O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.
Procedimento	Manual disponível no laboratório.
Observações	Consultar a disponibilidade.

E-103

Laboratório de Tecnologias



Equipamento	Agitador orbital
Marca	IKA
Modelo	KS 130 basic
Ano de aquisição	2015
Descrição	Agitar amostras.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.

Docente responsável Manuel Simões

Técnico executante Sílvia Faia
(smfaia@fe.up.pt; ext.4715)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras Não aplicável.

Operação O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

Custo de utilização Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.

Procedimento Manual disponível no laboratório.

Observações Consultar a disponibilidade.

E-103

Laboratório de Tecnologias



Equipamento	Medidor de oxigénio dissolvido
Marca	VWR
Modelo	OX 4100H
Ano de aquisição	2016
Descrição	Medição de oxigénio dissolvido.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.

Docente responsável Manuel Simões

Técnico executante Sílvia Faia
(smfaia@fe.up.pt; ext.4715)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras Não aplicável.

Operação O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

Custo de utilização Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.

Procedimento Manual disponível no laboratório.

Observações Consultar a disponibilidade.

E-103

Laboratório de Tecnologias



Equipamento	Espetrofotómetro
Marca	VWR
Modelo	V1200
Ano de aquisição	2010
Descrição	Análise qualitativa e quantitativa por espectrofotometria na regiões do visível.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização	O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.
Docente responsável	Manuel Simões
Técnico executante	Sílvia Faia (smfaia@fe.up.pt; ext.4715)
Horário	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	Não aplicável.
Operação	O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.
Procedimento	Manual disponível no laboratório.
Observações	Consultar a disponibilidade.

E-103

Laboratório de Tecnologias



Equipamento	Arca a -30°C
Marca	Sanyo
Modelo	Medical freezer
Ano de aquisição	1996
Descrição	Congelamento de amostras

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.

Docente responsável Manuel Simões

Técnico executante Sílvia Faia
(smfaia@fe.up.pt; ext.4715)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras Não aplicável.

Operação O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

Custo de utilização Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.

Procedimento Manual disponível no laboratório.

Observações Consultar a disponibilidade.