

E-147

Sala de Apoio a Microbiologia



Equipamento	Incubadora orbital
Marca	Aralab
Modelo	Argitob 200
Ano de aquisição	2007
Descrição	Incubação de microrganismos.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.

Docente responsável Filipe Mergulhão

Técnico executante Sílvia Faia
(smfaia@fe.up.pt; ext.4715)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras Não aplicável.

Operação O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

Custo de utilização Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.

Procedimento Manual disponível no laboratório.

Observações Consultar a disponibilidade.

E-147

Sala de Apoio a Microbiologia



Equipamento	Agitador orbital
Marca	IKA
Modelo	KS 130 basic
Ano de aquisição	2015
Descrição	Agitar amostras.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.

Docente responsável Filipe Mergulhão

Técnico executante Sílvia Faia
(smfaia@fe.up.pt; ext.4715)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras Não aplicável.

Operação O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

Custo de utilização Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.

Procedimento Manual disponível no laboratório.

Observações Consultar a disponibilidade.

E-147

Sala de Apoio a Microbiologia



Equipamento	Incubadora
Marca	Velp
Modelo	Foc 225 E
Ano de aquisição	2007
Descrição	Incubação de microrganismos.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.

Docente responsável Filipe Mergulhão

Técnico executante Sílvia Faia
(smfaia@fe.up.pt; ext.4715)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras Não aplicável.

Operação O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

Custo de utilização Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.

Procedimento Manual disponível no laboratório.

Observações Consultar a disponibilidade.

E-147

Sala de Apoio a Microbiologia



Equipamento Incubadora

Marca Velp

Modelo Foc 225 E

Ano de aquisição 2007

Descrição Incubação de microrganismos.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.

Docente responsável Filipe Mergulhão

Técnico executante Sílvia Faia
(smfaia@fe.up.pt; ext.4715)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras Não aplicável.

Operação O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

Custo de utilização Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.

Procedimento Manual disponível no laboratório.

Observações Consultar a disponibilidade.

E-147

Sala de Apoio a Microbiologia



Equipamento	Autoclave
Marca	Uniclave
Modelo	88
Ano de aquisição	2008
Descrição	Esterilização de material e meios de cultura.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.

Docente responsável Filipe Mergulhão

Técnico executante Sílvia Faia
(smfaia@fe.up.pt; ext.4715)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras Não aplicável.

Operação O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

Custo de utilização Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.

Procedimento Manual disponível no laboratório.

Observações Consultar a disponibilidade.

E-147

Sala de Apoio a Microbiologia



Equipamento	Autoclave
Marca	Uniclave
Modelo	88
Ano de aquisição	2008
Descrição	Esterilização de material e meios de cultura.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização	O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.
Docente responsável	Filipe Mergulhão
Técnico executante	Sílvia Faia (smfaia@fe.up.pt; ext.4715)
Horário	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	Não aplicável.
Operação	O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.
Procedimento	Manual disponível no laboratório.
Observações	Consultar a disponibilidade.

E-147

Sala de Apoio a Microbiologia



Equipamento	Arca a 5°C
Marca	Aralab
Modelo	Fitoterm 1400 TN
Ano de aquisição	2010
Descrição	Esterilização de material e meios de cultura.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização	O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.
Docente responsável	Filipe Mergulhão
Técnico executante	Sílvia Faia (smfaia@fe.up.pt; ext.4715)
Horário	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	Não aplicável.
Operação	O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.
Procedimento	Manual disponível no laboratório.
Observações	Consultar a disponibilidade.

E-147

Laboratório de Biologia Celular e Molecular



Equipamento Estufa de secagem

Marca ARGO LAB

Modelo TCN 115

Ano de aquisição 2017

Descrição Secagem de material

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.

Docente responsável Filipe Mergulhão

Técnico executante Sílvia Faia
(smfaia@fe.up.pt; ext.4715)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras Não aplicável.

Operação O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

Custo de utilização Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.

Procedimento Manual disponível no laboratório.

Observações Consultar a disponibilidade.