

<i>Pracovní standardy pro rehabilitační oddělení</i>			
<b>č. 07</b>	<b>APLIKACE FOTOTERAPIE</b>		
<b>Autor:</b> Kolektiv fyzioterapeutů		<b>Platnost od:</b> 1. 4. 2004	<b>Schválila:</b> Rada kvality
<b>Určeno pro:</b> Fyzioterapeut, ergoterapeut, všeobecná sestra			
<b>Poslední revize: č. 5</b> 6/2014	<b>Důvod revize:</b> Periodická kontrola		
<b>Poslední revize: č. 6</b> 3/2017	<b>Důvod revize:</b> Periodická kontrola	<b>Kontrolu provedl:</b> Bc. S. Šíroká	<b>Přezkoumal:</b> Bc. T. Bělicová
<b>Poslední revize: č. 7</b> 7/2019	<b>Důvod revize:</b> Periodická kontrola	<b>Kontrolu provedl:</b> Bc. S. Šíroká	<b>Přezkoumal:</b> Bc. T. Bělicová
<b>Poslední revize: č. 8</b> 10/2021	<b>Důvod revize:</b> Periodická kontrola	<b>Kontrolu provedl:</b> Bc. S. Šíroká	<b>Přezkoumal:</b> Bc. T. Bělicová
<b>Termín další revize:</b> <b>10/2023</b>			
<b>Identifikace výtisku:</b> <b>Výtisk jediný – originál</b> (výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)			

**Definice:** Jde o působení polarizovaného světla ve vlnových délkách 400 – 2000 nm, které napomáhá při odstraňování bolesti pohybového aparátu a při kožních defektech.

#### **Pomůcky:**

- Přístroj Bioptron
- lehátko, židle
- dokumentace

#### **Proces:**

- **seznam se** s pacientem, představ se
- **seznam se** s diagnózou pacienta
- **informuj** pacienta o průběhu terapie a bezpečnosti provozu
- **proved'** kontrolu přístroje

#### **Vlastní procedura:**

- **zapni** bioptronovou lampu
- **osvit'** ordinovanou část těla pacienta
- **proved'** záznam o provedení procedury
- **sleduj** datum kontroly stanovené lékařem

#### **Upozornění:**

- **dbej,** aby nebyly přímým světlem lampy ozářeny oči klienta

**Úklid:**

- vrát' bioptronovou lampu do pouzdra a uklid' na příslušné místo