

## SMĚRNICE ŘEDITELE Používání vah pro vážení pacientů

Zpracoval:	Přezkoumal:	Schválil:
30. září 2021	30. září 2021	1. října 2021
Bc. Veronika Hrivňáková správce zdrav. prostředků	Mgr. Pavlína Vajglová manažer kvality	MUDr. Tomáš Canibal ředitel KHN a.s.

Identifikace výtisku:	Výtisk jediný – originál (výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)			
	Nahrazuje: Směri	<b>azuje:</b> Směrnici ředitele č. 2/2018		
	Poslední revize: č. 4 9/2021	<b>Důvod revize:</b> doplnění umístění – v endokrinologické ambulanci		1. 10. 2021
	Poslední revize:	Důvod revize:	Přezkoumal:	
	Poslední revize:	Důvod revize:	Přezkoumal:	
Identifikace	Poslední revize:	Důvod revize:	Přezkoumal:	
	Poslední revize:	Důvod revize:	Přezkoumal:	
	Poslední revize:	Důvod revize:	Přezkoumal:	
	Poslední revize:	Důvod revize:	Přezkoumal:	

## Rozdělovník

Název útvaru/funkce	Distribuce
Florenti ( o ( o Yalal	dokumentu
Ekonomický náměstek	NE NE
Náměstek pro ošetřovatelskou péči	ANO
Provozně-technický náměstek	NE
Vedoucí CPM	NE .
Manažer kvality, ústavní hygienik	ANO
Členové rady kvality	NE
Asistenti ředitele	NE
Sekretariát ředitele	ANO
Technik BOZP	NE
Vedoucí a pracovníci informačních technologií	NE
Vedoucí a pracovníci PaM	NE
Vedoucí a pracovníci finanční účtárny	NE
Vedoucí a pracovníci výkonové účtárny	NE
Vedoucí a pracovníci úklidu	NE
Vedoucí a pracovníci stravovacího provozu	NE
Vedoucí a pracovníci údržby	NE
Vedoucí a pracovníci recepce	NE
Primáři	NE
Lékaři	NE
Staniční sestry	ANO
Všeobecné sestry, praktické sestry	NE
Ošetřovatelé, sanitáři	NE
Radiologičtí asistenti	ANO
Laboranti	NE
Fyzioterapeuti, ergoterapeuti	NE
Nutriční terapeuti	NE
Klinický logoped	NE
Vedoucí lékárníci a farmaceuti, farmaceutičtí asistenti	NE
Jiní odborní pracovníci	NE
Zdravotně-sociální pracovník	ANO
Správce zdravotnických prostředků	ANO
Dokumentační pracovníci	NE
Pracovnice spisovny, knihovny	NE
Pracovníci provozu	NE

Váhy používané pro určování hmotnosti ve zdravotnictví při vážení pacientů za účelem monitorování, diagnostiky a léčení jsou na základě

- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 121/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností,
- směrnice Rady 90/384/EHS

**stanovenými výrobky**. To v praxi znamená, že každé vážení pacienta zapsané do dokumentace musí být provedeno na váze **metrologicky ověřené**.

## Tyto váhy jsou k dispozici:

- v přijímací kanceláři,
- v ambulanci funkční diagnostiky,
- na magnetické rezonanci,
- na oddělení pracovnělékařských služeb,
- v diabetologické ambulanci,
- v endokrinologické ambulanci,
- na oddělení pracovního lékařství,
- na anesteziologické ambulanci.

Ostatní nášlapné váhy, které jsou běžně na odděleních a ambulancích, jsou **měřidla informativní** a jsou i takto označena.

Pokud je údaj o hmotnosti pacienta získán prostřednictvím informativního měřidla nebo na základě ústního sdělení pacienta, je nutné do dokumentace připsat "pacient udává" či "informativní údaj".