

<i>Standardní operační postup – OKB úsek krevní banka</i>			
<b>č. 24</b>	<b>POSTUP PŘI PORUŠE ID-INKUBÁTORU (CENTRIFUGY)</b>		
<b>Autor:</b> Varnušková Jiřina		<b>Platnost od:</b> 20. 11. 2006	<b>Schválila:</b> kvalifikovaná osoba RNDr. Josef Ranoš a Rada kvality
<b>Určeno pro:</b> Zdravotní laborant			
<b>Poslední revize: č. 4</b> 1/2013	<b>Důvod revize:</b> Periodická kontrola		
<b>Poslední revize: č. 5</b> 11/2017	<b>Důvod revize:</b> Periodická kontrola	<b>Kontrolu provedl:</b> Bc. Sigmundová Pavla	<b>Schválil:</b> kvalifikovaná osoba Ing. Kolátková Marina
<b>Poslední revize: č. 6</b> 6/2019	<b>Důvod revize:</b> Periodická kontrola, Úprava pracovního postupu	<b>Kontrolu provedl:</b> Mgr. A. Mrázová Bc. P. Sigmundová	<b>Schválil:</b> kvalifikovaná osoba MUDr. H. Ryšánková
<b>Poslední revize: č. 7</b> 12/2021	<b>Důvod revize:</b> Periodická kontrola	<b>Kontrolu provedl:</b> Mgr. A. Mrázová	<b>Schválil:</b> Ing. M. Kolátková
<b>Termín další revize:</b> <b>12/2023</b>			
<b>Identifikace výtisku:</b> <b>Výtisk jediný – originál</b> (výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)			

Použité zkratky:

NsP – Nemocnice s poliklinikou

HTO – Hematologicko transfuzní oddělení

KHN – Karvinská hornická nemocnice

SOP – Standardní operační postup

KB – Krevní banka

### Popis, postup:

V případě poruchy ID- inkubátoru (centrifugy) oznámí pracovník krevní banky tuto skutečnost (během pracovní doby) vedoucímu laboratoře k zajištění servisního zásahu.

Vedoucí laboratoře kontaktuje smluvní zařízení NsP Karviná Ráj HTO a požádá o výpomoc do doby, než zajistíme servisního technika DiaMedu.

Po telefonické domluvě zajistí laborantka krevní banky převoz krevních vzorků a žádanek na předtransfuzní vyšetření v pracovní dny v době od 6:30 do 13:45 hodin na provozním úseku KHN a.s.

Vzorky odvezou řidiči KHN a.s. V době mimopracovní (So, Ne a svátky) zajistí laborantka KHN a.s. převoz sanitkou soukromého dopravce Sanitkou.cz. tel. č. 844 103 104.

**V mimopracovní době kontaktuje laborantka KHN a.s. laborantku smluvního zařízení HTO Karviná Ráj a požádá ji o výpomoc při přípravě transfuzních přípravků.**

Skutečnost o poruše systému DiaMed poznamená do provozního deníku, sepíše nežádoucí událost a způsob řešení.

Po vyšetření zkoušky kompatibility vyzve laborantka smluvního zařízení laborantku krevní banky KHN a.s. k odběru připravených transfuzních přípravků. Další instrukce viz SOP KB č.9.