序号	电阻值(Ω)	D12原值(V)	福禄克1(V)	福禄克2(V)	福禄克3(V)	福禄克4(V)	福禄克均值	区间编号	区间范围	乘数因子k	D12校正值(V)	误差(V)
1	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000	1	[0, 100]	0.9500	0.0000	0.0000
2	1	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.0005	1	[0, 100]	0.9500	0.0000	-0.0005
3	1.1	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.0005	1	[0, 100]	0.9500	0.0000	-0.0005
4	2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0010	1	[0, 100]	0.9500	0.0010	0.0000
5	3	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.0018	1	[0, 100]	0.9500	0.0010	-0.0008
6	5.1	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.0025	1	[0, 100]	0.9500	0.0029	0.0004
7	10	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.0050	1	[0, 100]	0.9500	0.0048	-0.0003
8	20	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.0110	1	[0, 100]	0.9500	0.0095	-0.0015
9	30	0.016	0.016	0.017	0.017	0.016	0.0165	1	[0, 100]	0.9500	0.0152	-0.0013
10	51	0.027	0.028	0.029	0.028	0.028	0.0283	1	[0, 100]	0.9500	0.0257	-0.0026
11	100	0.053	0.054	0.056	0.056	0.055	0.0553	1	[0, 100]	0.9500	0.0504	-0.0049
12	200	0.104	0.106	0.110	0.108	0.108	0.1080	2	(100, 300]	0.9280	0.0965	-0.0115
13	300	0.154	0.155	0.161	0.159	0.158	0.1583	2	(100, 300]	0.9280	0.1429	-0.0154
14	510	0.253	0.251	0.262	0.258	0.258	0.2573	3	(300, 510]	0.9050	0.2290	-0.0283
15	680	0.329	0.324	0.339	0.333	0.332	0.3320	4	(510, 680]	0.8850	0.2912	-0.0408
16	910	0.426	0.414	0.432	0.426	0.424	0.4240	5	(680, 1000]	0.8630	0.3676	-0.0564
17	1000	0.462	0.448	0.468	0.460	0.458	0.4585	5	(680, 1000]	0.8630	0.3987	-0.0598

序号	电阻值(Ω)	D12原值(V)	福禄克1(V)	福禄克2(V)	福禄克3(V)	福禄克4(V)	福禄克均值	区间编号	区间范围	乘数因子k	D12校正值(V)	误差(V)
18	1100	0.502	0.484	0.505	0.497	0.495	0.4953	6	(1000, 1300]	0.8450	0.4242	-0.0711
19	1200	0.542	0.519	0.542	0.534	0.532	0.5318	6	(1000, 1300]	0.8450	0.4580	-0.0738
20	1300	0.577	0.551	0.575	0.566	0.564	0.5640	6	(1000, 1300]	0.8450	0.4876	-0.0764
21	1500	0.649	0.614	0.642	0.631	0.629	0.6290	7	(1300, 1600]	0.8320	0.5400	-0.0890
22	1600	0.684	0.643	0.673	0.662	0.661	0.6598	7	(1300, 1600]	0.8320	0.5691	-0.0907
23	1800	0.751	0.701	0.733	0.722	0.719	0.7188	8	(1600, 2400]	0.8180	0.6143	-0.1045
24	2000	0.813	0.754	0.780	0.777	0.773	0.7710	8	(1600, 2400]	0.8180	0.6650	-0.1060
25	2200	0.871	0.802	0.839	0.826	0.822	0.8223	8	(1600, 2400]	0.8180	0.7125	-0.1098
26	2400	0.931	0.851	0.890	0.877	0.873	0.8728	8	(1600, 2400]	0.8180	0.7616	-0.1112
27	2700	1.011	0.916	0.959	0.944	0.941	0.9400	9	(2400, 3600]	0.8070	0.8159	-0.1241
28	3000	1.085	0.977	1.020	1.004	1.000	1.0003	9	(2400, 3600]	0.8070	0.8756	-0.1247
29	3300	1.155	1.029	1.078	1.062	1.056	1.0563	9	(2400, 3600]	0.8070	0.9321	-0.1242
30	3600	1.220	1.080	1.113	1.113	1.108	1.1035	9	(2400, 3600]	0.8070	0.9845	-0.1190
31	3900	1.285	1.129	1.183	1.163	1.158	1.1583	10	(3600, 5100]	0.7950	1.0216	-0.1367
32	4300	1.366	1.190	1.247	1.227	1.220	1.2210	10	(3600, 5100]	0.7950	1.0859	-0.1351
33	4700	1.436	1.242	1.301	1.282	1.274	1.2748	10	(3600, 5100]	0.7950	1.1416	-0.1332
34	5100	1.506	1.292	1.355	1.334	1.328	1.3273	10	(3600, 5100]	0.7950	1.1973	-0.1300
35	5600	1.577	1.344	1.409	1.388	1.379	1.3800	11	(5100, 6800]	0.7850	1.2379	-0.1421

序号	电阻值(Ω)	D12原值(V)	福禄克1(V)	福禄克2(V)	福禄克3(V)	福禄克4(V)	福禄克均值	区间编号	区间范围	乘数因子k	D12校正值(V)	误差(V)
36	6200	1.664	1.405	1.474	1.452	1.442	1.4433	11	(5100, 6800]	0.7850	1.3062	-0.1371
37	6800	1.740	1.458	1.531	1.507	1.500	1.4990	11	(5100, 6800]	0.7850	1.3659	-0.1331
38	7500	1.822	1.515	1.590	1.566	1.555	1.5565	12	(6800, 9100]	0.7720	1.4066	-0.1499
39	8200	1.895	1.565	1.642	1.618	1.607	1.6080	12	(6800, 9100]	0.7720	1.4629	-0.1451
40	9100	1.979	1.622	1.703	1.677	1.665	1.6668	12	(6800, 9100]	0.7720	1.5278	-0.1390
41	10000	2.054	1.672	1.755	1.729	1.717	1.7183	13	(9100, 16000]	0.7650	1.5713	-0.1470
42	11000	2.128	1.721	1.807	1.781	1.767	1.7690	13	(9100, 16000]	0.7650	1.6279	-0.1411
43	12000	2.191	1.762	1.851	1.824	1.810	1.8118	13	(9100, 16000]	0.7650	1.6761	-0.1357
44	13000	2.250	1.800	1.891	1.864	1.849	1.8510	13	(9100, 16000]	0.7650	1.7213	-0.1297
45	15000	2.355	1.868	1.955	1.934	1.924	1.9203	13	(9100, 16000]	0.7650	1.8016	-0.1187
46	16000	2.394	1.893	1.977	1.959	1.944	1.9433	13	(9100, 16000]	0.7650	1.8314	-0.1119
47	18000	2.471	1.941	1.964*	1.964*	1.987	1.9640	14	(16000, 30000]	0.7550	1.8656	-0.0984
48	20000	2.536	1.981	1.981*	1.981*	1.981*	1.9810	14	(16000, 30000]	0.7550	1.9147	-0.0663
49	22000	2.590	2.002*	2.002*	2.002*	2.002*	2.0020	14	(16000, 30000]	0.7550	1.9555	-0.0465
50	24000	2.638	2.022*	2.022*	2.022*	2.022*	2.0220	14	(16000, 30000]	0.7550	1.9917	-0.0303
51	27000	2.700	2.061*	2.061*	2.061*	2.061*	2.0610	14	(16000, 30000]	0.7550	2.0385	-0.0225
52	30000	2.751	2.099*	2.099*	2.099*	2.099*	2.0990	14	(16000, 30000]	0.7550	2.0770	-0.0220