


Hygienerichtlinie	
Reinigungs- und Desinfektionsplan	Pathologie/Rechtsmedizin

Gegenstand	Mittel / Art	Wann	Spezielles
Laborglas (Kolben, Pipetten)	In RDG (Reinigungs-/Desinfektionsgerät)	Nach Gebrauch	
Instrumente	In RDG (Reinigungs-/Desinfektionsgerät)	Bei optischer Verschmutzung, Nach Arbeitsende	Defekte Instrumente werden in die AEMP zur Reparatur gegeben Instrumente werden nicht sterilisiert
Arbeitsfläche Sicherheitswerkbank	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Bei optischer Verschmutzung, Nach Gebrauch	Bei optisch nicht entfernbare Verschmutzung Vorreinigung mit Reinigungsmittel May aSan
Spülbecken	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Bei optischer Verschmutzung, Nach Gebrauch	Bei optisch nicht entfernbare Verschmutzung Vorreinigung mit Reinigungsmittel May aSan.
Kryostat	Innen: Ethanol 70% Aussen: ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Bei optischer Verschmutzung, Nach Gebrauch	
Schneidebrett	Terralin® protect 0.5%	Bei optischer Verschmutzung, Nach Gebrauch	Bei Problemen bei der Reinigung: das Schneidebrett durch ein Neues ersetzen
Geräte, Mobiliar	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	Bei optisch nicht entfernbare Verschmutzung Vorreinigung mit Reinigungsmittel May aSan, Pflege von Chromstahl: mit Neoval Oel MTO 300 Eurotech
Tiefkühler	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Bei optischer Verschmutzung, Wenn Fach leer ist	Bei optisch nicht entfernbare Verschmutzung Vorreinigung mit Reinigungsmittel May aSan
Fussboden	ProMop®-DES-AF-K 0.5%	Nach Gebrauch	Bei sichtbarer Verschmutzung sofort
Schwamm (Pad's)			Nach Gebrauch entsorgen
Gummischuhe	In RDG (Reinigungs-/Desinfektionsgerät)	Nach Gebrauch	Bei sichtbarer Verschmutzung sofort

Wichtige Hinweise:

- Im Umgang mit Desinfektionsmitteln immer mit Handschuhen arbeiten.
- Die schwarzen Mikrofasertücher werden nur in den Bereichen Pathologie, Histologie und Zytologielabor eingesetzt.

Weitere Hinweise sind abgelegt unter:

- Allgemeiner R&D Plan: [Pat. Pflegematerial, Techn. Geräte, Mobiliar,](#)
- [Flächenreinigung/-desinfektion](#)

Erstellt von: Spitalhygiene, Pathologie, Rechtsmedizin	Erstelldatum: 18.04.2011	Thema: R&D Plan Pathologie/Rechtsmedizin	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 22.12.2020	Gültig ab: 22.12.2020	HR
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 2.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: M. Häfliger, U. Gadola	Revision am: 01.10.2020	Seite(n): 1/1	