

UV/VIS Spektrometer Messdaten

Export-Zeitpunkt: 2026-02-12_02-47-52

Modus: Einkanalmessung

Lampe: 280

ADC: ADS1115

Frequenz: 8

Gain-ADC: 1

Glaettung: 5

Tatsaechliche Dauer: 299,98 s

Rauschen: 45,00

Gain-Sample: 7

Gain-Reference: 7

Messzeit: 300 s

Lampenintensitaet: 100

Wellenlaenge: 272

Minimaler Y-Wert: 4161,00

Maximaler Y-Wert: 6136,00

Durchschn. Datenfrequenz: 28,00 Hz

