

Instrumentos de medição da F-21 encaminhados para calibração — Lote: LOTE 09

#	Ca t.	Instrumento / Tipo	Fabricante	Modelo	Faixa / Tolerância	Último Certif.	Prazo Cal.	Status	Val. Max (R\$)
1	EL E	Multímetro NI	NATIONAL INSTRUMENTS	PXIE-4080	PXIE-4080	03/08/20		DESCALIB RADO	R\$ 560,75
2	EL E	Osciloscópio PXI NI	NATIONAL INSTRUMENTS	NI-PXI-5122	NI-PXI-5122	27/09/22		DESCALIB RADO	R\$ 776,23

RESUMO FINANCEIRO		OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES
Qtd. instrumentos:	2	ATENCAO: Instrumentos NI exigem NI Certified Center. Unico habilitado no Brasil: IPT Sao Paulo. 2 instrumento(s) nesta OS com status DESCALIBRADO — verificar viabilidade de calibracao antes do envio.
Valor máximo total:	R\$ 1.336,98	
Contrato / ATA:	ATA-Pregão/2025 (a definir)	
NUP Processo:	—	

Elaborado por:

Aprovado por:

Recebido pelo laboratório:

Encarregado de Metrologia / CMASM
Data: 27/03/2026

Chefe da Divisão Técnica
Data: __/__/__

Representante / EMPRESA IPT
Data: __/__/__