

Instrumentos de medição da F-21 encaminhados para calibração — Lote: LOTE 10

#	Ca t.	Instrumento / Tipo	Fabricante	Modelo	Faixa / Tolerância	Último Certif.	Prazo Cal.	Status	Val. Max (R\$)
1	EL E	Fonte DC	AMETEK	XG 300-2.8	XG 300-2.8	12/12/24	12/12/25	CALIBRADO	R\$ 1.164,35
2	EL E	Megôhmetro	FLUKE	1507	1507	03/10/24	03/10/25	CALIBRADO	R\$ 373,83
3	EL E	Megôhmetro	SEFELEC	MXS500	MXS500	28/06/23	28/06/25	CALIBRADO	R\$ 150,00
4	ME C	Dinamômetro Digital	YALE	TMC 1500	TMC 1500	01/10/24	01/10/25	CALIBRADO	R\$ 338,69
5	ME C	Manômetro Analógico		400 Bar	400 Bar			DESCALIBRADO	R\$ 90,00
6	ME C	Micrometro Prof.	FACOM	806.F	806.F	30/09/24	30/09/25	CALIBRADO	R\$ 84,33
7	ME C	Micrometro Prof.	FACOM	806.F	806.F	01/10/24	01/10/25	CALIBRADO	R\$ 84,33
8	ME C	Micrometro Prof.	FACOM	806.F	806.F			DESCALIBRADO	R\$ 84,33
9	ME C	Micrometro Prof.	FACOM	806.F	806.F			DESCALIBRADO	R\$ 84,33

RESUMO FINANCEIRO		OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES
Qtd. instrumentos:	9	3 instrumento(s) nesta OS com status DESCALIBRADO — verificar viabilidade de calibracao antes do envio. 2 ferramenta(s) marcada(s) como nao utilizada — avaliar descarte ou manutencao antes de calibrar.
Valor máximo total:	R\$ 2.454,19	
Contrato / ATA:	ATA-Pregão/2025 (a definir)	
NUP Processo:	—	

Elaborado por:

Aprovado por:

Recebido pelo laboratório:

Encarregado de Metrologia / CMASM
Data: 27/03/2026

Chefe da Divisão Técnica
Data: __/__/__

Representante / EMPRESA MQT
Data: __/__/__