



https://emsbiomedica.onrender.com/index.html

Registro de Cuenta

Nombre Completo

Ej. Luis Torres

Correo Electrónico

usuario@simeb.com

Contraseña

Selecciona tu Rol Asignado

Escoge tu rol



Crear Cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Ingresa aquí](#)



https://emsbiomedica.onrender.com/index.html

Ingresar a SIMEB

Correo Electrónico

admin@simeb.com

Contraseña

Selecciona tu Rol Asignado

Administrador (Dashboard Global)



Iniciar Sesión

[¿No tienes cuenta? Regístrate aquí](#)



SIMEB

Panel de Gestión

Datos en vivo

Usuarios y roles

Equipos médicos

Central de enfermería

Gestión técnica

Cerrar sesión

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Datos clínicos y operativos en vivo

Modo: consulta

LA

Luis angel
Admin del sistema



CENTRO DE CONTROL

Datos clínicos y operativos en vivo

Supervisión consolidada de equipos, alarmas y mantenimiento.

MONITORES ACTIVOS

4

ALARMAS CRÍTICAS

4

Luis angel

Sesión activa



Activar modo de gestión

Controles administrativos disponibles



Crear usuario

Asignar un nuevo acceso



Actualizar información

Consultar datos del servidor



Cerrar sesión

Salir de la consola

MONITOREO CLÍNICO

En vivo

Estado de camas

● Estable ● Advertencia ● Crítica ● Sin conexión

MANTENIMIENTO

Estado de tickets

2



Usuarios y roles

Equipos médicos

Central de enfermería

Gestión técnica

Cerrar sesión

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Datos clínicos y operativos en vivo

Modo consulta

Luis angel
Admin del sistema

MONITORES ACTIVOS

4

ALARMAS CRÍTICAS

4

TICKETS PENDIENTES

3

MONITOREO CLÍNICO

En vivo

Estado de camas

● Estable ● Advertencia ● Crítica ● Sin conexión

MANTENIMIENTO

Estado de tickets





SEGUIMIENTO OPERATIVO

5 requieren atención

Equipos bajo observación

CAMA	PACIENTE	ESTADO	FC	FR
Cama 1	Paciente 5412	● Advertencia	140	12
Cama 2	Paciente 0417	● Advertencia	149	17
Cama 3	Paciente 1525	● Sin conexión	--	--
Cama 4	Paciente 9207	● Advertencia	140	17
Cama 5	Paciente 2335	● Crítica	65	15



SIMEB

Panel de Gestión

Datos en vivo

Usuarios y roles

Equipos médicos

Central de enfermería

Gestión técnica

Cerrar sesión

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Usuarios y roles

Modo: consulta

LA

Luis angel
Admin del sistema

Gestión de Personal de Salud y Soporte

Registrar Nuevo Integrante

Nombre completo

Selecciona un Rol



Crear acceso

ID ACCESO	NOMBRE	ROL DE SISTEMA	ESTADO	ACCIONES
USR-1	Luis angel	Admin	Activo	Activo
USR-2	Jessica	Enfermero	Activo	Activo
USR-3	loren chacon	Técnico	Activo	Activo



SIMEB

Panel de Gestión

Datos en vivo

Usuarios y roles

Equipos médicos

Central de enfermería

Gestión técnica

Cerrar sesión

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Equipos médicos

Modo consulta

LA

Luis angel
Admin del sistema



Inventario de Equipos Críticos

CÓDIGO	MODELO DE MONITOR	NÚMERO DE SERIE	SALA ASIGNADA	PRÓXIMA CALIBRACIÓN
EQ-101	Phillips IntelliVue MX450	PH-99201	UCI-1	15/09/2028
EQ-102	GE CARESCAPE B450	GE-44102	UCI-2	01/10/2026



SIMEB

Panel de Gestión

Datos en vivo

Usuarios y roles

Equipos médicos

Central de enfermería

Gestión técnica

Cerrar sesión

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Central de enfermería

Modo consulta

LA

Luis angel
Admin del sistema

V

MÓDULO CLÍNICO

Vista integrada

Central de Enfermería

Consulta y gestión de alarmas de los equipos conectados.



SIMEB

CENTRAL DE MONITOREO BIOMÉDICO

10:30:40 p. m.
21 de ago

Luis angel - Admin



Simular alarma

5

EQUIPOS

4

EN LÍNEA

4

EN ALARMA



Normal



Advertencia



Crítica



Sin conexión

Selecciona una cama para ver el protocolo de atención -->

Cama 1 UCI-1

Paciente 5412

● Philips IntelliVue MX450

Cama 2 UCI-2

Paciente 0417

● GE CARESCAPE B450

Cama 3 URG-A

Paciente 1525

● Mindray uMEC12

**SIMEB**

GESTOR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO BIOMÉDICO

10:32:17 p. m.

**tecnico**

Técnico - Turno actual



TOTAL RECIBIDOS

4

PENDIENTES / EN ATENCIÓN

3

ALERTAS RESUELTAS

1

Bandeja de Incidentes Biomédicos

Mantenimiento correctivo automatizado por fallas en protocolo de enfermería

Pendientes y En Proceso

Historial Resueltos

• Actualizado en tiempo real

TICKET	UBICACIÓN / CAMA	EQUIPO BIOMÉDICO	FALLA REPORTADA	INTENTOS ENFERMERÍA	ESTADO	ACCIÓN
#TK-104	Cama 5 HOSP-3	Philips IntelliVue MX450	Pérdida de comunicación de red	El equipo perdió comunicación con la central, aunque sigue monitoreando localmente.	En Atención	Gestionar
#TK-103	Cama 4	Nihon Kohden BSM-3000	Pérdida de comunicación de red	El equipo perdió comunicación con la central, aunque sigue monitoreando localmente.	Pendiente	Gestionar



SIMEB / EMS

CENTRAL DE MONITOREO BIOMÉDICO

5

EQUIPOS

4

EN LÍNEA

4

EN ALARMA

12:32:11 p. m.

21 de ago

jessica · Enfermero



Simular alarma

● Normal ● Advertencia ● Crítica ● Sin conexión

Selecciona una cama para ver el protocolo de atención →

Cama 1 UCI-1

Paciente 5412

● Philips IntelliVue MX450

FC **141** lpm FR **13** zpm ESTADO ALARMA

▲ Electrodo ECG suelto

Cama 2 UCI-2

Paciente 0417

● GE CARESCAPE B450

FC **135** lpm FR **16** zpm ESTADO ALARMA

▲ Electrodo ECG suelto

Cama 3 URG-A

Paciente 1525

● Mindray uNEC12

FC -- lpm FR -- zpm ESTADO OFF

▲ Sin conexión con la central

Cama 4 HOSP-2

Paciente 9207

● Nihon Kohden BSM-3000

FC **149** lpm FR **15** zpm ESTADO ALARMA

▲ Electrodo ECG suelto

Cama 5 HOSP-3

Paciente 2335

● Philips IntelliVue MX450

FC **146** lpm FR **17** zpm ESTADO ALARMA

▲ Electrodo ECG suelto



https://emsbiomedica.onrender.com/index.html



CAMA 1 - UCI-1

Electrodo ECG suelto

Philips IntelliVue MX450

Contexto: Unidad de cuidados intermedios

Síntoma: El monitor genera alarmas cada 30 segundos sin causa clínica aparente.

Posibles causas:

- Electrodos secos o vencidos.
- Electrodos mal adheridos a la piel.
- Cable o latiguillo ECG deteriorado.

Diagnóstico real:

👉 Electrodos secos → mala conductividad → falsas alarmas.

Solución:

- Identificar el latiguillo o electrodo desprendido en pantalla.
- Limpiar y secar la piel del paciente.
- Reemplazar el electrodo por uno nuevo con gel.
- Verificar la adhesión y reconectar el latiguillo firmemente.

Lección clave:

"Una mala señal genera falsas alarmas. El problema no siempre está donde suena."

Alarma resuelta

No se resuelve - Escalar a
Biomédica

**SIMEB**

GESTOR DE MANTENIMIENTO TÉCNICO BIOMÉDICO

10:32:17 p. m.

**tecnico**

Técnico - Turno actual



TOTAL RECIBIDOS

4

PENDIENTES / EN ATENCIÓN

3

ALERTAS RESUELTAS

1

Bandeja de Incidentes Biomédicos

Mantenimiento correctivo automatizado por fallas en protocolo de enfermería

Pendientes y En Proceso

Historial Resueltos

• Actualizado en tiempo real

TICKET	UBICACIÓN / CAMA	EQUIPO BIOMÉDICO	FALLA REPORTADA	INTENTOS ENFERMERÍA	ESTADO	ACCIÓN
#TK-104	Cama 5 HOSP-3	Philips IntelliVue MX450	Pérdida de comunicación de red	El equipo perdió comunicación con la central, aunque sigue monitoreando localmente.	En Atención	Gestionar
#TK-103	Cama 4	Nihon Kohden BSM-7000	Pérdida de comunicación de red	El equipo perdió comunicación con la central, aunque sigue monitoreando localmente.	Pendiente	Gestionar