

UCR01 – Node ID: 43 00-A0-AA-00-00-2B 172.16.146.120  
 UCR02 – Node ID: 44 00-A0-AA-00-00-2C 172.16.146.4  
 UCR03 – Node ID: 45 00-A0-AA-00-00-2D 172.16.146.130  
 UCR04 – Node ID: 46 00-A0-AA-00-00-2E 172.16.146.121  
 UCR05 – Node ID: 47 00-A0-AA-00-00-2F 172.16.146.2  
 UCR06 – Node ID: 48 00-A0-AA-00-00-30 172.16.146.1  
 UCR07 – Node ID: 49 00-A0-AA-00-00-31 172.16.146.119  
 UCR08 – Node ID: 50 00-A0-AA-00-00-32 172.16.146.6  
 UCR09 – Node ID: 51 00-A0-AA-00-00-33 172.16.146.3  
 UCR10 – Node ID: 52 00-A0-AA-00-00-34 172.16.146.118  
 UCR11 – Node ID: 53 00-A0-AA-00-00-35 172.16.146.5  
 UCR12 – Node ID: 54 00-A0-AA-00-00-36 172.16.146.128



VLAN (172.16.146.XXX)



**Central UCIR**



**Xhibit**

XHIBIT – Node ID: 55  
 00012999C3ba  
 00012999C3bb  
 172.16.146.8  
 172.16.146.7

**SQLServer 2014**  
 VS813STA  
 BD: Portal

**Servidor ICS**  
 VS813STA.chln.min-saude.pt  
 172.16.134.245 (VLAN SL)  
 172.30.10.54 (acesso externo)

W2012R2 x64  
 User: CHLN\space medical

**ICS Config HL7**  
 Outbound: 127.0.0.1:6660

**Mirth**  
 Inbound: 127.0.0.1:6660  
 Outbound: 172.31.10.87:9556

**MonLdr**  
 IP: 172.16.134.245  
 NodeID: 247  
 NodeName: MNL02

IP multicast	CONFIG MESSAGES	ALARM MESSAGES	WAVEFORM FROM NODE #
	239.255.0.0	239.255.0.1	239.255.0.NODEID+1
UDP PORTS	CONFIGURATION	KEEP ALIVE	WAVEFORMS/ALARMS
	51374	51375	51376

Marca	Modelo	Tipo	Nome	Node ID	Subnet	MAC	IP
Spacelabs	Xprezzon	Monitor Cardíaco	UCR01	43	UCIR	00-A0-AA-00-00-2B	172.16.146.120
Spacelabs	Xprezzon	Monitor Cardíaco	UCR02	44	UCIR	00-A0-AA-00-00-2C	172.16.146.4
Spacelabs	Xprezzon	Monitor Cardíaco	UCR03	45	UCIR	00-A0-AA-00-00-2D	172.16.146.130
Spacelabs	Xprezzon	Monitor Cardíaco	UCR04	46	UCIR	00-A0-AA-00-00-2E	172.16.146.121
Spacelabs	Xprezzon	Monitor Cardíaco	UCR05	47	UCIR	00-A0-AA-00-00-2F	172.16.146.2
Spacelabs	Xprezzon	Monitor Cardíaco	UCR06	48	UCIR	00-A0-AA-00-00-30	172.16.146.1
Spacelabs	Xprezzon	Monitor Cardíaco	UCR07	49	UCIR	00-A0-AA-00-00-31	172.16.146.119
Spacelabs	Xprezzon	Monitor Cardíaco	UCR08	50	UCIR	00-A0-AA-00-00-32	172.16.146.6
Spacelabs	Xprezzon	Monitor Cardíaco	UCR09	51	UCIR	00-A0-AA-00-00-33	172.16.146.3
Spacelabs	Xprezzon	Monitor Cardíaco	UCR10	52	UCIR	00-A0-AA-00-00-34	172.16.146.118
Spacelabs	Xprezzon	Monitor Cardíaco	UCR11	53	UCIR	00-A0-AA-00-00-35	172.16.146.5
Spacelabs	Xprezzon	Monitor Cardíaco	UCR12	54	UCIR	00-A0-AA-00-00-36	172.16.146.128
Spacelabs	Xhibit	Central	XHIBIT	55	UCIR	00-01-29-99-C3-BA	172.16.146.8