

Datos de unidades de salud del IMSS Bienestar

Unidades de segundo y tercer nivel

Luis M. González

Julio de 2026

Índice general

DFIMB002353	3
HOSPITAL ONCOLÓGICO PARA LA MUJER DE LA CIUDAD DE MÉXICO	3
Datos generales del catálogo de CLUES	3
Mapa	4
Recursos humanos	5
Totales	5
Médicos	5
Médicos en otras actividades	5
Enfermeras	5
Enfermeras en otras actividades	6
Otro personal profesional	6
Personal técnico	6
Otro personal	6
Área de servicios médicos	7
Área de consulta externa básica	7
Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral	7
Área de consulta externa especialidades	7
Área de urgencias	7
Área de tocología y tococirugía	7
Área de neonatología y cuneros	8
Área de hospitalización	8
Área de unidad quirúrgica	8
Área de recuperación postquirúrgica	8
Área de unidad de cuidados intensivos	8
Área de unidad de cuidados intermedios	8
Área de cuidados coronarios	8
Áreas de terapias	8
Área de unidad de cirugía ambulatoria	9
Área de hemodiálisis	9
Centrales de enfermería	9
Planta de tratamiento de agua	9
Unidad de terapia oncológica	9
Área de unidad de quemados	9
Área de unidad trasplante de médula ósea	9
Otros servicios médicos	9
Área de servicios de apoyo	11
Ambulancias	11
Área de banco de sangre	11
Otros servicios de apoyo	11
Área de servicios generales	11
Datos generales SINERHIAS	12

Equipamiento médico	14
Equipamiento médico (concentrado)	15
Equipamiento médico (desglose por área)	16
Equipo en consultorio de medicina general	16
Equipo en consultorio de especialidad	16
Equipo en área de hospitalización	16
Equipo en área de imagenología	16
Equipo en área de inhaloterapia	16
Equipo en área de urgencias	16
Equipo en laboratorio clínico	17
Equipo en farmacia	17
Egresos hospitalarios	18
Número de egresos por año	18
Urgencias	19
Número de urgencias por año	19
Afecciones principales de urgencias (2026)	20
Motivo de urgencia (2026)	21
Tipo de urgencia (2026)	22
Tipo de cama de urgencia (2026)	23
Enviado a... (2026)	24
Indicadores	25
Indicador 75. Razón de personal médico por cama	25
Descripción	25
Cálculo	25
Calificaciones	25
Resultado	25
Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio	26
Descripción	26
Cálculo	26
Calificaciones	26
Resultado	26
Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano	27
Descripción	27
Cálculo	27
Calificaciones	27
Resultado	27
Descargas	28
Referencias	28

DFIMB002353

HOSPITAL ONCOLÓGICO PARA LA MUJER DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Datos generales del catálogo de CLUES

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)

<i>Nivel de atención:</i>	SEGUNDO NIVEL
<i>Tipología:</i>	HOSPITAL GENERAL
<i>Subtipología:</i>	NO ESPECIFICADO
<i>Tipo de establecimiento:</i>	HOSPITALIZACIÓN
<i>Estrato:</i>	URBANO
<i>Estatus:</i>	EN OPERACIÓN
<i>Región:</i>	CENTRO
<i>Entidad:</i>	CIUDAD DE MÉXICO
<i>Municipio:</i>	GUSTAVO A. MADERO
<i>Localidad:</i>	GUSTAVO A. MADERO
<i>Coordenadas:</i>	19.5243476, -99.1401384
<i>Domicilio:</i>	AVENIDA PUERTO MAZATLAN No. 269 COLONIA LA PASTORA GUSTAVO A. MADERO, CMX CP 07290
<i>Fecha de construcción:</i>	2021-04-08
<i>Fecha de inicio de operación:</i>	2021-04-08
<i>Propiedad del inmueble:</i>	PROPIO
<i>Último movimiento:</i>	MODIFICACION
<i>Fecha del último movimiento:</i>	2024-08-09

Mapa

DFIMB002353 - GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL
HOSPITAL ONCOLÓGICO PARA LA MUJER DE LA CIUDAD DE MÉXICO




Figura 1: Localización

Recursos humanos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-06-26 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Totales

Cuadro 2: Plazas para DFIMB002353

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos:</i>		45	45	0
<i>Médicos en otras actividades:</i>		11	11	0
<i>Enfermeras:</i>		81	81	0
<i>Enfermeras en otras actividades:</i>		2	2	0
<i>Otro personal profesional:</i>		41	37	4
<i>Personal técnico:</i>		22	22	0
<i>Otro personal:</i>		106	106	0
Total recursos humanos:		308	304	4

Médicos

Cuadro 3: Plazas de médicos para DFIMB002353

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos generales:</i>		35	35	0
<i>Otros médicos:</i>		10	10	0
Total médicos:		45	45	0

Médicos en otras actividades

Cuadro 4: Plazas de médicos en otras actividades para DFIMB002353

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Médicos en labores administrativas:</i>		10	10	0
<i>Médicos en enseñanza e investigación:</i>		1	1	0
Total médicos en otras actividades:		11	11	0

Enfermeras

Cuadro 5: Plazas de enfermeras para DFIMB002353

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras generales:</i>		54	54	0
<i>Enfermeras especialistas:</i>		2	2	0
<i>Enfermeras auxiliares:</i>		25	25	0
Total enfermeras:		81	81	0

Enfermeras en otras actividades

Cuadro 6: Plazas de enfermeras en otras actividades para DFIMB002353

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Enfermeras labores administrativas:</i>		1	1	0
<i>Enfermeras enseñanza o investigación:</i>		1	1	0
Total enfermeras en otras actividades:		2	2	0

Otro personal profesional

Cuadro 7: Plazas de otro personal profesional para DFIMB002353

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Químicos:</i>		8	8	0
<i>Trabajo social:</i>		5	5	0
<i>Nutriólogos:</i>		2	2	0
<i>Psicólogos:</i>		6	6	0
<i>Ingenieros biomédicos:</i>		8	4	4
<i>Otros:</i>		12	12	0
Total otro personal profesional:		41	37	4

Personal técnico

Cuadro 8: Plazas de personal técnico para DFIMB002353

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Laboratorio:</i>		8	8	0
<i>Radiología:</i>		5	5	0
<i>Inhaloterapia:</i>		9	9	0
Total personal técnico:		22	22	0

Otro personal

Cuadro 9: Plazas de otro personal para DFIMB002353

	Plazas	Totales	Ocupadas	Desocupadas
<i>Personal administrativo:</i>		24	24	0
<i>Archivo clínico:</i>		7	7	0
<i>Conservación y mantenimiento:</i>		1	1	0
<i>Intendencia:</i>		23	23	0
<i>Otro personal:</i>		51	51	0
Total otro personal:		106	106	0

Área de servicios médicos

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-06-26 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Área de consulta externa básica

- Consulta externa básica: **SI**

Cuadro 10: Consultorios de consulta externa básica para DFIMB002353

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina general:</i>	1	1	0
Total consulta externa básica:	1	1	0

Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral

- Servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral: **NO**
- Salas de espera (familiares - pacientes): **1**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **12**
- Laboratorio dental: **NO**

Área de consulta externa especialidades

- Consulta externa especialidades: **SI**

Cuadro 11: Consultorios de consulta externa especialidades para DFIMB002353

Consultorios	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Medicina de rehabilitación:</i>	1	1	0
<i>Nutrición:</i>	1	1	0
<i>Psicología:</i>	1	1	0
<i>Otras especialidades:</i>	1	1	0
Total consultorios de especialidad:	4	4	0

Área de urgencias

- Área de urgencias: **SI**
- Área de curaciones: **NO**

Cuadro 12: Área de urgencias para DFIMB002353

Áreas específicas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas en área de urgencias:</i>	5	5	0
<i>Consultorios en área de urgencias:</i>	1	1	0

Área de tocología y tococirugía

- Área de tocología y tococirugía: **NO**

Área de neonatología y cuneros

- Área de neonatología y cuneros: **NO**
- Banco de leche: **NO**

Área de hospitalización

- Área de hospitalización: **SI**
- Área de trabajo de enfermería: **SI**
- Salas de espera (familiares - pacientes) : **0**
- Capacidad en número de personas de las salas de espera: **0**

Cuadro 13: Área de hospitalización para DFIMB002353

	Camas	Totales	Habilitados	Deshabilitados
<i>Camas de medicina interna:</i>		10	10	0
Total camas censables:		10	10	0

Área de unidad quirúrgica

- Área de unidad quirúrgica: **NO**

Área de recuperación postquirúrgica

- Área de recuperación postquirúrgica: **NO**

Área de unidad de cuidados intensivos

- Área de unidad de cuidados intensivos: **NO**
- Área de unidad de cuidados intensivos neonatales: **NO**

Área de unidad de cuidados intermedios

- Área de unidad de cuidados intermedios: **NO**

Área de cuidados coronarios

- Área de cuidados coronarios: **NO**

Áreas de terapias

- Área de inhaloterapia: **SI**
- Área de medicina física y rehabilitación: **SI**
- Área de hidroterapia: **NO**
- Área de electroterapia: **SI**
- Área de mecanoterapia: **SI**
- Área de termoterapia: **NO**

Área de unidad de cirugía ambulatoria

- Área de unidad de cirugía ambulatoria: **NO**
- Área de recuperación de cirugía ambulatoria: **NO**

Área de hemodiálisis

- Área de hemodiálisis: **NO**

Centrales de enfermería

- Centrales de enfermería: **NO**

Planta de tratamiento de agua

- Planta de tratamiento de agua: **NO**

Unidad de terapia oncológica

- Unidad de terapia oncológica: **NO**
 - Área de radioterapia externa: **NO**
 - Área de braquiterapia_alta tasa: **NO**
 - Área de braquiterapia baja tasa: **NO**
 - Área de quimioterapia: **NO**
 - Cuarto caliente: **NO**
 - *Bunker*: **NO**
 - Cuarto de revelado: **NO**
 - Área de preparación de medicamentos: **NO**
 - Área de trabajo de enfermería: **NO**
 - Área de guarda de medicamentos: **NO**

Área de unidad de quemados

- Área de unidad de quemados: **NO**

Área de unidad trasplante de médula ósea

- Área de unidad de trasplante de médula ósea: **NO**

Otros servicios médicos

- Área de hematología: **NO**
- Sistema de flujo laminar: **NO**
- Área de preparación de alimentos: **NO**
- Sistema de intercomunicación: **NO**
- Área de clínica de medicina hiperbárica,: **NO**
- Área de imagenología,: **SI**
- Área de urodinámica: **NO**
- Área de hemodinámica: **NO**
- Área de medicina nuclear: **NO**
- Área de laboratorio clínico: **SI**
- Área de laboratorio de microbiología: **NO**

- Área de laboratorio de radioinmunoensayo: **NO**
- Área de anatomía patológica: **NO**

Área de servicios de apoyo

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-06-26 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Ambulancias

- Ambulancias: **NO**

Área de banco de sangre

- Área de banco de sangre: **NO**
 - Capacidad de almacenamiento: **0**
- Laboratorio de banco sangre: **NO**

Otros servicios de apoyo

- Área CEyE: **NO**
- Área centro de mezclas: **NO**
 - Número de centros de mezclas: **0**
- Área de farmacia: **SI**
- Área de ingeniería biomédica: **SI**

Área de servicios generales

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-06-26 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

- Almacén general: **SI**
- Casa de máquinas: **SI**
- Calderas: **NO**
- Subestación: **SI**
- Planta de emergencia: **SI**
- Talleres de reparación: **SI**
- Cocina: **NO**
- Comedor: **SI**
- Central de gases medicinales: **SI**
- Compresoras: **SI**
- Aire acondicionado: **SI**
- Servicios de intendencia: **SI**
- Ropería: **SI**
- Lavandería: **NO**
- Servicio de mensajería: **SI**
- Servicio de vigilancia: **SI**
- Servicio de fotocopiado: **SI**
- Tratamiento de residuos sólidos: **SI**
- Tratamiento de aguas residuales: **NO**
- Almacén temporal de residuos peligrosos, biológicos o infecciosos: **SI**
- Almacén de productos *CRETI*:¹ **SI**
- Incinerador: **NO**
- Sistema de desechos líquidos: **NO**

¹ **CRETI**, acrónimo de Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, e Inflamable

- Almacén de medicamentos: **SI**
- Cámara fría para resguardo de insumos para la salud: **NO**
- Cámaras frías fabricadas con paneles: **0**
- Cámaras frías de concreto: **0**

Datos generales SINERHIAS

Fecha de última actualización en SINERHIAS: 2025-06-26 (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

- *Agua*
 - Servicio de agua potable: **SI**
 - Red municipal de abastecimiento de agua: **SI**
 - Pozo de agua: **NO**
 - Almacenamiento de agua por cisterna: **SI**
 - Otra fuente de abastecimiento de agua: **NO**
- *Energía eléctrica*
 - Servicio de energía eléctrica: **SI**
 - Instalación de energía eléctrica: **SI**
 - Sistema de paneles solares: **NO**
 - Tierra física: **SI**
 - Pararrayos: **NO**
- *Drenaje*
 - Sistema de drenaje: **SI**
 - Fosa séptica: **NO**
- *Gas*
 - Servicio de gas (tanque estacionario, natural, otro): **SI**
- *Baños*
 - Baños públicos (inodoros y mingitorios): **3**
 - Baños para el personal (inodoros y mingitorio): **11**
 - Baños para pacientes (inodoros y mingitorio): **4**
 - Baños para discapacitados (inodoro): **2**
- *Radio CB*
 - Radio de banda civil: **SI**
- *Telesalud*
 - Área específica de telesalud: **NO**
 - Estación para telemedicina-telesalud: **NO**
 - Ancho de banda disponible para servicio de telesalud: **NO TIENE**
 - Equipo de videoconferencia: **NO**
 - Equipo de cómputo específico para telesalud: **NO**
 - Software para telemedicina-telesalud: **NO**
- *Expediente clínico electrónico*
 - Expediente clínico electrónico: **SI**
 - Nombre del expediente clínico electrónico: **SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MÉDICA E INFORMACIÓN HOSPITALARIA**
- *Infraestructura*

- Metros cuadrados de terreno: **13000**
- Metros cuadrados de construcción: **10853**
- Metros cuadrados de superficie exterior: **1717**
- Metros cuadrados de superficie jardinada: **565**
- Número de edificios que conforman el establecimiento: **1**
- Número de Niveles que tiene el establecimiento: **3**
- *Computadoras*
 - Computadoras funcionales (laptops y PC): **48**
 - Consultorios con computadora funcional: **7**
 - Computadoras funcionales en la dirección: **1**
 - Computadoras funcionales en la farmacia: **1**
 - Computadoras funcionales en el área de estadística: **2**
 - Computadoras funcionales en el área de informática: **1**
- *Internet*
 - Tipo de conexión a internet: **INTERNET DE CABLE (FIBRA OPTICA , CABLE COAXIAL)**
 - Ancho de banda: **1 A 50 MB**
 - Número de usuarios por conexión de internet: **4**
 - Internet pagado por: **SECRETARIA DE SALUD ESTATAL**
 - Internet en la dirección: **SI**
 - Internet en la farmacia: **SI**
 - Internet en el área de estadística: **SI**
 - Internet en el área de informática: **SI**
 - Número de consultorios con internet: **1**

Equipamiento médico

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Equipamiento médico (concentrado)

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	15	0	15
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	0	1
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	19	0	19
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	5	0	5
COLPOSCOPIO	2	0	2
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	2	0	2
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	2	0	2
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	2	0	2
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	3	0	3
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1
REFRIGERADOR DE FARMACIA	3	0	3
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	6	0	6
TERMOMETRO INFRARROJO	0	1	1
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	2	0	2
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	1	0	1
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	11	30	41

Equipamiento médico (desglose por área)

Con base en SINERHIAS: (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Equipo en consultorio de medicina general

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
BASCULA CON ESTADIMETRO	1	0	1	2025-06-09
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	1	0	1	2025-06-09
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	1	0	1	2025-06-09
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2025-06-09
MESA DE EXPLORACION GENERAL	1	0	1	2025-06-09
TERMOMETRO INFRARROJO	0	1	1	2025-06-09

Equipo en consultorio de especialidad

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
COLPOSCOPIO	2	0	2	2025-06-09
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO	1	0	1	2025-06-09
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	1	0	1	2025-06-09
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)	1	0	1	2025-06-09
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE	1	0	1	2025-06-09

Equipo en área de hospitalización

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	10	0	10	2025-06-09

Equipo en área de imagenología

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO	2	0	2	2025-06-04
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)	1	0	1	2025-06-04

Equipo en área de inhaloterapia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	11	30	41	2025-06-04

Equipo en área de urgencias

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED)	5	0	5	2025-06-09
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA	19	0	19	2025-06-09

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION	1	0	1	2025-06-09
ELECTROCARDIOGRAFO	1	0	1	2025-06-09
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)	1	0	1	2025-06-09

Equipo en laboratorio clínico

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO)	1	0	1	2025-06-04
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA	1	0	1	2025-06-04
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE	5	0	5	2025-06-04
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA	3	0	3	2025-06-04
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO	6	0	6	2025-06-04

Equipo en farmacia

Equipo	Funcionando	Fuera de servicio	Total	Actualización
REFRIGERADOR DE FARMACIA	3	0	3	2025-06-06

Egresos hospitalarios

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)

Número de egresos por año

Cuadro 23: Egresos por año para DFIMB002353

clues	Año	Egresos
DFIMB002353	2021	512
DFIMB002353	2022	520
DFIMB002353	2023	604
DFIMB002353	2024	263
DFIMB002353	2025	76




Figura 2: Egresos por año

Urgencias

Con base en (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)

Número de urgencias por año

Cuadro 24: Urgencias por año para DFIMB002353

clues	Año	Urgencias
DFIMB002353	2023	709
DFIMB002353	2024	233
DFIMB002353	2025	75
DFIMB002353	2026	1220




Figura 3: Urgencias por año

Afecciones principales de urgencias (2026)

Posición	Afección principal	Urgencias
1	CONSULTA, NO ESPECIFICADA	191
2	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	175
3	TUMOR BENIGNO DE LA MAMA	85
4	HALLAZGOS ANORMALES EN DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LA MAMA	77
5	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA MAMA	73
6	MASTODINIA	70
7	EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TUMOR DE LA MAMA	51
8	MASA NO ESPECIFICADA EN LA MAMA	42
9	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LA MAMA	24
10	LEIOMIOMA DEL ÚTERO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	20
11	TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	19
12	HALLAZGOS ANORMALES EN MUESTRAS TOMADAS DE ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS, HALLAZGOS CITOLÓGICOS ANORMALES, FROTIS ANORMAL DE PAPANICOLAOU	17
13	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	16
14	TUMOR MALIGNO DEL ENDOMETRIO	13
15	DOLOR PÉLVICO Y PERINEAL	12
16	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	12
17	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	12
18	HISTORIA FAMILIAR DE TUMOR MALIGNO DE MAMA	11
19	NEGLIGENCIA O ABANDONO	11
20	OTROS SIGNOS Y SÍNTOMAS RELATIVOS A LA MAMA	9
21	OTROS	280




Figura 4: Afecciones principales

Motivo de urgencia (2026)

Posición	Motivo de urgencia	Urgencias
1	MÉDICA	1220




Figura 5: Motivo de urgencia

Tipo de urgencia (2026)

Posición	Tipo de urgencia	Urgencias
1	URGENCIA NO CALIFICADA	1220




Figura 6: Tipo de urgencia

Tipo de cama de urgencia (2026)

Posición	Tipo de cama	Urgencias
1	SIN CAMA	1183
2	CAMA DE OBSERVACION	37




Figura 7: Tipo de cama de urgencia

Enviado a... (2026)

Posición	Enviado a	Urgencias
1	DOMICILIO	1046
2	CONSULTA EXTERNA	126
3	HOSPITALIZACIÓN	48




Figura 8: Enviado a

Indicadores

El cálculo de los indicadores estratégicos para evaluar el componente de atención en unidades de salud, fueron propuestos por (Servicios de Salud IMBB Bienestar, 2025).

Con las bases de datos compartidas por DGIS, podemos calcular únicamente los indicadores del 75 al 81 y el 84

El cálculo de los indicadores fue realizado para el siguiente rango de fechas:

- Fecha inicial: **2026-01-01**
- Fecha final: **2026-06-30**

Indicador 75. Razón de personal médico por cama

ATN-07

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Estima el número de camas disponibles por médicos activos.

Proporciona una visión sobre la disponibilidad de médicos en relación al número de camas censables, en unidades hospitalarias del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{75} = \frac{m_e}{c_c}$$

Donde:

m_e = Total de médicos especialistas registrados en unidades del IMB

c_c = Total de camas censables

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	0.6 - 0.8
Esperado	0.4 - 0.59
Regular	0.2 - 0.39
Crítico	< 0.2

Resultado

clues	Médicos especialistas	Camas censables	Indicador 75	Calificación
DFIMB002353	0	10	0.00	Crítico

Indicador 78. Consulta de urgencias por consultorio

ATN-10

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Urgencias*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026b)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Muestra el número de atenciones (consultas) de urgencia médica en promedio por consultorio disponible, de manera mensual en hospitales del IMSS Bienestar.

Cálculo

$$Indicador_{78} = \frac{u_m}{c_u \cdot \Delta t}$$

Donde:

u_m = Total de atenciones en servicio de urgencias médicas

c_u = Total de consultorios registrados para el servicio de urgencia médica

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	15 - 25
Esperado	10 - 14 o 26 - 30
Regular	5 - 9 o > 30
Crítico	< 5

Resultado

clues	Urgencias	Consultorios urgencias	Indicador 78	Calificación
DFIMB002353	1,220	1	6.7	Regular

Indicador 81. Promedio diarios de eventos quirúrgicos por quirófano

ATN-13

Fuente de datos:

- *Catálogo de CLUES*, (Secretaría de Salud - DGIS, 16 de julio de 2026)
- *Egresos hospitalarios*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026a)
- *SINERHIAS*, (Secretaría de Salud - DGIS, 15 de julio de 2026c)

Descripción

Expresa el número promedio de cirugías realizadas por quirófanos habilitados durante un mes en hospitales del IMSS Bienestar.

Mide el grado de utilización de quirófanos en cirugías.

Cálculo

$$Indicador_{81} = \frac{i_q}{s_o \cdot \Delta t}$$

Donde:

i_q = Número de cirugías realizadas por mes calendario

s_o = Número de quirófanos habilitados en unidades del IMB

Δt = Número de días del periodo de análisis

Calificaciones

Calificación	Rango
Óptimo	2.0 - 3.5
Esperado	1.0 - 1.9 o 3.6 - 4.0
Regular	0.5 - 0.9 o > 4.0
Crítico	< 0.5

Resultado

clues	Cirugias	Quirofanos	Indicador 81	Calificación
DFIMB002353	0	0		

Descargas

Descargar DFIMB002353.pdf

Referencias

- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026a). *Datos abiertos - Egresos hospitalarios*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_egresoshosp_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026b). *Datos abiertos - Urgencias*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_urgencias_gobmx.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (15 de julio de 2026c). *Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS)*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema_sinerhias.html
- Secretaría de Salud - DGIS. (16 de julio de 2026). *Catálogo CLUES*. Web. http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
- Servicios de Salud IMBB Bienestar. (2025). *Manual metodológico de indicadores médicos*. Unidad de Atención a la Salud.