POŘIZOVÁNÍ ZDRAV. TECHNOLOGIÍ POŽADAVKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVIDENCE ZP

Obsah přednášky

- Problematika nákup ZP, zúčastněné osoby
- Zásady zadávání VZ
- Příklady z praxe
- Centralizované nákupy
- Systémy pro evidenci

Veřejná zakázka

Zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.

- Obchodní vztah zadavatel – dodavatel (i více)
- Poskytnutí dodávek, služeb, stavebních prací
- Plnění na žádost zadavatele
- Plnění poskytuje dodavatel
- Úplatu požaduje dodavatel
- Úplatu poskytuje zadavatel (nemusí se jednat o přímý peněžitý závazek zadavatele)

Definování potřeb

Potřebou je technicky a materiálně zajistit poskytování **konkrétní zdravotní služby**

- Stručný a jasný název potřeby, medicínský účel
- Struktura potřeby v množství, čase, kvalitě a místě
- Výběr optimální varianty
- Specifikace potřebné užitné hodnoty – užitných vlastností
- Korektní zdůvodnění potřeby

Rozhodování o nákupu

- Závisí na konkrétním ZZ, účast řady zaměstnanců
- Co se koupí
- Znalosti trhu
- Strategie nákupu
- Výběr dodavatele
- Smluvní podmínky
- Dodávka a přejímka
- Administrace
- Kontrola
- Zhodnocení provozu

Rozhodování o nákupu BMT/BMI/KI

- Závisí na konkrétním ZZ
- Začlenění BMI útvaru do organizační struktury ZZ
- Velikost BMI útvaru
- Rozsah prováděných činností
- Tradice v organizaci
- Odbornost

Základní zásady

- transparentnost
- přiměřenost
- rovné zacházení
- zákaz diskriminace

Podstatou této zásady je pravidlo, že žádný z dodavatelů, zájemců nebo uchazečů nesmí být přímo nebo nepřímo, vědomě nebo nevědomě zvýhodněn nebo znevýhodněn oproti jiným subjektům ve stejném postavení

Předpokládaná hodnota

Předpokládanou hodnotou se rozumí předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky

Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod stanovené finanční limity (viz dále)

Stanovení předpokládané hodnoty:

- k okamžiku zahájení VZ
- na základě údajů a informací o VZ stejného či podobného předmětu plnění
- pokud takové informace nejsou, provede zadavatel průzkum trhu nebo předběžné tržní konzultace

Součástí ceny u zdravotnických přístrojů je rovněž hodnota pozáručního servisu a požadovaného příslušenství za dané období a objem

Vstupní informace

Je vhodné stanovit základní požadavky na VZ před samotným zahájením VZ

- přesné vymezení předmětu plnění VZ
- předpokládaná hodnota VZ
- technická kvalifikace:
  - reference (počet, plnění, finanční objem)
  - vzorky, popisy, fotografie dodávaného plnění
  - prohlášení o shodě (shoda výrobku s požadovanou normou nebo technickým dokumentem)

Druhy VZ

- Otevřené řízení – lze použít kdykoliv
- Užší řízení – „dvoukolové“ řízení
- Jednací řízení s uveřejněním
- Jednací řízení bez uveřejnění
- Soutěžní dialog (zadavatel není schopen specifikovat dostatečně požadavky, hledá vhodné řešení)
- Zjednodušené podlimitní řízení
- Zakázka malého rozsahu – není upravena ZVZ

Dělení VZ

Podle předmětu

- dodávky (vytvořené zboží)
- služby
- stavební práce

Podle PH

- ZMR (pod 2 mil nebo pod 6 mil u stavebních prací, bez DPH)
  - Od 3. 4.2025 nové limity 3 mil. resp. 9 mil bez DPH
- podlimitní
- nadlimitní
- významná

Základní zásady

NOVÉ FINANČNÍ LIMITY URČUJÍCÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY od 1. 1. 2024

Kategorie zadavatele	Účinnost	Finanční limit v Kč bez DPH	
		DODÁVKY / SLUŽBY	STAVEBNÍ PRÁCE
Česká republika, ČNB, státní příspěvkové organizace	do 31. 12. 2023	3 653 000	140 448 000
	od 1. 1. 2024	**3 494 000**	**135 348 000**
Územní samosprávný celek, jiná právnická osoba	do 31. 12. 2023	5 610 000	140 448 000
	od 1. 1. 2024	**5 401 000**	**135 348 000**
Sektorový zadavatel, zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti	do 31. 12. 2023	11 247 000	140 448 000
	od 1. 1. 2024	**10 826 000**	**135 348 000**

© Tender systems s.r.o. 2024

Orientační hodnoty

Limit VZ	Počet zadaných VZ	Podíl zadaných VZ v %	Hodnota v mld. Kč	Podíl na hodnotě v %
Nadlimitní	4 353	29,0%	291	77,3%
Podlimitní	10 396	69,4%	82	21,9%
Neuvedeno	239	1,6%	3	0,8%
Celkem 2014	**14 988**	**100,0%**	**376**	**100,0%**



Osoby

Zadavatel

(1) Veřejným zadavatelem je

a) Česká republika; v případě České republiky se organizační složky státu považují za samostatné zadavatele,

b) Česká národní banka,

c) <u>státní příspěvková organizace</u>,

d) územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace,

e) jiná právnická osoba, pokud

1. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2. jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.

(2) Zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky použije více než 200 000 000 Kč, nebo více než 50 % peněžních prostředků, poskytnutých z

a) rozpočtu veřejného zadavatele,

b) rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy je veřejná zakázka plněna mimo území Evropské unie.

Osoby

Zadavatel

- Komise pro otvírání obálek s nabídkami
- Zvláštní komise pro posouzení kvalifikace
- Hodnotící komise
- Hodnotící komisí přizvaný odborník (i externista)

- Elektronický nástroj
- Povinnost každého zadavatele
- Zveřejnění na Věstníku VZ
- Uživatelé elektronických tržišť mohou mít profily dva

Osoby

Dodavatel

Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu.

Uchazeč = dodavatel, který podal nabídku
Zájemce = dodavatel, který podal žádost o účast

Zadávací dokumentace

= veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 zákona o VZ

- Vymezuje předmět zakázky v podrobnostech potřebných pro zpracování nabídky
- Technické podmínky – odkazy na ČSN EN, formou požadavků na výkon nebo funkci
- Požadavek na zpracování nabídky
- **Způsob zpracování nabídkové ceny**
- **Způsob hodnocení nabídek**
- Obchodní podmínky
- Požadavek na předvedení

Kvalifikace

Má prokázat schopnost a kvalitu dodavatele plnit VZ

- Požadavky na kvalifikaci nesmí vést k **podstatnému** omezení hospodářské soutěže
- **Kvalifikace se nehodnotí**

- Základní
  - beztrestnost (FO, PO), bezdlužnost (daně, FÚ, SSZ, aj),
  - není v likvidaci,
  - není na black listu,
  - neumožnil nelegální práce
- Profesní
  - OR, ŽL, oprávnění k podnikání v rozsahu zakázky
  - Dále např.: odborná způsobilost: SÚJB, SÚKL, oprávnění uchazeče podle 268/2014 Sb., autorizovaní inženýři a architekti
- Ekonomická (čestné prohlášení)
- Technická:
  - Seznam významných dodávek
  - Seznam techniků, kteří se budou podílet na realizaci
  - Popis technického vybavení, kontrola výroby

Nabídka

- Soubor dokumentů požadovaných ZVZ a zadavatelem; návrh smlouvy, vzorky
- Dodavatel smí podat 1 nabídku, nemůže být současně subdodavatelem jiné nabídky
- Varianty lze připustit, popsat způsob hodnocení

Posouzení nabídek

- Posouzení předmětu zakázky, zda splňuje požadavky zákona a zadavatele
- Možnost požádat o **vysvětlení**, v čem jsou nejasnosti
- **NE doplnění** chybějících informací nebo dokladů
- Možnost předvedení, praktického ověření - zápis
- Možnost přizvat uchazeče k podání vysvětlení
- Přizvaný odborník, nepodjatost
- Pokud nabídka nevyhoví, je vyřazena a uchazeč je vyloučen

Hodnocení nabídek

- Nejnižší nabídková cena
- Ekonomická výhodnost nabídky
  - Musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny
  - Dílčí hodnotící kritéria musí mít vztah k plnění VZ
  - Př: kvalita, technická úroveň , estetické a funkční vlastnosti, provozní náklady, záruční a pozáruční servis, dodací lhůta
- Popis způsobu hodnocení v ZD
- Mimořádně nízká nabídková cena
- Možnost předvedení

Časový průběh VZ

Zahájení - ***zveřejnění***

- Lhůta pro podání nabídek: min. 47/52 dnů
- Prohlídka místa plnění
- Možné dotazy zájemců k zadávacím podmínkám

Podání nabídek

- Otvírání obálek s nabídkami
- Posouzení kvalifikace
- Posouzení nabídek
- Hodnocení nabídek

Rozhodnutí o výběru – zadavatel

- Oznámení o výběru uchazečům
- 15 dní na námitky
- Kupní smlouva – podpis do 15 dní od konce námitek
- Oznámení o zadání zakázky

https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PŘIHLÁSIT SE | REGISTROVAT | CZ

ÚVOD | VYHLEDAT FORMULÁŘ | VYHLEDAT PROFIL | ODEBÍRAT UPOZORNĚNÍ NA NOVÉ ZAKÁZKY | NÁPOVĚDA A DOKUMENTACE

ÚVOD > VYHLEDAT FORMULÁŘ

Vyhledat formulář

ODEBÍRAT UPOZORNĚNÍ NA NOVÉ ZAKÁZKY

FORMULÁŘ

Druh uveřejňovacího formuláře
4 - Předběžné oznámení – obecná veřejná zakázka

Evidenční číslo formuláře

Datum uveřejnění od

Datum uveřejnění do

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Evidenční číslo VZ

Název VZ/části

Stručný popis VZ/části

CPV kód VZ/části

Příklady z praxe – pochybení

- Nedodržení obecných zásad (§6 zák.);
- Účelové dělení předmětu do více zakázek nebo nevyužití možnosti rozdělení předmětu;
- Nepřiměřené/účelové nastavení kvalifikace;
- Neurčité, nejednoznačné nebo nepřiměřené vymezení zadávacích podmínek;
- Nevhodný způsob hodnocení;
- Změny ve smlouvách bez objektivních příčin;

Příklady z praxe – dělení/nedělení

- Dělit pokud je důvod předpokládat, že po částech bude v součtu nižší cena
- Neexistoval objektivní důvod pro nákup přístrojů dohromady
- Každý přístroj pracuje a je obsluhován samostatně
- Jiný okruh pacientů

X

- Rozdělit i v případech jisté věcné souvislosti (za současné souvislosti místní a časové),
- kdy existuje reálné riziko, že spojený předmět plnění bude mít skrytě diskriminační účinky,
- zejm. v případech, kdy o tomto riziku bude zadavatel vědět, nebo ho bude možné důvodně předpokládat.

Centralizované nákupy

- umožňuje snižovat finanční náklady na obstarávání zboží, služeb a stavebních prací;
- umožňuje snižovat personální a časové náklady;
- standardizuje kvalitu plnění předmětu veřejné zakázky.

Centralizované nákupy

- Paliva a elektrická energie, pára a horká voda
  - Veškerá paliva - tuhá, plynná, kapalná, a elektrická energie z různých zdrojů
- Kancelářská technika a zařízení
  - Kalkulačky, psací stroje a další kancelářská technika a zařízení kromě počítačů a jejich příslušenství
- Počítače a stroje na zpracování dat a média
  - Počítače a veškeré periferie PC (vstupní i výstupní)
- Telekomunikační služby a Internetové služby
- Nábytek
- Osobní vozidla

Centralizované nákupy

- MZ uhradilo za elektřinu a zemní plyn 2015 o 80 mil. Kč méně než 2014
- MZ ušetřilo za elektřinu a zemní plyn na 2016 100 mil. Kč
- Soustřeďuje 25 nemocnic, 14 KHS, ústavy, lázně, další ZZ

Elektronická tržiště - komodity

- Paliva a elektrická energie, pára a horká voda
- Kancelářská technika a zařízení
- Spotřební materiál pro kancelářskou techniku
- Počítače a stroje na zpracování dat a média
- Mobilní telefony a příslušenství
- Telekomunikační zařízení a infrastruktura
- Audiovizuální a fotografická technika
- Kancelářské potřeby
- Tiskařské výrobky
- Čistící prostředky a jiné drogistické zboží
- Nábytek
- Zařízení a vybavení interiéru
- Elektroinstalační materiál

Elektronická tržiště - komodity

- Demolice, zemní práce, krajinné úpravy a zahradnické služby
- Pronájem dopravních prostředků
- Opravy a údržba kancelářských strojů, osobních počítačů a telekomunikačních zařízení
- Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
- Opravy a údržba technických stavebních zařízení
- Přepravní a jiné logistické služby
- Telekomunikační služby a Internetové služby
- Poradenství a služby pro informační technologie
- Pomocné a ostatní kancelářské služby
- Vzdělávání a školení
- Bezpečnostní služby
- Úklidové a čistící služby

HTA

- Multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání zdravotnických technologií
- Hodnocení zdravotnických technologií je založeno na srovnání výsledků jednotlivých technologií a jejich nákladů mezi sebou

- Jeden z nástrojů optimalizace e efektivitě fungování zdravotnictví
- Systém oceňování přínosu zdravotnických technologií
- Zdravotnickou technologií jsou metody, postupy, léky, zdravotnické prostředky, …

HTA

- Příkazem ministra 10.4.2014 zřízena Rada HTA a Komise pro zdravotnické technologie
- http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/pristrojova-komise_3121_3.html
  - Komise projednává návrhy na umístění a provoz přístrojových zdravotnických prostředků, hrazených z prostředků VZP, s dotací ze státního rozpočtu
- Hodnocení HTA by výhledově mělo předcházet specifické úhradě od VZP
- Předpoklad hodnocení cca 10 technologií ročně
- Cílem je používání technologií , které při stejném výsledku setří náklady nebo za danou cenu zlepší klinické výsledky.
- VZP by neměla hradit technologie, které nedoloží přínos oproti stávajícím postupům
- HTA by nemělo být překážkou vstupu nových technologií

Systémy evidence ZP

Problematika evidence a správy zdravotnických přístrojů obsahuje:

- Seznamy přístrojů
- Pravidelné kontroly přístrojů
- Evidenci oprav přístrojů
- Návody, prohlášení o shodě, protokoly o zaškolení
- Organizaci externího servisu
- Organizaci interního servisu
- Sledování nákladů
- Použití přístrojů na pacientovi
- Kompetenční schéma přístupů a zobrazení dat
- Inventarizaci přístrojů

Systémy evidence ZP – MS Excel

+ Plusy	- Hlavní mínusy
Umíme ovládat	Soubor XLS(X) je jednouživatelský. Nemůže s daty pracovat více uživatelů najednou.
Máme v počítači	Datový soubor nesnese veliké množství dat.
Snadná práce s daty včetně napojení do externích databází	Neumí plány činností.
Pěkné grafy a tabulky. Grafy makrem automaticky.	Velmi dlouhé VBA programy v Excelu nejsou stabilní.
Co se naučíme, to využijeme i jinde.	
Něco v excelu stejně vždycky zůstane	
Je to nejlepší produkt microsoftu	
Automatizovatelnost dalších office programů – powerpoint, word	

Systémy evidence ZP – MS Access

+ Plusy	- Hlavní mínusy
Mnohé se dá naklikat. Databáze i formuláře jde vygenerovat pomocí průvodců.	Databáze nesnese velmi veliké množství dat.
Vlastní databáze přístupná z více klientů.	Víceuživatelský provoz s větším množstvím uživatelů je problematický.
Přijatelná cena.	Chybí nástroje pro zálohování a serverový provoz.
Snadno se přesouvá a lze odeslat e-mailem.	

Systémy evidence ZP – profesionální databáze na míru

+ Plusy	- Hlavní mínusy
Umí cokoliv	Drahé
On-line vazby do ostatních systémů nemocnice **-Evidence majetku** **-Fakturace** **-Zaměstnanci** **-Pasportizace** **-Objednávky** **-Střediska** **-Inventární úseky** **-Organizace** **SYSTÉMOVÁ INTEGRACE**	Často si neupravíte nic sami.
Mnoho-uživatelský provoz souběžný nad jedinou databází není problém.	Budou Vás nutit fungovat jinak

Systémy evidence ZP

Inv. číslo	ANS	Inv. úsek	Výrobní číslo	Název standard	Typ standard	Třída ZP	Záruka do	Výrobce	Dodavatel	Je ser...	Servis	Rok výr.	Dodání (pořízení)	Stav
17172	0040/04	0869	1A94593	Auto	VW Caddy pick-...			Volkswagen	Auto-Exner s.r.o.		Auto-Exner s.r.o.	1996	15.10.2002	1 V provozu
17173	2147/50	0442	14050272	Defibrilátor	LIFEPAK 9P	IIb	7.10.2003	Medtronic Phy...	PURO-KLIMA, ...		PURO-KLIMA, ...	2002	07.10.2002	1 V provozu
17174	2152/20	0574	399111	Mikroskop	OPMI Pico		18.10.2003	Carl Zeiss	Carl Zeiss		Carl Zeiss	2002	18.10.2002	3 V poruše
17175	2147/50	0442	57512530	Kardiostimulátor	EDP 20/A	IIb		Biotronik Berlin...	Biotronik Praha ...		Biotronik Praha...	2002	08.10.2002	1 V provozu
17176	2101/20	0588	E072	Rehabilitační pří...	vakuokompresní...		15.10.2003	EMBITRON	EMBITRON		EMBITRON	2002	15.10.2002	1 V provozu
17177	2101/72	0589	2200889	Endoskop - endo...	TJF160R,EXER...	IIa	12.7.2003	Olympus Czec...	Olympus C&S			2002	12.07.2002	1 V provozu
17178	9973/45	0702	741	Nástroje operační	Pila chirurgická ...	IIa	24.10.2003	Aesculap AG a...	B. Braun Medic...			2002	24.10.2002	1 V provozu
17179	9940/01	0628	2H25118	Mikroskop	Olympus BX 51		5.11.2004	Olympus Czec...	Olympus Czech ...		Olympus Czech...	2003	05.11.2002	1 V provozu
17188	9972/20	0809	766404	Spirometr	Master Scope Ja...	IIa	22.10.2004	Erich Jaeger, ...	Kurka-Jaeger s...		Kurka-Jaeger s...	2002	17.10.2002	1 V provozu
1719	2101/72	0589	94339	Endoskop - lapar...	PRACTIKA	IIa						1979	01.01.1979	1 V provozu
17190	9973/49	0715		Nástroje operační	rozvěrač ran Syn...			Stratec Medica...	Stratec Medical...		Stratec Medica...	2002	03.09.2002	1 V provozu
17191	9973/46	0752		Nástroje operační	rozvěrač ran SLR			Aesculap AG a...	B. Braun Medic...		B. Braun Medic...	2002	18.09.2002	1 V provozu
17192	2136/30	0564	92300-003701	EKG	Eclipse 850	IIa		Space Labs M...	PURO-KLIMA, ...		PURO-KLIMA, ...	2002	24.09.2002	1 V provozu
17193	2147/50	0442	92300-003847	EKG	Eclipse 850	IIa		Space Labs M...	PURO-KLIMA, ...		PURO-KLIMA, ...	2002	24.09.2002	1 V provozu
17194	2147/50	0442	02081562	Odsávačka	VICTORIA	IIa	13.9.2007	Cheirón a.s.	Cheirón a.s.		Cheirón a.s.	2002	13.09.2002	1 V provozu
17195	2147/50	0442	02081563	Odsávačka	VICTORIA	IIa	13.9.2007	Cheirón a.s.	Cheirón a.s.		Cheirón a.s.	2002	13.09.2002	1 V provozu
17196	2147/50	0442	02081564	Odsávačka	VICTORIA	IIa	13.9.2007	Cheirón a.s.	Cheirón a.s.		Cheirón a.s.	2002	13.09.2002	1 V provozu
17197	2147/50	0442	02081565	Odsávačka	VICTORIA	IIa	13.9.2007	Cheirón a.s.	Cheirón a.s.		Cheirón a.s.	2002	13.09.2002	1 V provozu
17198	2147/50	0442	02081566	Odsávačka	VICTORIA	IIa	13.9.2007	Cheirón a.s.	Cheirón a.s.		Cheirón a.s.	2002	13.09.2002	1 V provozu
17199	2147/50	0442	02091567	Odsávačka	VICTORIA	IIa	13.9.2007	Cheirón a.s.	Cheirón a.s.		Cheirón a.s.	2002	13.09.2002	1 V provozu
17200	2142/50	0542	97-00013	Dialyzační přístroj	Hygieia plus	IIb	9.10.2003	Kimal plc. Velk...	Biomedica ČS, ...			2002	09.04.2002	3 V poruše
17201	4601/31	0254	756669	Postel pacientská	DECIMA 43		17.10.2004	LINET spol. s r...	LINET spol. s r.o.		LINET spol. s r.o.	2002	17.10.2002	1 V provozu
17202	4601/31	0254	nen˘	Postel pacientská	DECIMA 43		17.10.2004	LINET spol. s r...	LINET spol. s r.o.		LINET spol. s r.o.	2002	17.10.2002	1 V provozu
17203	4601/31	0254	1316082	Postel pacientská	MULTISCAN 43		17.10.2004	LINET spol. s r...	LINET spol. s r.o.		LINET spol. s r.o.	2002	17.10.2002	1 V provozu
17204	4601/31	0254	1316083	Postel pacientská	MULTISCAN 43		17.10.2004	LINET spol. s r...	LINET spol. s r.o.		LINET spol. s r.o.	2002	17.10.2002	1 V provozu
17205	4601/31	0257	0301	Elektrostimulátor	VAS 07		20.9.2003	EMBITRON	EMBITRON		EMBITRON	2002	20.09.2002	1 V provozu
17206	4601/30	0222	0300	Elektrostimulátor	VAS 07		20.9.2003	EMBITRON	EMBITRON		EMBITRON	2002	20.09.2002	3 V poruše
17208	2167/50	0473	3713A19037	Monitor pacientský	OmniCare M1205A	IIb	4.12.1998	HEWLETT PA...	S&T Plus, s.r.o.		S&T Plus, s.r.o.	1997	04.12.1997	4 V údržbě
17209	9940/60	0629	3185/11.2002	Laboratorní přístroj	cryomikrotomLei...		22.11.2003	Leica Mikrosys...	MIKRO, s.r.o.		MIKRO, s.r.o.	2002	25.11.2002	1 V provozu
1721	9910/62	0452		Mikroskop	DDN 37 BI							1976	01.01.1976	1 V provozu
17210	2197/30	0127	5393844651	Monitor pacientský	SC 9000 XL	IIb	3.10.2003	Siemens Medic...	SIEMENS s.r.o.		SIEMENS s.r.o.	2002	03.10.2002	1 V provozu

Systémy kontrol ZP (BTK)

Vychází vždy ze seznamu přístrojů

Pravidelné kontroly mají své typy

- BTK
- Elektrické revize
- Elektrické kontroly
- Kalibrace
- Validace
- Ověření
- ZDS
- ZPS
- BTK s elektrickou kontrolou
- BTK bez elektrické kontroly
- Další kombinace dle obsahu protokolu

Další agendy:

- Karty přístrojů
- Objednávky
- Faktury
- Externí organizace
- Vlastní zaměstnanci
- Elektronické žádanky

Servis ZP

Seznam objektů

Inv. číslo	ANS	Inv. úsek	Výrobn...	Název standard	Typ standard	Třída ZP	Záruka do	Výrobce	Dodavatel	Je ser...	Se
21247	2135/50	0169	36682	Dávkovač lineární	Perfusor Space	IIb	18.12.2010	B. Braun Medi...	PURO-KLIMA, ...		B.
21201	2135/50	0169	36683	Dávkovač lineární	Perfusor Space	IIb	18.12.2010	B. Braun Medi...	PURO-KLIMA, ...		B.
21310	2135/50	0169	36684	Dávkovač lineární	Perfusor Space	IIb	18.12.2010	B. Braun Medi...	PURO-KLIMA, ...		B.
21227	2135/50	0169	36686	Dávkovač lineární	Perfusor Space	IIb	18.12.2010	B. Braun Medi...	PURO-KLIMA, ...		B.
21263	2135/50	0169	36689	Dávkovač lineární	Perfusor Space	IIb	18.12.2010	B. Braun Medi...	PURO-KLIMA, ...		B.
21218	2135/50	0169	36692	Dávkovač lineární	Perfusor Space	IIb	18.12.2010	B. Braun Medi...	PURO-KLIMA, ...		B.
21265	2135/50	0169	36695	Dávkovač lineární	Perfusor Space	IIb	18.12.2010	B. Braun Medi...	PURO-KLIMA, ...		B.
21228	2135/50	0169	36697	Dávkovač lineární	Perfusor Space	IIb	18.12.2010	B. Braun Medi...	PURO-KLIMA, ...		B.
21308	2135/50	0169	36699	Dávkovač lineární	Perfusor Space	IIb	18.12.2010	B. Braun Medi...	PURO-KLIMA, ...		B.

Nový | Upravit | Aktualizovat | Odstranit | Statistika | Výběr | Filtr | Tisk karty | Nový ze šablony | ProtokolOPrevzeti | Propadlé termíny

Práh 1 | Práh 2 | Žurnál | V údržbě | V poruše | Zobrazit šablonu | MultiEdit | Naplánovat činnosti dle šablony | Přidání činností a plánování | Nové příslušenství

Od prahu 2 | Bez vyřazených | Nový z kopie

Přílohy | Opravy | Pravidelné činnosti | Žádanky | Objednávky | Faktury | Obchodní případy | Zhodnocení | Kompetence | Příslušenství | Smlouvy | Hlavičky faktur

Filtr

Činnost klienta: OPRAVA

PorCislo	DatumProvedeni	DatumZahajeni	TypRealizace	Zásah do el. části	Vyjadření technika	Proved. prace a mat.	Dok
4	2.2.2012	22.2.2012 12:18...	Externí		neustále požaduje výměnu stříkačky, v...	výměna vadného mechanismu kleštin, k...	1
3	24.2.2010	4.4.2011 14:53:42	Externí		překročen součet odchylek při rozpozná...	seřízení, kalibrace	1
2	26.4.2010	4.4.2011 14:51:22	Externí		prasklé panty	výměna prasklých pantů čelního panelu...	1
1	29.3.2011	4.4.2011 7:36:58	Externí		čelisti zůstanou u sebe, stále požaduje z...	Výměna vadné řídicí desky u hlavy poh...	1

Externí servis ZP

Prostor pro optimalizaci práce externích firem

- Slučování požadavků na kontroly a opravy do jedné objednávky
- Sbližování termínů provedení kontrol BTK do shluků větších objednávek
- Vystavování poptávek
- Hromadné změny dodavatelů dle podmínek na trhu
- Schvalovací kolečko objednávek

Sledování předpokládaných nákladů v objednávkách

- Předpokládaná cena
- Po rozúčtování faktury skutečná cena
- V reálném čase možno vidět předpokládané a skutečné náklady v kapitolách.

Relevantní předpisy

Zákon č. 134/2016 Sb. – Zákon o zadávání veřejných zakázek

Děkuji za pozornost