# 一页流程 | 角膜塑形镜护理

判断条件与下一步 · 按本篇原文整理 · 2024

## 1 戴镜前检查

眼红 / 不适？是 → 停戴并专业检查；无 → 核对镜片完整和清洁。

2024 刊 p242 、 245 / PDF2 、 5

## 2 镜片可否继续使用？

形变 / 缺损 / 裂纹 → 立即更换；沉淀 4 级 → 不适合戴，复查并换片。

2024 刊 p243 / PDF3

## 3 日常清洗与消毒

洗手擦干 → 适度揉搓、彻底冲洗 → 按说明书足时消毒；双氧水必须中和。

2024 刊 p242–243 、 245 / PDF2–3 、 5

## 4 是否需强化护理？

每 1 ～ 2 周； 2 级加强清洁， 3 级每周强效除蛋白；试戴片每 2 周统一处理。

2024 刊 p243–245 / PDF3–5

## 5 停戴或复用

长期如 1 周及以上干存；复戴足时消毒。双氧水后≥ 24 h 或试戴片 7 d 以上未用 → 再消毒。

2024 刊 p243–245 / PDF3–5

## 6 复戴与闭环

确认洁净完整、护理配件消毒；出现不适即停戴；机构做好参数 / 批号 / 消毒 / 有效期记录。

2024 刊 p243–245 / PDF3–5

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。