适应证与数值禁忌

角膜塑形镜验配流程 · 2021 专家共识

基本入选条件

近视 / 散光范围在国家药监注册适用范围内；顺规散光相对合适；角膜曲率 39.00 ～ 48.00 D ；卫生环境、理解与依从性满足要求。

2021 刊 p1 / PDF1

明确数值禁忌

8 岁以下儿童；角膜内皮细胞密度少于 2 000 个 /mm^2 ，为原文禁忌证。

2021 刊 p1 / PDF1

眼部禁忌

活动性感染 / 前节炎症、明显上皮染色、角膜异常 / 手术或外伤史、角膜知觉减退、泪囊 / 眼睑病、眼压异常或青光眼等。

2021 刊 p1 / PDF1

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

特殊人群与知情同意

角膜塑形镜验配流程 · 2021 专家共识

全身及用药禁忌

免疫低下或影响塑形的系统病、影响眼生理 / 干眼 / 视力 / 曲率的药物、接触镜 / 护理液过敏；孕妇、哺乳期或近期计划怀孕者。

2021 刊 p1 / PDF1

特殊需求处理

禁忌证人群或屈光超范围但有特殊戴镜需求：经验丰富医师酌情评估，充分沟通，签特殊知情同意并加强监控，不能改作常规放宽。

2021 刊 p1 / PDF1

原文未明确

本篇未给统一近视 / 散光度数上下限、镜片活动度切点、具体停戴疗程和药物处方、正式推荐等级，不能用其他文献补作本篇规定。

2021 刊 p1 、 4 / PDF1 、 4

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

初配、试戴与取镜

角膜塑形镜验配流程 · 2021 专家共识

初配前基线

病史；裸眼视力 / 电脑及主觉验光、裂隙灯、泪膜 / 角膜直径、角膜曲率 / 地形图、眼压 / 眼底 / 眼轴、角膜内皮 / 厚度；试戴前知情同意。

2021 刊 p2 / PDF2

试戴选择

不同品牌材料 / 设计不同，试戴镜不宜通用；评估可能多次摘戴比较参数，确认最终订片处方；同时示教洗手、摘戴与清洁。

2021 刊 p2 / PDF2

取镜日流程

核验镜片信息和健康状态，评估裂隙灯、戴镜视力、配适及镜片状况；摘戴 / 护理教育放在评估最后，确保能独立或由监护人帮助完成。

2021 刊 p2–3 / PDF2–3

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

首日复查和定期随访

角膜塑形镜验配流程 · 2021 专家共识

首日复查条件

前夜戴镜睡眠不少于 8 h；无不适者晨起 2 h 内戴镜复诊；强烈异物感或疼痛者摘镜后及时就诊。

2021 刊 p2 / PDF2

首日检查内容

回顾体验与护理；戴镜视力 / 配适 / 镜片状态，摘镜后裸眼视力、主觉或电脑验光、裂隙灯、角膜地形图、眼压，沟通并计划随访。

2021 刊 p3 / PDF3

固定复查时间

初配后第 1 天、第 1 周、第 2 周、第 1 个月、第 3 个月，以后每 2 ～ 3 个月定期复查。

2021 刊 p2 / PDF2

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

随访异常与半年项目

角膜塑形镜验配流程 · 2021 专家共识

后续复查处置

过夜戴镜后摘镜来诊；配适或裸眼视力不良时结合眼表、地形图、配适及镜片状态决定调参或补偿框架眼镜。

2021 刊 p2 / PDF2

半年项目与配件

眼轴及角膜内皮细胞检查可结合情况 / 经验每半年一次，为可选项目；回顾摘戴护理，核对镜盒、吸棒清洁和更换、产品有效期。

2021 刊 p2–3 / PDF2–3

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

检查质量与配适判断

角膜塑形镜验配流程 · 2021 专家共识

验光规范

放松调节，主觉验光终点为最佳视力的最大正镜；初配以电脑 / 主觉球镜更负值参考基弧，戴镜验光须在镜片居中时测量。

2021 刊 p4 / PDF4

地形图规范

泪膜稳定、采样充分、 Kappa 角补偿和色阶调整；轴向图看整体屈光，切线图看治疗区 / 定位，高度图供设计参考；结合荧光配适。

2021 刊 p4 / PDF4

荧光配适

荧光素条用不含防腐剂等渗盐水湿润，轻柔点结膜；结合静态 / 动态，观察居中、治疗区、活动度和弧区松紧，品牌标准可能不同。

2021 刊 p4 / PDF4

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

一页流程 | 角膜塑形镜验配流程

判断条件与下一步 · 按本篇原文整理 · 2021

1 是否在注册范围并无禁忌?

曲率 39.00 ～ 48.00 D； <8 岁 / 内皮 <2 000 等 → 非常规验配，特殊需求按原文专门评估。

2021 刊 p1

2 初配前检查与试戴

完整基线、知情同意 → 品牌匹配的试戴与调参 → 订片。

2021 刊 p2

3 取镜日

核验参数 / 健康 → 检查与配适 → 最后摘戴、护理培训 → 能完成后安排首日复查。

2021 刊 p2–3

4 首日症状分支

无不适：前夜≥ 8 h 、晨起 2 h 内戴镜来诊；强烈异物感 / 痛：摘镜后及时就诊。

2021 刊 p2–3

5 后续复查

1 周、 2 周、 1 月、 3 月，后每 2 ～ 3 月；摘镜检查，眼轴 / 内皮可半年一次。

2021 刊 p2–3

6 结果异常?

配适 / 视力不良 → 综合眼表、地形图、镜片评估调参 / 补偿；每次强化护理与配件管理。

2021 刊 p2–3

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。